



Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Grupo Archivo General y Correspondencia

685153

No. Radicación: SRL-02942-2014

Fecha de Rad.: 2014-04-28 01:44:58 PM

685153



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

Señor

JAIRO NICOLAS MONTES GARCIA

Analista de licitaciones

HOSPIMEDICS

jmontes@hospimedics.com

Bogotá

RESPUESTA: INVITACION A COTIZAR No. 035 DE 2014.

En respuesta al correo electrónico enviado el día 24 de Abril de 2014 a las 08:51 a.m, le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

"...ÍTEM 7 - CARROS PARA GUARDAR PAQUETES ESTÉRILES.

- Especificación del cliente: **mínimo 4 bandejas de 60 cm de ancho.**
- Solicitamos se tenga en cuenta la siguiente observación: Aclarar si el mínimo se refiere a la cantidad de bandejas y/o al ancho de la misma, además solicitamos se contemple ampliar el rango de medida, a +/- 2 cm adicionales a los 60 cm de ancho, garantizando que esto no afectara la funcionalidad prevista.
- Característica técnica final: **mínimo 4 bandejas de 60 cm con +/- 2cm de ancho ?..."**

RESPUESTA

Analizadas la observaciones presentadas por su compañía, el Instituto Nacional de cancerología – ESE, le informa que las especificaciones técnicas del anexo No. 4, ítem No.7, no serán modificados.

SEGUNDA PREGUNTA

- "...Especificación del cliente: **bandejas de alambre para cuerpo de carro doble de 120 CC recubierto con pintura en polvo(2)**
- Solicitamos se tenga en cuenta la siguiente observación: Aclarar la medida de la bandeja pues los (CC) centímetros cúbicos son medidas de volumen no de longitud, las cuales no serían apropiadas para medir el ancho de la bandeja, si no en **CM (centímetros)**. Además que se contemple ampliar el rango de medida, a +/- 2 cm adicionales a los 120 cm de ancho,

8



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7




- garantizando que esto no afectara la funcionalidad prevista. Adicional aclarar el significado del número 2 con el que finaliza la especificación, es cantidad?
- Característica técnica final: **bandejas de alambre para cuerpo de carro doble de 120 cm con +/- 2cm, recubierto con pintura en polvo, cantidad: 2..."**

RESPUESTA

El Instituto Nacional de cancerología – ESE, le informa que se surtió la Adenda No. 3 a los términos de condiciones la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co – link contratación.

Atentamente.



RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Carolina L.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**