

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

ANEXO No. 4

ÍTEM No. 01 = UN (1) BALÓN DOBLE SENS O ROLL DE 50 CM CON PUYAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACIÓN
SERVICIOS:	REHABILITACION
DEFINICIÓN	ADITAMENTO PARA MANEJO DE ESTABILIDAD, MOVILIDAD Y ESTIMULACION SENSORIAL
NOMBRE GENÉRICO	BALONES TERAPEUTICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	1. UN (1) BALÓN DOBLE SENS O ROLL DE 50 CM CON PUYAS
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1. Con tapon para asegurar adecuado sello
	2. Garantía de un año por defecto de fabricación
	3. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	4. Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento si lo requiere
	6. Capacitación en la manipulación del producto

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA	VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

ANEXO No. 4

ITEM No. 02 = UN (1) BALÓN BODY BALL 75 CM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACIÓN
SERVICIOS:	REHABILITACIÓN
DEFINICION	ADITAMENTO PARA MANEJO DE ESTABILIDAD, MOVILIDAD Y ESTIMULACION SENSORIAL.
NOMBRE GENÉRICO	BALONES TERAPEUTICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	1. UN (1) BALON BODY BALL DE 65 CM
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1. Con tapon para asegurar adecuado sello
	2.- Garantia de un año por defecto de fabricacion
	3.- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
	4.- Garantia de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5.- Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento si lo requiere
	6.- Capacitacion en la manipulacion del producto

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ANEXO No. 4

ITEM No. 3= UN (1)BALON FIT BALL DE 65 CM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION
SERVICIOS:	REHABILITACION
DEFINICIÓN	ADITAMENTO PARA MANEJO DE ESTABILIDAD, MOVILIDAD Y ESTIMULACION SENSORIAL
NOMBRE GENÉRICO	BALONES TERAPEUTICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	1. UN (1) BALON FIT BALL DE 65 CM
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1. Con tapón para asegurar adecuado sellado
	2.- Garantía de un año por defecto de fabricación
	3.- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	4.- Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5.- Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento si lo requiere
	6.- Capacitación en la manipulación del producto

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA	VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

ANEXO No. 4

ITEM No. 4= DOS (2) BALON GYMNICPLUS 65 CMS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION
SERVICIOS:	REHABILITACION
DEFINICIÓN	ADITAMENTO PARA MANEJO DE ESTABILIDAD, MOVILIDAD Y ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NOMBRE GENÉRICO	BALONES TERAPEUTICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	1. DOS (2) BALON GYMNICPLUS 65 CMS
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1. Con tapon para asegurar adecuado sello
	2 - Garantía de un año por defecto de fabricación
	3- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
	4 - Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5- Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento si lo requiere
	6 - Capacitación en la manipulación del producto

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

ANEXO No. 4

ITEM No. 05 = DOS (2) BALON DE PUYAS THERASENSORY 65 CM

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION
SERVICIOS:	REHABILITACION
DEFINICIÓN	ADITAMENTO PARA MANEJO DE ESTABILIDAD, MOVILIDAD Y ESTIMULACION SENSORIAL
NOMBRE GENÉRICO	BALONES TERAPEUTICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	1. DOS (2) BALON DE PUYAS THERASENSORY 65 CM
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1 - Con tapon para asegurar adecuado selló
	2 - Garantía de un año por defecto de fabricación
	3 - Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año
	4 - Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5 - Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento si lo requiere
	6 - Capacitación en la manipulación del producto

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ANEXO No. 4

ÍTEM No. 06 = UNA (1) POLEA DOBLE PARA MIEMBROS SUPERIORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION
SERVICIOS:	REHABILITACION
DEFINICIÓN	ADITAMENTO PARA FORTALECIMIENTO Y MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
NOMBRE GENÉRICO	POLEA DOBLE PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	Con manga que facilite agarres
	Con Posibilidad de Graduación de Resistencias
	Soporte para Fijación a Pared
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría previa sobre los requerimientos de infraestructura, para el óptimo funcionamiento si es el caso.
	2.- Garantía de un año por defecto de fabricación de base y colchoneta
	3.- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año
	4.- Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5.- Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
	6.- Capacitación en la manipulación del producto

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2014
			Página 1 de 1	

ANEXO No. 4

ITEM No. 07 = CUATRO (4) COLCHONETAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION
SERVICIOS:	REHABILITACION
DEFINICIÓN	Elemento para realización de Tratamiento de Fisioterapia en piso de paciente
NOMBRE GENÉRICO	COLCHONETA
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	En material Lavable por ambas caras
	De 2.00 mts x 1.20 mts
	Para trabajo pesado
	10 cms de espesor
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	
	1.- Garantía de un año por defecto de fabricación
	3.- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año
	4.- Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5.- Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento si lo requiere
	6.- Capacitación en la manipulación del producto

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA	VIGENCIA:	30-07-2014
		Página 1 de 1	

ANEXO No. 4

ITEM No. 08 = SEIS (6) ALMOHADAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION
SERVICIOS:	REHABILITACION
DEFINICIÓN	Elemento para realización de Tratamiento de Fisioterapia de pacientes
NOMBRE GENÉRICO	ALMOHADA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	En material Lavable por ambas caras
	De minimo 50x70
	Para trabajo pesado
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	
	1- Garantía de un año por defecto de fabricación
	3- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
	4- Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5- Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento si lo requiere
	6- Capacitación en la manipulación del producto

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ANEXO No. 4

ITEM No. 09 = UNA (1) RUEDA PARA GANANCIA DE HOMBRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION
SERVICIOS:	REHABILITACION
DEFINICION	RUEDA PARA MEJORAR Y MANTENER ARCOS DE MOVILIDAD, FUERZA MUSCULAR Y CIRCULACION EN HOMBRO
NOMBRE GENÉRICO	RUEDA PARA GANANCIA DE HOMBRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	Longitud de Brazo ajustable
	Con pantalla LCD
	Que indique Giros por minuto, calorías consumidas
	Gratona bidireccionalmente
	De altura regulable
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	Soporte que permita fijación a pared
	1. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría previa sobre los requerimientos de infraestructura, para el óptimo funcionamiento si es el caso.
	2. Garantía de un año por defecto de fabricación
	3. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	4. Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	5. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
	6. Capacitación en la manipulación del producto

**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E****CÓDIGO:****GTE-P01-F-01****GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA****VERSIÓN:****01****FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA
LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA****VIGENCIA:****30-07-2011****Página 1 de 1****ANEXO No. 4****ITEM No.10 = TRES (3) OPTOTIPOS****ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ESPECIALIDAD(ES):	OFTALMOLOGIA	
SERVICIOS:	CONSULTA EXTERNA	
DEFINICIÓN	OPTOTIPOS (cantidad 03 unidades)	
NOMBRE GENÉRICO	OPTOTIPOS (cantidad 03 unidades)	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	OPTOTIPOS (cantidad 03 unidades)	Caja Retroiluminada sola Para colocar Optotipos, Material en lámina con pintura Electroestática, Dos Tubos de iluminación, Interruptor de encendido, guaya para colgar la caja a la pared Trae 3 Optotipos: LETRAS, NUMEROS Y E DIRECCIONAL
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.	