



Instituto Nacional  
de Cancerología-ESE  
Colombia  
Por el control del cáncer

694755

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.  
Gestión Documental y Correspondencia  
No. Radicación: SAL-04227-2014

Bogotá,

Fecha de Rad.: 2014-06-11 02:25:10 PM

694755

Señores

BIOPETROLABS DE COLOMBIA LTDA

Tel 6949900

CEL 3112044428

biopetrolabsltda@gmail.com

Bogotá D.C.

Señora

MONICA GONZALEZ

Representante legal

TEL 5313366 - 5300368

asistenciacomercial@gygsucesores.com

Bogotá D.C.

Señores

ANALYTICA

3451987

SURBOG@ANALYTICA.COM.CO

ventasbogota@analytica.com.co;

Bogotá D.C.

**ASUNTO:** RESPUESTA INQUIETUDES U OBSERVACIONES INVITACION A  
COTIZAR No. 083-2014

Respetados Señores:

De manera atenta me permito dar respuesta a su inquietud presentada mediante correo invitaciones@cancer.gov.co, el día 09 de junio de 2014 01:32 p.m., así.

**PREGUNTA:**

"...Purificación y análisis de fluidos Ltda, desea realizar observaciones a la Convocatoria Pública 083 de 2014 las cuales son:

1. Acerca de la capacidad de los refrigeradores, se puede ofertar de volumen de 610 litros
2. En cuanto al promedio de estabilidad este puede ser de  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  y de uniformidad  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
3. En cuanto a la alarma para temperaturas mayores o inferiores accionada con llave, esta se puede realizar con clave
4. Y al bloqueo automático de la puerta con llave, se puede hacer con clave
5. Por favor el tiempo de entrega que sea por lo menos 60 días ya que son productos importados

..."

#### RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología E S E le manifiesta que:


1. La capacidad del refrigerador puede ser aproximada al valor propuesto por la Institución 659L, la calificación dependerá de que tan cercano es el valor ofertado al valor indicado anteriormente; de tal forma que no se limita a una capacidad exacta con el fin de permitir la participación de varios oferentes. Teniendo en cuenta lo anterior no se realizara modificación alguna a esta especificación.

2. La estabilidad de la temperatura en  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , es una característica importante para la preservación adecuada de los productos a almacenar en este equipo.

Por lo anterior no se realizara ninguna modificación a esta especificación.

3, 4, y 5. Se surtió la adenda N° 1, la cual se encuentra publicada en la página web [www.cancer.gov.co](http://www.cancer.gov.co) link contratación.

Cordialmente,

  
JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO

Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Mónica G



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111  
[www.cancer.gov.co](http://www.cancer.gov.co)  
Bogotá D.C., Colombia  
NIT: 899.999.092 - 7

BI-CA-291-14

Bogotá, D.C, 9 de junio de 2014

Señores  
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA  
CIUDAD

Asunto: Observaciones Convocatoria Pública 083 de 2014

Purificación y análisis de fluidos Ltda, desea realizar observaciones a la Convocatoria Pública 083 de 2014 las cuales son:

1. Acerca de la capacidad de los refrigeradores, se puede ofertar de volumen de 610 litros
2. En cuanto al promedio de estabilidad este puede ser de  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  y de uniformidad  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
3. En cuanto a la alarma para temperaturas mayores o inferiores accionada con llave, esta se puede realizar con clave
4. Y al bloqueo automático de la puerta con llave, se puede hacer con clave
5. Por favor el tiempo de entrega que sea por lo menos 60 días ya que son productos importados

Agradezco la atención prestada,

Atentamente

Cristina Polo Rosero Msc  
Director Reactivo de diagnóstico  
Purificación y análisis de fluidos Ltda  
Tel 6111805 Ext 231  
Tel 3142968549