



Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Grupo Archivo General y Correspondencia
No. Radicación: SAL-04665-2014

697217

Fecha de Rad.: 2014-06-24 12:10:37 PM

697217

Señora

CRISTINA POLO ROSERO

Director Reactivo de Diagnostico

PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA

Tel. 6111805 ext. 231 cristina_polo@paf Ltda.com

Bogotá



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

RESPUESTA: INVITACIÓN A COTIZAR No. 086 DE 2014.

En respuesta al correo electrónico enviado el día 18 de Junio de 2014 a las 12:26 p.m., le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

...."

Ítem No 12. Microscopio Binocular con luz LED

1. Sobre el sistema de iluminación LED, es posible cotizar luz halógena, ya que Ustedes están solicitando filtro de balance de luz del día, que solo se usa con luz halógena.

...."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le aclara que se eliminará el numeral 10.2 - Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul). Ver Adenda No. 02 la cual se encuentra publicada en la página www.cancer.gov.co.

SEGUNDA PREGUNTA

...."

2. El tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor a 8 horas. Les solicitamos que por favor amplíen este tiempo a 24 horas tiempo de respuesta presencial y menor a 8 horas respuesta telefónica.

...."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le aclara que el tiempo está definido en horas hábiles, para lo cual se modifica la redacción del mismo. Ver Adenda No. 02 la cual se encuentra publicada en la página www.cancer.gov.co.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª No 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

TERCERA PREGUNTA

..."


3. En cuanto a la norma IEC, es posible que se pueda presentar esta o la norma CSA que es la certificación de Estados Unidos Y Canadá para productos eléctricos, electrónicos, a gas, etc.

..."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que con el fin de permitir la participación plural de oferentes se modifica el ítem en mención incluyendo la norma solicitada como opcional. Ver adenda No. 02 la cual se encuentra publicada en la página www.cancer.gov.co.

Atentamente



JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO.
Director General (E)

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Asotelo