

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: PINZA NASAL WRUNWALD MARCA: KARL STORZ

ITEM: 1 VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.708.100

PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A


GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	pinza fabricada en acero quirúrgico	20	20	
	nasal recta de corte completo	20	20	
	ancho 4.2 mm, longitud 11 cm.	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA


CARGO: Coordinadora Grupo esterilización

FIRMA: 

FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA

CARGO: otorrinolaringólogo

FIRMA: 


FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: ELEVADOR DOBLE DE FREER MARCA: KARL STORZ
 ITEM: 2 VALOR UNITARIO COTIZADO: 191.748
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	fabricado en acero inoxidable	20	20	
	romo / cortante	20	20	
	longitud 20 cm	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringólogo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROL A E.S.E

CÓDIGO:

GDG-P02-F-10

GESTIÓN DEL GASTO

VERSIÓN:

01

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS

VIGENCIA:

30-07-2011

Página 1 de 1

EQUIPO: OPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA 0° MARCA: KARL ZTORZ
ITEM: 3 VALOR UNITARIO COTIZADO: 4.297.800
PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	OPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA PANORAMICA GRAN ANGULAR 0°	10	15	
	0° 4mm LONGITUD 18 cm	10	10	
	CON CONDUCTOR DE FIBRA OPTICA INCORPORADO	10	10	
	AUTOCLAVABLE 135°C	10	10	
	CON CONTENEDOR	10	10	
SUBTOTAL		50	55	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	20	10	
SUBTOTAL		50	40	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
CARGO: Coordinadora Grupo esterilización
FIRMA: [Firma]
FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
CARGO: otorrinolaringólogo
FIRMA: [Firma]
FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: PINZA NASAL BLAKESLEY RECTA MARCA: KARL ZTORS
 ITEM: 4 VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.051.308
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	NASAL RECTA	20	20	
	ACERO INOXIDABLE	20	20	
	TAMAÑO 3 LONGITUD 11 CM	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringólogo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: PINZA NASAL CURVADA 45° MARCA: KARL ZTORZ
 ITEM: 5 VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.694.876
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ACERO INOXIDABLE CORTE LISO Y ATRUMATICO	20	20	
	PINZA NASAL CURVADA 45°	20	20	
	ANCHURA 4.2 MM LONGITUD 11 CM	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014



Por el control del cáncer

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E

GESTIÓN DEL GASTO

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS

CÓDIGO:

GDG-P02-F-10

VERSIÓN:

01

VIGENCIA:

30-07-2011

Página 1 de 1

EQUIPO: **TUBO IRRIGACIÓN EICKEN LUER LOCK**
ITEM: **6**
PROVEEDOR: **BIOTRONITECH Colombia S.A**
GARANTÍA: **5 AÑOS**

MARCA:

KARL STORZ

VALOR UNITARIO COTIZADO:

132.240

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN ACERO INOXIDABLE- CORTA CURVADA	20	20	
	DIAMETRO 4 MM	20	20	
	LONGITUD 12.5 CM	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES:

SI ☐ NO ☐

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE:

NUBIA PRADA

CARGO:

coordinadora grupo esterilización

FIRMA:

FECHA:

25/08/2014

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

JAVIER OSPINA

otorrinolaringólogo


25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: TUBO IRRIGACIÓN EICKEN LUER LOCK MARCA: KARL STORZ
 ITEM: 7 VALOR UNITARIO COTIZADO: 132.240
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN ACERO INOXIDABLE CORTA CURVADA	20	20	
	DIAMETRO 2.5 MM	20	20	
	LONGITUD 12.5 CM	20	20	
	SUBTOTAL	60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
	SUBTOTAL	40	35	
	TOTAL	100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

EQUIPO: ESPECULO NASAL DE HARMANN MARCA: KARL ZTORZ
 ITEM: 8 VALOR UNITARIO COTIZADO: 390.108
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ESPECULO NASAL PEDIATRICO	20	20	
	EN ACERO INOXIDABLE	20	20	
	LONGITUD 13 CM	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	15	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	15	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: ESPECULO NASAL DE KILLIAM STRUYKEN MARCA: KARL ZTORZ
 ITEM: 9 VALOR UNITARIO COTIZADO: 584.060
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN ACERO INOXIDABLE	20	20	
	BOCA DE 40 MM X CON TORNILLO	20	20	
	LONGITUD 15 CM	20	20	
	SUBTOTAL	60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	15	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	15	10	
	SUBTOTAL	40	35	
	TOTAL	100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: ESPECULO NASAL DE KILLIAM STRUYKEN MARCA: KARL ZTORZ
 ITEM: 10 VALOR UNITARIO COTIZADO: 584.060
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN ACERO INOXIDABLE	20	20	
	BOCA DE 75 MM CON TORNILLO	20	20	
	LONGITUD 15 CM	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	15	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	15	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringólogo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: AGUJA DE INYECCION KLEINSASSER MARCA: KARL STORZ

ITEM: 11 VALOR UNITARIO COTIZADO: 211.584

PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A


GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ACERO INOXIDABLE	20	20	
	CURVADA	20	20	
	LOGITUD 23 CM	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA


CARGO: Coordinadora Grupo esterilización

FIRMA: 

FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA

CARGO: otorrinolaringologo

FIRMA: 


FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: BISTURI FALCIFORME MARCA: KARL ZTORZ
 ITEM: 12 VALOR UNITARIO COTIZADO: 297.540
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ACERO INOXIDABLE LONGITUD 23 CM	20	20	
	CORTE RECTO Y DELICADO	20	20	
	VAINA CONICA DE 3 A 1 MM DE DIAMETRO	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	5	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: MANGO UNIVERSAL MARCA: KARL ZTORZ
 ITEM: 13 VALOR UNITARIO COTIZADO: 555.408
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN FORMA DE PINZAS CON 2 ANILLOS DE AGARRE	20	20	
	LONGITUD 9 CM	20	20	
	PARA INSTRUMENTOS DE 3MM	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: PINZA DE AGARRE KLEINSASSER MARCA: KARL STORZ
 ITEM: 14 VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.538.392
 PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ESTRIADAS CON MANDIBULAS TRIANGULARES	20	20	
	CURVADAS A LA DERECHA HACIA ARRIBA	20	20	
	EN ACERO INOXIDABLE 23 CM DE LONGITUD	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: Coordinadora Grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: PINZA DE AGARRE KLEINSASSER MARCA: KARL STORZ

ITEM: 15 VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.538.392

PROVEEDOR: BIOTRONITECH Colombia S.A

GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ACERO INOXIDABLE 23 CM DE LONGITUD	20	20	
	ESTRIADAS CON MANDIBULA TRIANGULAR	20	20	
	CURVADAS A LA IZQUIERDA HACIA ARRIBA	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA

CARGO: Coordinadora Grupo esterilización

FIRMA:

FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA

CARGO: otorrinolaringologo

FIRMA:

FECHA: 25/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROL ÍA E.S.E

CÓDIGO:

GDG-P02-F-10

GESTIÓN DEL GASTO

VERSIÓN:

01

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS

VIGENCIA:

30-07-2011

Página 1 de 1

EQUIPO: PINZA NASAL WRUNWALD

MARCA:

ALLGAIER

ITEM: 1

VALOR UNITARIO COTIZADO:

1.115.428

PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS

GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	pinza fabricada en acero quirúrgico	20	20	
	nasal recta de corte completo	20	5	se solicita ver si el corte es completo
	ancho 4.2 mm, longitud 11 cm.	20	5	se requiere ratificar la medida de la pinza
SUBTOTAL		60	30	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	65	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES:

SI ☐ NO ☐RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: NUBIA PRADA

CARGO: Coordinadora Grupo esterilización

FIRMA:

FECHA: 25/08/2014

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

JAVIER OSPINA

otorrinolaringólogo

25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: ELEVADOR DOBLE DE FREER MARCA: ALLGAIER
 ITEM: 2 VALOR UNITARIO COTIZADO: 138.277
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	fabricado en acero inoxidable	20	20	
	romo / cortante	20	20	
	longitud 20 cm	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROL ÍA E.S.E	GESTIÓN DEL GASTO		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VERSIÓN:	01
			VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: **OPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA 0°** MARCA: **ALLGAIER**
 ITEM: **3** VALOR UNITARIO COTIZADO: **11.665.489**
 PROVEEDOR: **LM INSTRUMENTS**
 GARANTÍA: **5 AÑOS**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	OPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA PANORAMICA GRAN ANGULAR 0°	10	5	en la oferta no dice si es gran angular
	0° 4mm LONGITUD 18 cm	10	5	no es el ofertado
	CON CONDUCTOR DE FIBRA OPTICA INCORPORADO	10	5	no hay aclaración
	AUTOCLAVABLE 135°C	10	5	no hay aclaración
	CON CONTENEDOR	10	10	
SUBTOTAL		50	30	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	20	10	
SUBTOTAL		50	35	
TOTAL		100	65	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: **NUBIA PRADA**
 CARGO: **Coordinadora Grupo esterilización**
 FIRMA: 
 FECHA: **25/08/2014**


NOMBRE: **JAVIER OSPINA**
 CARGO: **otorrinolaringologo**
 FIRMA: 
 FECHA: **25/08/2014**


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: PINZA NASAL BLAKESLEY RECTA MARCA: ALLGAIER
 ITEM: 4 VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.115.428
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	NASAL RECTA	20	20	
	ACERO INOXIDABLE	20	20	
	TAMAÑO 3 LONGITUD 11 CM	20	5	se requiere conocer la forma y el agarre
	SUBTOTAL	60	45	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
	SUBTOTAL	40	35	
	TOTAL	100	80	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: PINZA NASAL CURVADA 45° MARCA: ALLGAIER
 ITEM: 5 VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.217.669
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ACERO INOXIDABLE CORTE LISO Y ATRUMATICO	20	20	
	PINZA NASAL CURVADA 45°	20	20	
	ANCHURA 4.2 MM LONGITUD 11 CM	20	5	se requiere ver el ancho y la mordida de laboca de la pinza
SUBTOTAL		60	45	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	80	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringólogo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: TUBO IRRIGACIÓN EICKEN LUER LOCK MARCA: ALLGAIER
 ITEM: 6 VALOR UNITARIO COTIZADO: 174.312
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN ACERO INOXIDABLE- CORTA CURVADA	20	20	
	DIAMETRO 4 MM	20	20	
	LONGITUD 12.5 CM	20	20	
SUBTOTAL		60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringólogo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: TUBO IRRIGACIÓN EICKEN LUER LOCK MARCA: ALLGAIER
 ITEM: 7 VALOR UNITARIO COTIZADO: 174.312
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN ACERO INOXIDABLE CORTA CURVADA	20	20	
	DIAMETRO 2.5 MM	20	20	
	LONGITUD 12.5 CM	20	20	
	SUBTOTAL	60	60	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	10	
	SUBTOTAL	40	35	
	TOTAL	100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

EQUIPO: ESPECULO NASAL DE KILLIAM STRUYKEN MARCA: ALLGAIER
 ITEM: 9 VALOR UNITARIO COTIZADO: 373.765
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN ACERO INOXIDABLE	20	20	
	BOCA DE 40 MM X CON TORNILLO	20	5	es necesario ver la boca de la pinza
	LONGITUD 15 CM	20	5	y su longitud real.
SUBTOTAL		60	30	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	15	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	15	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	65	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: ESPECULO NASAL DE KILLIAM STRUYKEN MARCA: ALLGAIER

ITEM: 10 VALOR UNITARIO COTIZADO: 373.765

PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS


GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	EN ACERO INOXIDABLE	20	20	
	BOCA DE 75 MM CON TORNILLO	20	5	el ofertado no trae tornillo
	LONGITUD 15 CM	20	5	el ofertado no tiene la longitud solicitada
SUBTOTAL		60	30	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	15	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	15	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	65	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: NUBIA PRADA


CARGO: coordinadora grupo esterilización

FIRMA: 

FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA

CARGO: otorrinolaringologo

FIRMA: 


FECHA: 25/08/2014


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: BISTURI FALCIFORME MARCA: ALLGAIER
 ITEM: 12 VALOR UNITARIO COTIZADO: 260.630
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS
 :
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ACERO INOXIDABLE LONGITUD 23 CM	20	5	no oferta la longitud solicitada
	CORTE RECTO Y DELICADO	20	20	
	VAINA CONICA DE 3 A 1 MM DE DIAMETRO	20	20	
SUBTOTAL		60	45	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	20	20	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	10	5	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	80	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014


 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E. Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: ESPECULO NASAL DE HARMANN MARCA: ALLGAIER
 ITEM: 8 VALOR UNITARIO COTIZADO: 307.560
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS
 GARANTÍA: 5 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	ESPECULO NASAL PEDIATRICO	20	5	
	EN ACERO INOXIDABLE	20	20	
	LONGITUD 13 CM	20	5	no es el tamaño solicitado
SUBTOTAL		60	30	
	Tiempo de garantía mínimo de 5 años	15	15	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	10	10	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	15	10	
SUBTOTAL		40	35	
TOTAL		100	65	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: NUBIA PRADA
 CARGO: coordinadora grupo esterilización
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014

NOMBRE: JAVIER OSPINA
 CARGO: otorrinolaringologo
 FIRMA: 
 FECHA: 25/08/2014