



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

CONVOCATORIA PÚBLICA 0120 DE 2014

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

ÍTEM 1. SPECT-CT

PROVEEDOR: SIEMENS S.A.

En relación a su observación a la evaluación técnica del equipo objeto de esta invitación, se solicitó la aclaración correspondiente a la empresa General Medica de Colombia S.A., donde se expresa que se puede realizar la instalación del equipo sin realizar modificaciones estructurales adaptándose al espacio mencionado en el ítem No. 1. Generales, 2. Área estimada de la sala para el equipo 4.93 m x 6 m, máximo.

Por lo cual se mantiene la calificación técnica habilitante al oferente General Médica de Colombia S.A., GEMEDCO S.A.

Se adjuntan la respuesta mencionada.

PROVEEDOR: GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA S.A - GEMEDCO S.A

En relación a la observación en su respuesta aclaratoria se informa que el proveedor SIEMENS S.A. expreso en su propuesta como se puede constatar en el folio 201A de la misma, la instalación del equipo objeto de la invitación en el espacio mencionado en el ítem No. 1. Generales, 2. Área estimada de la sala para el equipo 4.93 m x 6 m, máximo.

Por lo cual se mantiene la calificación técnica habilitante al oferente Siemens S.A.

La presente se expide a los 19 días del mes de diciembre de 2014.

MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA

Coordinadora Grupo Tecnología Biomédica



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

Bogotá D.C., Diciembre 18 de 2014

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Calle 1ª Nro. 9 -85 Tercer Piso
Torre Administrativa
Bogotá D.C.

Asunto: SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 120 DE 2014

Dando respuesta a la inquietud planteada en su oficio de Diciembre 18 de 2014 sobre el ITEM 1 SPECT / CT Área estimada de la sala del equipo 4,93 x 6,00 mt, nos permitimos aclarar lo siguiente:

En el folio 78 de nuestra propuesta, Hoja Técnico del equipo en su página 9 se lee textualmente:

Siting Requirements

Recommended Suite Size

Exam Room Minimum Size (+/-10%) : 4267mm x 6150mm (14' x 20'2")

Como se observa el espacio sugerido es +/- 10% por lo que el equipo propuesto se puede instalar físicamente en el espacio suministrado por el Instituto Nacional de Cancerología.

Nosotros en la propuesta y en la respuesta suministrada hablamos de modificar en 50 cm el muro del cuarto de control con el fin de dar más espacio y funcionalidad al equipo. Es importante respetar las áreas de servicio del equipo en mención, para una mejor maniobrabilidad en el momento del soporte técnico (situación que aplica para cualquier marca). No obstante es a criterio del INC aceptar esta sugerencia ya que el equipo propuesto cabe en el espacio actual, sin embargo resaltamos una vez más que por funcionalidad en la operación del equipo , espacio para accesorios y adicionales del equipo, lo más recomendable es la modificación sugerida.

Aclaremos que el equipo ofertado SI se puede instalar en el espacio suministrado.

Por otra parte, y remitiéndonos a la página web de la compañía Siemens <https://ftp.siemensmedical.com/PP-Typicals/MI/Symbia%20T.%20T2.%20T6%20and%20T16/PDF%20File/13042.pdf> se puede obtener la hoja técnica del equipo que esta compañía comercializa, el cual anexamos a la presente; y que se adecua a las especificaciones solicitadas por el INC; se puede observar en la página 2 el área que requiere dicho equipo y con profunda preocupación notamos que lo solicitado por la compañía Siemens para la instalación de su equipo es un espacio de 21" (6,40 mt) x 15" (4,57 mt), lo cual hace que el espacio suministrado por el INC sea insuficiente para la instalación de este modelo, incluso siendo más grande que el ofertado por nosotros.

Por lo anterior contestamos SI cabe el equipo propuesto en el espacio suministrado por el INC y solicitamos que se le pida la misma aclaración a la compañía Siemens con la misma celeridad con la cual fuimos requeridos.

Bogotá
Calle 103 No. 14A-43
PBX: (571) 743 0010
Fax: (571) 810 0229
Móvil: 315 340 9925

Medellín
Cra.48 No. 28Sur-181 Local 104
Tel.: (574) 448 0509
Fax: (574) 270 5526
Móvil: 315 802 1638

Barranquilla
Cra. 52 No. 70-107 Local 18
Tel.: (575) 356 7871
Fax: (575) 345 6688
Móvil: 315 802 1657

Cali
Cra. 100 No. 11-60 Local 235
Tel.: (572) 315 8790
Fax: (572) 339 1359
Móvil: 315 802 1683

Bucaramanga
Cra. 24 No. 154-106
Local 103
Tel.: (577) 638 4180 Ext.: 1103
Móvil: 315 788 2358

Página 1 de 2



Distribuidor Autorizado
GE Healthcare

www.gemedco.com.co



Esperando que lo anterior responda satisfactoriamente la inquietud planteada

Cualquier información, favor dirigirse a la suscrita, a la siguiente dirección:
Calle 103 No. 14A – 43
Teléfono: 7430010 Ext. 1203
Bogotá D.C.

Cordialmente,

ADRIANA ALICIA AGUILAR GARCÍA
C.C. No. 51.759.531
Representante Legal
General Médica de Colombia S.A.



SIEMENS

**UBICACIÓN DEL SPECT -CT SEGÚN AREA REQUERIDA
DENTRO DEL AREA DISPONIBLE DESIGNADA DEL INC (4.93m x 6 m, máximo)**



