


 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO:	BUTACOS GIRATORIOS GRADUABLES	MARCA:	MAFET
ITEM:	Nº. 4	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 290.000 MAS IVA
PROVEEDOR:	LM INSTRUMENTS S. A.		
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	En acero inoxidable	20	20	
	Fabricado en material resistente que sea lavable	10	10	
	Base cómoda con conchoneta de alta densidad, cubierta en material lavable resistente	20	20	
	Que permita graduar la altura teniendo en cuenta el procedimiento	20	20	
	Con tapones de caucho que evite el deslizamiento	10	5	
SUBTOTAL		80	75	
	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	10	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
SUBTOTAL		20	20	
TOTAL		100	95	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: JESUS ANTONIO ACOSTA PEÑALOZA
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN MEDICA Y DOCENCIA
FIRMA: 
FECHA: 


NOMBRE: MARIA C. GOMEZ S.
CARGO: COORDINADORA CONSULTA EXTERNA
FIRMA: _____
FECHA: _____

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: SILLAS RECLINABLES MARCA: MAFET
 ITEM: _____ VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.020.000
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS S.A.
 GARANTÍA: DOS AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS	SILLAS RECLINOMATIC TRES POSICIONES FACILES DE MANEJAR GARANTIA ESPECIFICA EN EL HERRAJE(SISTEMA METALICO DE FUNCIONAMIENTO)TAPIZADAS EN MATERIAL SINTETICO IMITACIÓN CUERO DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	X		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	TIEMPO DE GARANTIA MINIMA DOS AÑOS, GARANTIA DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO ASESORIA GARANTIA DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS			
				PUNTAJE DE APROBACIÓN:

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐
 RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐
 CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐


NOMBRE: RUTH ELENA FARIAS MOLANO NOMBRE: _____
 CARGO: COORDINADOR GRUPO AREA ENFERMERIA ONCOLOGICA CARGO: _____
 FIRMA:  FIRMA: _____
 FECHA: may-14 FECHA: _____

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1

EQUIPO: SILLA PARA BAÑO DE PACIENTES MARCA: MAFET
 ITEM: _____ VALOR UNITARIO COTIZADO: 275.000
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS S.A.
 GARANTÍA: UN AÑO

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
SEGURAS	MATERIAL RESISTENTE	10	8	
	TUBERIA RESISTENTE	10	10	
	RUEDAS CON FRENOS	20	20	
COMODAS	AMPLIAS	10	8	
	DESCANSA BRAZOS	10	10	
	DESCANSA PIES	10		
			8	
FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	LAVABLES	15	15	
	TUBERIA INOXIDABLE, PINTURA ELECTROSTATICA	15	13	
TOTAL		100	92	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: RUTH ELENA FARIAS MOLANO NOMBRE: _____
 CARGO: COORDINADOR GRUPO AREA ENFERMERIA ONCOLOGICA CARGO: _____
 FIRMA:  FIRMA: _____
 FECHA: may-14 FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


EQUIPO: CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES MARCA: MAFET/M-066
 ITEM: 1 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 4.802.980
 PROVEEDOR: LM INSTRUMENTS S.A.
 GARANTÍA: DOS (2) AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1.1. Que cuente con mecanismos que permitan colocar en diferentes posiciones al paciente, como trendelemburg y trendelemburg invertido.	6	6	
	1.2. Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° como mínimo.	6	6	
	1.3. Altura de descanso ajustable que cubra el rango de 59cm a 85 cm. (Medio de la superficie de la camilla al piso sin colchón).	6	6	
	1.4. Que soporte un peso mínimo de 225 Kg.	6	6	
	1.5. Dimensiones aproximadas de la superficie para el paciente 190 cm x 76 cm, de ancho.	6	6	Dimensiones 190 cm x 70cm
	1.6. Con ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo.	6	0	Ruedas de 12.7 cm plásticas antiestáticas con freno.
	1.7. Colchón en poliuretano de alta densidad, antiestático, de mínimo de 7cm de ancho, forrado en material lavable resistente, de la misma marca de la camilla y con tamaño de acuerdo a las dimensiones.	6	6	
	1.8. Barandas laterales abatibles o plegables.	6	6	
	1.9. Parachoques perimetral de la camilla o en cada esquina.	6	6	
	1.10. Sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.	6	0	No especifica información de frenado centralizado.
	1.11. Atril con mínimo dos ganchos para soluciones.	6	6	Atril portasuero cromado para dos bolsas
	1.12. Superficie de la camilla rígida.	6	6	
SUBTOTAL (Porcentaje)		72	60	
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años	2	2	
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento.	2	2	
	3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	2	2	
	4. Realizar mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante el primer año. (Mínimo tres mantenimientos).	2	2	
	5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mínimo por dos años a partir de la fecha de entrega en funcionamiento.	2	2	
	6. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor a seis (6) horas.	2	2	
	7. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos cinco años.	2	2	
	8. Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del término de la vigencia de la garantía.	2	0	No se encuentra la propuesta o terminos relacionados.
	9. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	2	2	
	10. Describir el programa de capacitación técnica, para personal asistencial y de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología.	2	2	
SUBTOTAL (Porcentaje)		20	18	
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invimu y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	2	2	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	2	0	No se encuentra certificación relacionada.
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	2	2	
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.	2	2	
SUBTOTAL (Porcentaje)		8	6	
TOTAL		100	84	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (26) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2014
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: **MUEBLE PARA GUARDAR ROPA E INSUMOS** MARCA: **HERMAN MILLER**

ITEM: **Nº. 3** VALOR UNITARIO COTIZADO: **\$ 5.788.400 CON IVA INCLUIDO**

PROVEEDOR: **HOSPIMEDICS S. A.**

GARANTÍA: **DOS AÑOS**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
TECNICAS	En acero inoxidable o en poliuretano	20	20	
	Fabricado en material resistentque que sea lavable	10	10	
	Con ruedas giratorias resistentes que tengan freno	10	10	
	Medidas aproximadas 1.80mt de alto x 1mt de largo y 40cm de profundidad	20	20	
	Gabinete inferior de 50cm aproximadamente, para guardar ropa	10	10	
	Parte superior de aproximadamente 90cm, con dos entrepaños	5	5	
	La parte superior con cahapa en las puertas, las cuales pueden ser fabricadas con vidrio o en el mismo material del mueble	5	5	
SUBTOTAL		80	80	
MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	10	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
SUBTOTAL		20	20	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: **JESUS ANTONIO ACOSTA PENALOZA**

CARGO: **SUBDIRECCION GENERAL DE ATENCION MEDICA Y DOCENCIA**

FIRMA: 

FECHA: _____

NOMBRE: **MARIA C. GOMEZ S.**

CARGO: **COORDINADORA CONSULTA EXTERNA**

FIRMA: _____

FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA CATEGORIA		VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1			

EQUIPO: CARRO DE MEDICAMENTOS MARCA HERMAN MILLER
 ITEM: 5 VALOR UNITARIO \$6.550.000,00
 PROVEEDOR: HOSPIMEDICS
 GARANTÍA: _____


CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE ASIGNADO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
* Estructura de acero recubierta de plástico de fácil movimiento, limpieza y desinfección. BIN cassette 10 pacientes de 24" de ancho. * Compartimiento para almacenamiento de líquidos de gran volumen de 6". * Barra de bloqueo de apertura electrónica/mecánica. * 2 ruedas con freno al frente y en la parte de atrás 2 ruedas sin freno	Carro para la dispensación de medicamentos en polímero de alta densidad entre 30 y 20 cajetines (ajustables) . Compartimiento para almacenamiento de líquidos de gran volumen. Sistema de acceso de seguridad (llave). Ruedas giratorias con sistema de seguridad.	Especificaciones técnicas al 100% de acuerdo al numeral o numerales del anexo 3.	50	50	De acuerdo al documento adjunto cumple con las especificaciones.
	2 Años	Garantizar soporte y mantenimiento mínimo durante la garantía del equipo	17	17	De acuerdo al documento adjunto cumple con las especificaciones.
	2 Años	Garantía directa con el fabricante	17	17	De acuerdo al documento adjunto cumple con las especificaciones.
	90 días	Tiempos de entrega del producto solicitado	16	8	No es clara la unidad de tiempo de entrega (Horas , Dias y Meses), el proveedor coloca 90
SUBTOTAL					
TOTAL			100	92	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 80

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: CARRO DE CURACIONES MARCA: HERMAN MILLER-CAST CARD
 ITEM: 6 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 2,290,000
 PROVEEDOR: HOSPIMEDICS S.A.
 GARANTÍA: DOS AÑOS Cantidad: DOS (2)

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DISEÑO Y CALIDAD DEL EQUIPO MEDICO	ELABORADO EN POLIURETANO RECICLABLE, RIGIDO RESISTENTE,DURABLE.			#iREF!
	FACIL MANIOBRALIDAD, NO PRODUZCA RUIDOS EN SU DESPLAZAMIENTO, RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO			
	ERGONOMICO, ESQUINAS REDONDEADAS,PAARACHOQUES			
	BASE SUPERIOR QUE PERMITA QUE PERMITA MESA DE TRABAJO			
	SUBTOTAL	40	40	
FUNCIONABILIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO	FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, PERMITA CONTROL D ELA INFECCIÓN SIN QUE SE OXIDEN SUS UNIONES Y SUPERFICIES.			#iREF!
	MEDIDAS APROXIMADAS 52CM DE ANCHO, 82CM DE LARGO, ALTO 85CM			
	GAVETAS DE FACIL LIMPIEZA			
	SUBTOTAL	40	40	
CAPACITACIÓN	TALLERES DE CAPACITACION EN EL CUIDADO DEL EQUIPO			
	SUBTOTAL	10	10	
SERVICIO POST VENTA	EL EQUIPO NO SERAN DESCONTINUADOS EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS			
	LA VIDA UTIL DEL EQUIPO , SON DE 10 AÑOS Y UN AÑO MINIMO PARA ACCESORIOS			
	TIEMPO DE RESPUESTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR O IGUAL A CUATRO HORAS. (4)			
	SUBTOTAL	10	10	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: ROCIO DEL SOCORRO JAIMES VILLAMIZAR
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO IMÁGENES DIAGNOSTICAS
 FIRMA: 
 FECHA: MAYO 27 DE 2014

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: Carro para guardar paquetes esteriles MARCA: MED SURG STORAGE CART - **HERMAN MILLER**

ITEM: 7 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 8.900.000

PROVEEDOR: HOSPIMEDICS S.A


GARANTÍA: Dos años Cantidad: Uno (1)

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DISEÑO Y CALIDAD DEL EQUIPO MEDICO	ELABORADO EN MATERIAL RECICLABLE, RIGIDO RESISTENTE, DURABLE.			
	FACIL MANIOBRALIDAD, NO PRODUZCA RUIDOS EN SU DESPLAZAMIENTO, RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO ERGONOMICO, ESQUINAS REDONDEADAS, PAARACHOQUES			
				La esquinas redondeadas permiten la facil limpieza que en los angulos agudos.
	SUBTOTAL	40	40	
FUNCIONABILIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO	FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, PERMITA CONTROL D ELA INFECCIÓN SIN QUE SE OXIDEN SUS UNIONES Y SUPERFICIES.			Los componentes del carro pueden eliminarse del cuerpo de carro haciendo cada elemento accesible a la limpieza.
	MEDIDAS MINIMO 180CM DE ALTO 122 DE ANCHO . PROFUNDIDAD 70CMS DOBLE PUERTA CON LLAVE			Sistema modular lo que permite aumentar o disminuir los espacios según necesidad del servicio
	CUERPO DEL CARRO CON COLUMNA INTERNA PARCIAL			
	UBICACIÓN INFERIOR DE CAJONES MINIMO (4) 15CM DE ALTO			
	MINIMO CUATRO BANDEJAS DE 60CM DE ANCHO			
	SUBTOTAL	40	40	
CAPACITACIÓN	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL CUIDADO DEL EQUIPO			
	SUBTOTAL	10	10	
SERVICIO POST VENTA	EL EQUIPO NO SERAN DESCONTINUADOS EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS			
	LA VIDA UTIL DEL EQUIPO , SON DE 10 AÑOS Y UN AÑO MINIMO PARA ACCESORIOS			
	TIEMPO DE RESPUESTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR O IGUAL A CUATRO HORAS. (4)			
	SUBTOTAL	10	10	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: ROCIO DEL SOCORRO JAIMES VILLAMIZAR

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO IMÁGENES DIAGNOSTICAS

FIRMA: 

FECHA: MAYO 27 DE 2014

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1		


EQUIPO: CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES MARCA: HILL ROM/P8005
 ITEM: 1 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 11.020.000
 PROVEEDOR: HOSPI MEDICS S.A.
 GARANTÍA: DOS (2) AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1.1. Que cuente con mecanismos que permitan colocar en diferentes posiciones al paciente, como trendelemburg y trendelemburg invertido.	6	6	
	1.2. Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° como mínimo.	6	6	
	1.3. Altura de descanso ajustable que cubra el rango de 59cm a 85 cm. (Medio de la superficie de la camilla al piso sin colchón).	6	6	Altura ajustable 58.4 cm a 88.9 cm
	1.4. Que soporte un peso mínimo de 225 Kg.	6	6	317Kg
	1.5. Dimensiones aproximadas de la superficie para el paciente 190 cm x 76 cm, de ancho.	6	3	Camilla de dimensiones 210 cm x 81.3 cm
	1.6. Con ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo.	6	6	20.3 cm
	1.7. Colchón en poliuretano de alta densidad, antiestático, de mínimo de 7cm de ancho, forrado en material lavable resistente, de la misma marca de la camilla y con tamaño de acuerdo a las dimensiones.	6	6	7.5cm
	1.8. Barandas laterales abatibles o plegables.	6	6	
	1.9. Parachoques perimetral de la camilla o en cada esquina.	6	6	
	1.10. Sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.	6	6	
	1.11. Altrii con mínimo dos ganchos para soluciones.	6	6	
	1.12. Superficie de la camilla rígida.	6	6	
SUBTOTAL (Porcentaje)		72	69	
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años	2	2	
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento.	2	2	
	3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	2	2	
	4. Realizar mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante el primer año. (Mínimo tres mantenimientos).	2	2	
	5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mínimo por dos años a partir de la fecha de entrega en funcionamiento.	2	2	
	6. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor a seis (6) horas.	2	2	
	7. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos cinco años.	2	2	
	8. Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del término de la vigencia de la garantía.	2	0	No se describe la propuesta o los terminos para contratación post-garantía.
	9. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	2	2	
	10. Describir el programa de capacitación técnica, para personal asistencial y de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología.	2	2	
SUBTOTAL (Porcentaje)		20	18	
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el InVima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	2	2	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	2	0	No anexa certificaciones relacionadas a las normas ISO solicitadas de la marca Hill Rom.
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	2	2	
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.	2	2	
SUBTOTAL (Porcentaje)		8	6	
TOTAL		100	93	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (26) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2014
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1		


EQUIPO: CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES MARCA: STRYKER/747
 ITEM: 1 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 8.932.000
 PROVEEDOR: TECNICA ELECTROMEDICA
 GARANTÍA: DOS (2) AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1.1. Que cuente con mecanismos que permitan colocar en diferentes posiciones al paciente, como trendelenburg y trendelenburg invertido.	6	6	
	1.2. Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° como mínimo.	6	6	
	1.3. Altura de descanso ajustable que cubra el rango de 59cm a 85 cm. (Medio de la superficie de la camilla al piso sin colchón).	6	6	55cm a 91cm
	1.4. Que soporte un peso mínimo de 225 Kg.	6	6	226Kg
	1.5. Dimensiones aproximadas de la superficie para el paciente 190 cm x 76 cm, de ancho.	6	4	Dimensiones 211cm x76cm
	1.6. Con ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo.	6	6	20 cm
	1.7. Colchón en poliuretano de alta densidad, antiestático, de mínimo de 7cm de ancho, forrado en material lavable resistente, de la misma marca de la camilla y con tamaño de acuerdo a las dimensiones.	6	6	8 cm
	1.8. Barandas laterales abatibles o plegables.	6	6	
	1.9. Parachoques perimetral de la camilla o en cada esquina.	6	6	
	1.10. Sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.	6	6	
	1.11. Atril con mínimo dos ganchos para soluciones.	6	6	Cuatro receptáculos para soporte de líquido intravenoso
	1.12. Superficie de la camilla rígida.	6	6	
SUBTOTAL (Porcentaje)		72	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años	2	2	
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento.	2	2	
	3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	2	2	
	4. Realizar mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante el primer año. (Mínimo tres mantenimientos).	2	2	
	5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mínimo por dos años a partir de la fecha de entrega en funcionamiento.	2	0	No especifica servicio 24 horas, 7 días
	6. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor a seis (6) horas.	2	2	
	7. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos cinco años.	2	2	
	8. Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del término de la vigencia de la garantía.	2	2	Menciona compromiso de contracción al término de la garantía con términos generales.
	9. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	2	2	10 años.
	10. Describir el programa de capacitación técnica, para personal asistencial y de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología.	2	2	
SUBTOTAL (Porcentaje)		20	18	
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	2	2	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	2	2	
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	2	2	
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.	2	2	
SUBTOTAL (Porcentaje)		8	8	
TOTAL		100	96	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (26) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2014
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: MUEBLE PARA GUARDAR ROPA E INSUMOS MARCA: NO REGISTRA
 ITEM: Nº. 3 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 3.316.440 CON IVA INCLUIDO
 PROVEEDOR: A 1 BIOSEGURIDAD
 GARANTÍA: SEIS MESES

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
TECNICAS	En acero inoxidable o en poliuretano	20	10	No especifica en que material ofrece el mueble
	Fabricado en material resistentque que sea lavable	10	10	
	Con ruedas giratorias resistentes que tengan freno	10	10	
	Medidas aproximadas 1.80mt de alto x 1mt de largo y 40cm de profundidad	20	20	
	Gabinete inferior de 50cm aproximadamente, para guardar ropa	10	10	
	Parte superior de aproximadamente 90cm, con dos entrepaños	5	5	
	La parte superior con cahapa en las puertas, las cuales pueden ser fabricadas con vidrio o en el mismo material del mueble	5	5	
SUBTOTAL		80	70	
MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	0	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
SUBTOTAL		20	10	
TOTAL		100	80	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: JESUS ANTONIO ACOSTA PENALOZA NOMBRE: MARIA C. GOMEZ S.
 CARGO: SUB DIRECTOR GENERAL DE ATENCION MEDICA Y EDUCACION CARGO: COORDINADORA CONSULTA EXTERNA
 FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha] FECHA: [Fecha]



ATENCION MEDICA Y EDUCACION
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: BUTACOS GIRATORIOS GRADUABLES MARCA: NO REGISTRA
 ITEM: Nº. 4 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 348.000 MAS IVA
 PROVEEDOR: A 1 BIOSEGURIDAD
 :
 GARANTÍA: SEIS MESES

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	En acero inoxidable	20	20	
	Fabricado en material resistente que sea lavable	10	10	
	Base cómoda con conchoneta de alta densidad, cubierta en material lavable resistente	20	20	
	Que permita graduar la altura teniendo en cuenta el procedimiento	20	20	
	Con tapones de caucho que evite el deslizamiento	10	10	
	SUBTOTAL	80	80	
	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	0	SEIS MESES
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
	SUBTOTAL	20	10	
	TOTAL	100	90	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: JESUS ANTONIO ACOSTA PEÑALOZA NOMBRE: MARIA C. GOMEZ S.
 CARGO: SUB DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA CARGO: COORDINADORA CONSULTA EXTERNA
 FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha] FECHA: [Fecha]




SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
 ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA
 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA CATEGORIA		VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1			

EQUIPO: CARRO DE MEDICAMENTOS MARCA RUBRER MAID
 ITEM: 5 VALOR UNITARIO \$3.920.000,00
 PROVEEDOR: A1 BIOSEGURIDAD S A S
 GARANTÍA:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE ASIGNADO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
* Estructura de acero recubierta de plástico de fácil movimiento, limpieza y desinfección. BIN cassette 10 paceintes de 24" de ancho. * Compartimiento para almacenamiento de líquidos de gran volumen de 6". * Barra de bloqueo de apertura electrónica/mecánica. * 2 ruedas con frenoal frente y en la parte de atrás 2 ruedas sin freno	Carro para la dispensacion de medicamentos en polimero de alta densidad entre 30 y 20 cajetines (ajustables)	Especificaciones técnicas al 100% de acuerdo al numeral o numerales del anexo 3.	50	20	No cumple con las especificaciones, debe adjuntar ficha tecnica para verificación de las características y especificaciones solicitadas.
	Compartimento para almacenamiento de líquidos de gran volumen. Sistema de acceso de seguridad (llave). Ruedas giratorias con sistema de seguridad.				
	6 Meses	Garantizar soporte y mantenimiento mínimo durante la garantía del equipo	17	17	
		Garantía directa con el fabricante	17	0	No adjunta soporte, ni referencia de la garantia con el fabricante
	45 dias	Tiempos de entrega del producto solicitado	16	16	
SUBTOTAL					
TOTAL			100	53	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 80

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒



EQUIPO:	SILLAS RECLINABLES	MARCA:	A1
ITEM:		VALOR UNITARIO COTIZADO:	1.300.000
PROVEEDOR:	A1 BIOSEGURIDAD		
GARANTÍA:	6MESES		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS	SILLAS RECLINOMATIC TRES POSICIONES FACILES DE MANEJAR GARANTIA ESPECIFICA EN EL HERRAJE(SISTEMA METALICO DE FUNCIONAMIENTO)TAPIZADAS EN MATERIAL SINTETICO IMITACIÓN CUERO DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	X		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	TIEMPO DE GARANTIA MINIMA DOS AÑOS, GARANTIA DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO ASESORIA GARANTIA DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS			
				PUNTAJE DE APROBACIÓN:

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE:	RUTH ELENA FARIAS MOLANO	NOMBRE:	
CARGO:	COORDINADOR GRUPO AREA ENFERMERIA ONCOLOGICA	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA:	may-14	FECHA:	



GESTIÓN DEL GASTO

GDG-P02-F-10

01

30-07-2011

Página 1 de 1

MARCA:

A1 BIOSEGURIDAD

VALOR UNITARIO COTIZADO:

730.000

A1 BIOSEGURIDAD

DOD AÑO

TOTAL	100	97	PUNTAJE DE APROBACIÓN:	90
-------	-----	----	------------------------	----

SI	NO
----	----

SI	X	NO
----	---	----

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	NO
-----------------------------	----	---	----

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

may-14

FECHA:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1		


EQUIPO: CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES MARCA: A1 BISEG
 ITEM: 1 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 6.496.000
 PROVEEDOR: A1 SEGURIDAD S.A.S
 GARANTÍA: DOS (2) AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1.1. Que cuente con mecanismos que permitan colocar en diferentes posiciones al paciente, como trendelenburg y trendelenburg invertido.	6	0	
	1.2. Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° como mínimo.	6	0	
	1.3. Altura de descanso ajustable que cubra el rango de 59cm a 85 cm. (Medio de la superficie de la camilla al piso sin colchón).	6	0	
	1.4. Que soporte un peso mínimo de 225 Kg.	6	0	
	1.5. Dimensiones aproximadas de la superficie para el paciente 190 cm x 76 cm, de ancho.	6	0	
	1.6. Con ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo.	6	0	No se anexa información propia del equipo ofertado, imágenes o descripción distinta al listado solicitado en la invitación.
	1.7. Colchón en poliuretano de alta densidad, antiestático, de mínimo de 7cm de ancho, forrado en material lavable resistente, de la misma marca de la camilla y con tamaño de acuerdo a las dimensiones.	6	0	
	1.8. Barandas laterales abatibles o plegables.	6	0	
	1.9. Parachoques perimetral de la camilla o en cada esquina.	6	0	
	1.10. Sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.	6	0	
	1.11. Atril con mínimo dos ganchos para soluciones.	6	0	
	1.12. Superficie de la camilla rígida.	6	0	
SUBTOTAL (Porcentaje)		72	0	
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años	2	2	
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento.	2	2	
	3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	2	0	No anexa certificación emitida por el fabricante.
	4. Realizar mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante el primer año. (Mínimo tres mantenimientos).	2	0	No se encuentra información relacionada.
	5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mínimo por dos años a partir de la fecha de entrega en funcionamiento.	2	2	
	6. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor a seis (6) horas.	2	2	
	7. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos cinco años.	2	2	
	8. Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del término de la vigencia de la garantía.	2	0	No se anexa propuesta de mantenimiento.
	9. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	2	2	
	10. Describir el programa de capacitación técnica, para personal asistencial y de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología.	2	0	No se describe el programa de capacitación.
SUBTOTAL (Porcentaje)		20	12	
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	2	0	No se anexa información relacionada.
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	2	0	
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	2	0	
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.	2	0	
SUBTOTAL (Porcentaje)		8	0	
TOTAL		100	12	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2014
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA		


NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: CARRO DE CURACIONES MARCA: NO HAY INFORMACION
 ITEM: 6 VALOR UNITARIO COTIZADO: S 1,680,000
 PROVEEDOR: A1 BIOSEGURIDAD
 GARANTÍA: 6 MESES Cantidad: Dos (2)

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DISEÑO Y CALIDAD DEL EQUIPO MEDICO	ELABORADO EN POLIURETANO RECICLABLE, RIGIDO RESISTENTE,DURABLE.			
	FACIL MANIOBRALIDAD, NO PRODUZCA RUIDOS EN SU DESPLAZAMIENTO, RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO ERGONOMICO, ESQUINAS REDONDEADAS,PAARACHOQUES			
	SUBTOTAL	40		NO HAY IMÁGENES QUE PUEDAN MOSTRAR EL PRODUCTO.EL CD MUESTRA LA MISMA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CARPETA.
FUNCIONABILIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO	FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, PERMITA CONTROL D ELA INFECCIÓN SIN QUE SE OXIDEN SUS UNIONES Y SUPERFICIES.			
	MEDIDAS APROXIMADAS 52CM DE ANCHO, 82CM DE LARGO, ALTO 85CM			
	GAVETAS DE FACIL LIMPIEZA			
	SUBTOTAL	40		NO HAY INFORMACIÓN
CAPACITACIÓN	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL CUIDADO DEL EQUIPO			
	SUBTOTAL	10		NO HAY INFORMACIÓN
SERVICIO POST VENTA	EL EQUIPO NO SERAN DESCONTINUADOS EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS			
	LA VIDA UTIL DEL EQUIPO , SON DE 10 AÑOS Y UN AÑO MINIMO PARA ACCESORIOS			
	TIEMPO DE RESPUESTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR O IGUAL A CUATRO HORAS. (4)			
	SUBTOTAL	10		
TOTAL		100	0	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 00

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☐

NOMBRE: ROCIO DEL SOCORRO JAIMES VILLAMIZAR
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO IMÁGENES DIAGNOSTICAS
 FIRMA: 
 FECHA: MAYO 27 DE 2014


NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: Carro para guardar paquetes esteriles MARCA: NO HAY INFORMACIÓN
 ITEM: 7 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 1,345,000
 PROVEEDOR: A1 BIOSEGURIDAD
 GARANTÍA: 6 MESES Cantidad: Uno (1)

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DISEÑO Y CALIDAD DEL EQUIPO MEDICO	ELABORADO EN MATERIAL RECICLABLE, RIGIDO RESISTENTE,DURABLE.			NO HAY IMÁGENES QUE PUEDAN MOSTRAR EL PRODUCTO.EL CD MUESTRA LA MISMA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CARPETA.
	FACIL MANIOBRALIDAD, NO PRODUZCA RUIDOS EN SU DESPLAZAMIENTO, RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO ERGONOMICO, ESQUINAS REDONDEADAS,PAARACHOQUES			
	SUBTOTAL	40		
FUNCIONABILIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO	FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, PERMITA CONTROL D ELA INFECCIÓN SIN QUE SE OXIDEN SUS UNIONES Y SUPERFICIES.			
	MEDIDAS MINIMO 180CM DE ALTO 122 DE ANCHO . PROFUNDIDAD 70CMS DOBLE PUERTA CONLL LLAVE			
	CUERPO DEL CARRO CON COLUMNA INTERNA PARCIAL			
	UBICACIÓN INFERIOR DE CAJONES MINIMO (4) 15CM DE ALTO			
	MINIMO CUATRO BANDEJAS DE 60CM DE ANCHO			
	SUBTOTAL	40		
CAPACITACIÓN	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL CUIDADO DEL EQUIPO			NO HAY INFORMACIÓN
	SUBTOTAL	10		NO HAY INFORMACIÓN
SERVICIO POST VENTA	EL EQUIPO NO SERAN DESCONTINUADOS EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS			
	LA VIDA UTIL DEL EQUIPO , SON DE 10 AÑOS Y UN AÑO MINIMO PARA ACCESORIOS			
	TIEMPO DE RESPUESTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR O IGUAL A CUATRO HORAS. (4)			
	SUBTOTAL	10		
TOTAL		100	0	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: ROCIO DEL SOCORRO JAIMES VILLAMIZAR
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO IMAGENES DIAGNOSTICAS
 FIRMA: 
 FECHA: MAYO 27 DE 2014

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1			

EQUIPO: CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES MARCA: MUEBLES HOSPITALARIOS MB
 ITEM: 1 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 5.800.000
 PROVEEDOR: MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S.
 GARANTÍA: DOS (2) AÑOS


CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1.1. Que cuente con mecanismos que permitan colocar en diferentes posiciones al paciente, como trendelenburg y trendelenburg invertido.	6	0	
	1.2. Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° como mínimo.	6	0	
	1.3. Altura de descanso ajustable que cubra el rango de 59cm a 85 cm. (Medio de la superficie de la camilla al piso sin colchón).	6	0	
	1.4. Que soporte un peso mínimo de 225 Kg.	6	0	
	1.5. Dimensiones aproximadas de la superficie para el paciente 190 cm x 76 cm, de ancho.	6	0	
	1.6. Con ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo.	6	0	
	1.7. Colchón en poliuretano de alta densidad, antiestático, de mínimo de 7cm de ancho, forrado en material lavable resistente, de la misma marca de la camilla y con tamaño de acuerdo a las dimensiones.	6	0	
	1.8. Barandas laterales abatibles o plegables.	6	0	
	1.9. Parachoques perimetral de la camilla o en cada esquina.	6	0	
	1.10. Sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.	6	0	
	1.11. Atril con mínimo dos ganchos para soluciones.	6	0	
	1.12. Superficie de la camilla rígida.	6	0	
SUBTOTAL (Porcentaje)		72	0	
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años	2	0	
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento.	2	0	
	3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	2	0	
	4. Realizar mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante el primer año. (Mínimo tres mantenimientos).	2	0	
	5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mínimo por dos años a partir de la fecha de entrega en funcionamiento.	2	0	
	6. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor a seis (6) horas.	2	0	
	7. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos cinco años.	2	0	
	8. Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del término de la vigencia de la garantía.	2	0	
	9. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	2	0	
	10. Describir el programa de capacitación técnica, para personal asistencial y de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología.	2	0	
SUBTOTAL (Porcentaje)		20	0	
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	2	0	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	2	0	
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	2	0	
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.	2	0	
SUBTOTAL (Porcentaje)		8	0	
TOTAL		100	0	

No se encuentra ficha técnica del equipo, certificaciones con información propia del equipo, cartas de representación de casa matriz, y demás.

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (26) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2014
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: MUEBLE PARA GUARDAR ROPA E INSUMOS MARCA: MUEBLES HOSPITALARIOS MB
 ITEM: Nº. 3 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 1.728.200 CON IVA INCLUIDO
 PROVEEDOR: MUEBLES HOSPITALARIOS MB
 GARANTÍA: DOS AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
TECNICAS	En acero inoxidable o en poliuretano	20	20	Acero inoxidable
	Fabricado en material resistent que sea lavable	10	10	
	Con ruedas giratorias resistentes que tengan freno	10	10	
	Medidas aproximadas 1.80mt de alto x 1mt de largo y 40cm de profundidad	20	20	
	Gabinete inferior de 50cm aproximadamente, para guardar ropa	10	10	
	Parte superior de aproximadamente 90cm, con dos entrepaños	5	5	
	La parte superior con cahapa en las puertas, las cuales pueden ser fabricadas con vidrio o en el mismo material del mueble	5	5	Puertas en vidrio y chapa
SUBTOTAL		80	80	
MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	10	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
SUBTOTAL		20	20	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: JESUS ANTONIO ACOSTA PENALOZA
 CARGO: SUB DIRECTOR GENERAL DE ATENCION MEDICA Y DOCENCIA
 FIRMA: 
 FECHA:

NOMBRE: MARIA C. GOMEZ S.
 CARGO: COORDINADORA CONSULTA EXTERNA
 FIRMA:
 FECHA:

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: BUTACOS GIRATORIOS GRADUABLES MARCA: MUEBLES HOSPITALARIOS MB
 ITEM: Nº. 4 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 320.000 MAS IVA
 PROVEEDOR: MUEBLES HOSPITALARIOD MB
 GARANTÍA: DOS AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	En acero inoxidable	20	20	EN ACERO INOXIDABLE
	Fabricado en material resistente que sea lavable	10	10	
	Base cómoda con conchoneta de alta densidad, cubierta en material lavable resistente	20	20	
	Que permita graduar la altura teniendo en cuenta el procedimiento	20	20	
	Con tapones de caucho que evite el deslizamiento	10	10	
SUBTOTAL		80	80	
	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	10	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
SUBTOTAL		20	20	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: DR. ANTONIO ACOSTA PENALOSA NOMBRE: MARIA C. GOMEZ S.
 CARGO: SUB DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLOGÍA CARGO: COORDINADORA CONSULTA EXTERNA
 FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha] FECHA: [Fecha]



CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS

30-07-2011

GARANTÍA: 2 AÑOS

PUNTAJE DE APROBACIÓN:

0	Y
---	---


FECHA:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: CARRO DE CURACIONES MARCA: MUEBLES HOSPITALARIOS MB
 ITEM: 6 VALOR UNITARIO COTIZADO: S 890,000
 PROVEEDOR: MUEBLES HOSPITALARIOS MB
 GARANTÍA: DOS AÑOS Cantidad: Dos (2)

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DISEÑO Y CALIDAD DEL EQUIPO MEDICO	ELABORADO EN POLIURETANO RECICLABLE, RIGIDO RESISTENTE,DURABLE.			EL PRODUCTO ESTA ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE, NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.
	FACIL MANIOBRALIDAD, NO PRODUZCA RUIDOS EN SU DESPLAZAMIENTO, RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO ERGONOMICO, ESQUINAS REDONDEADAS,PAARACHOQUES			
SUBTOTAL		40	0	
FUNCIONABILIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO	FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, PERMITA CONTROL D ELA INFECCIÓN SIN QUE SE OXIDEN SUS UNIONES Y SUPERFICIES.			
	MEDIDAS APROXIMADAS 52CM DE ANCHO, 82CM DE LARGO, ALTO 85CM			
	GAVETAS DE FACIL LIMPIEZA			
SUBTOTAL		40	0	
CAPACITACIÓN	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL CUIDADO DEL EQUIPO			
SUBTOTAL		10		
SERVICIO POST VENTA	EL EQUIPO NO SERAN DESCONTINUADOS EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS			
	LA VIDA UTIL DEL EQUIPO , SON DE 10 AÑOS Y UN AÑO MINIMO PARA ACCESORIOS			
	TIEMPO DE RESPUESTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR O IGUAL A CUATRO HORAS. (4)			
SUBTOTAL		10		
TOTAL		100	0	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 50

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: ROCIO DEL SOCORRO JAIMES VILLAMIZAR
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO IMAGENES DIAGNOSTICAS
 FIRMA: 
 FECHA: MAYO 27 DE 2014

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA CATEGORIA		VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1			

EQUIPO:	CARRO DE MEDICAMENTOS	MARCA	MUEBLES HOSPITALARIOS MB
ITEM:	5	VALOR UNITARIO	\$2.300.000,00
PROVEEDOR:	MUEBLES HOSPITALARIOS MB		
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE ASIGNADO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
* Estructura de acero recubierta de plástico de fácil movimiento, limpieza y desinfección. BIN cassette 10 pacientes de 24" de ancho. * Compartimiento para almacenamiento de líquidos de gran volumen de 6". * Barra de bloqueo de apertura electrónica/mecánica. * 2 ruedas con freno al frente y en la parte de atrás 2 ruedas sin freno	Carro para la dispensación de medicamentos en polímero de alta densidad entre 30 y 20 cajetines (ajustables).	Especificaciones técnicas al 100% de acuerdo al numeral o numerales del anexo 3.	50	0	No anexan ficha técnica del carro que permita verificar las especificaciones técnicas.
	2 Años	Garantizar soporte y mantenimiento mínimo durante la garantía del equipo	17	17	De acuerdo al documento adjunto cumple con las especificaciones.
	2 Años	Garantía directa con el fabricante	17	17	
	30 días	Tiempos de entrega del producto solicitado	16	16	
SUBTOTAL					
TOTAL			100	50	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 80

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: **MUEBLE PARA GUARDAR ROPA E INSUMOS** MARCA: **NACIONAL**

ITEM: **Nº. 3** VALOR UNITARIO COTIZADO: **\$ 2.942.340 CON IVA INCLUIDO**

PROVEEDOR: **EXIMEDICAL LTDA.**


GARANTÍA: **DOS AÑOS**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
TECNICAS	En acero inoxidable o en poliuretano	20	20	
	Fabricado en material resistent que sea lavable	10	10	
	Con ruedas giratorias resistentes que tengan freno	10	10	
	Medidas aproximadas 1.80mt de alto x 1mt de largo y 40cm de profundidad	20	20	
	Gabinete inferior de 50cm aproximadamente, para guardar ropa	10	10	
	Parte superior de aproximadamente 90cm, con dos entrepaños	5	5	
	La parte superior con cahapa en las puertas, las cuales pueden ser fabricadas con vidrio o en el mismo material del mueble	5	5	
SUBTOTAL		80	80	
MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	10	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
SUBTOTAL		20	20	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: **JESUS ANTONIO ASOSTA PENALOZA** NOMBRE: **MARIA C. GOMEZ S.**

CARGO: **SUB DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA** CARGO: **COORDINADORA CONSULTA EXTERNA**

FIRMA:  FIRMA: 

FECHA: **2011** FECHA: **2011**

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: BUTACOS GIRATORIOS GRADUABLES MARCA: NACIONAL
 ITEM: Nº. 4 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 317.300 MAS IVA
 PROVEEDOR: EXIMEDICAL LTDA.
 GARANTÍA: 2 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	En acero inoxidable	20	20	
	Fabricado en material resistente que sea lavable	10	10	
	Base cómoda con conchoneta de alta densidad, cubierta en material lavable resistente	20	20	
	Que permita graduar la altura teniendo en cuenta el procedimiento	20	20	
	Con tapones de caucho que evite el deslizamiento	10	10	
	SUBTOTAL	80	80	
	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	10	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
	SUBTOTAL	20	20	
	TOTAL	100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: JESUS ANTONIO AGOSTA PEÑALOZA
 CARGO: SUBDIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha]

NOMBRE: MARIA C. GOMEZ S.
 CARGO: COORDINADORA CONSULTA EXTERNA
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha]

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


EQUIPO: CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES MARCA: TAUTMANN/PT-10
 ITEM: 1 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 9.145.600
 PROVEEDOR: EXIMEDICAL LTDA
 GARANTÍA: CINCO (5) AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1.1. Que cuente con mecanismos que permitan colocar en diferentes posiciones al paciente, como trendelemburg y trendelemburg invertido.	6	3	Tan solo describe movimiento trendelemburg
	1.2. Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° como mínimo.	6	0	No se encuentra información relacionada.
	1.3. Altura de descanso ajustable que cubra el rango de 59cm a 85 cm. (Medio de la superficie de la camilla al piso sin colchón).	6	0	No especifica medidas de variación de altura.
	1.4. Que soporte un peso mínimo de 225 Kg.	6	0	No especifica peso de soporte.
	1.5. Dimensiones aproximadas de la superficie para el paciente 190 cm x 76 cm. de ancho.	6	6	Medidas 191 cm x 82 cm.
	1.6. Con ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo.	6	0	No especifica tamaño de las ruedas.
	1.7. Colchón en poliuretano de alta densidad, antiestático, de mínimo de 7cm de ancho, forrado en material lavable resistente, de la misma marca de la camilla y con tamaño de acuerdo a las dimensiones.	6	0	Colchón viscoelástico de 6.1 cm.
	1.8. Barandas laterales abatibles o plegables.	6	6	
	1.9. Parachoques perimetral de la camilla o en cada esquina.	6	0	No especifica contar con parachoques.
	1.10. Sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.	6	0	No especifica que el sistema de frenado afecte el movimiento de las cuatro ruedas.
	1.11. Atril con mínimo dos ganchos para soluciones.	6	6	Dos poste para IV o venoclisis.
	1.12. Superficie de la camilla rígida.	6	0	No especifica características superficie de camilla.
SUBTOTAL (Porcentaje)		72	21	
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años	2	2	Cinco (5) años.
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento.	2	2	
	3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	2	0	No se anexa información relacionada.
	4. Realizar mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante el primer año. (Mínimo tres mantenimientos).	2	2	
	5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mínimo por dos años a partir de la fecha de entrega en funcionamiento.	2	2	
	6. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor a seis (6) horas.	2	2	
	7. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos cinco años.	2	2	
	8. Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del término de la vigencia de la garantía.	2	0	No se anexa información relacionada.
	9. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	2	0	No se anexa información relacionada.
	10. Describir el programa de capacitación técnica, para personal asistencial y de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología.	2	0	No se anexa información relacionada.
SUBTOTAL (Porcentaje)		20	12	
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el InVima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	2	2	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	2	0	No se anexa información relacionada.
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	2	0	No se anexa información relacionada.
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.	2	0	No se anexa información relacionada.
SUBTOTAL (Porcentaje)		8	2	
TOTAL		100	35	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (26) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2014
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA		


NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: SILLA PARA BAÑO DE PACIENTES VALOR UNITARIO COTIZADO: NACIONAL
 ITEM: _____
 PROVEEDOR: EXIMEDICAL LTDA
 GARANTÍA: DOS AÑO

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
SEGURAS	MATERIAL RESISTENTE	10	8	
	TUBERIA RESISTENTE	10	10	
	RUEDAS CON FRENOS	20	20	
COMODAS				
	AMPLIAS	10	8	
	DESCANSA BRAZOS	10	10	
	DESCANSA PIES	10		
FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION			8	
	LAVABLES	15	15	
	TUBERIA INOXIDABLE, PINTURA ELECTROSTATICA	15	13	
TOTAL		100	92	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐


NOMBRE: RUTH ELENA FARIAS MOLANO NOMBRE: _____
 CARGO: COORDINADOR GRUPO AREA ENFERMERIA ONCOLOGICA CARGO: _____
 FIRMA:  FIRMA: _____
 FECHA: may-14 FECHA: may-14

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

EQUIPO: SILLAS RECLINABLES MARCA: NACIONAL
 ITEM: _____ VALOR UNITARIO COTIZADO: 1.322.000
 PROVEEDOR: EXIMEDICAL
 GARANTÍA: DOS AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS	SILLAS RECLINOMATIC TRES POSICIONES FACILES DE MANEJAR GARANTIA ESPECIFICA EN EL HERRAJE(SISTEMA METALICO DE FUNCIONAMIENTO)TAPIZADAS EN MATERIAL SINTETICO IMITACIÓN CUERO DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	X		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	TIEMPO DE GARANTIA MINIMA DOS AÑOS, GARANTIA DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO ASESORIA GARANTIA DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS			
				PUNTAJE DE APROBACIÓN:

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: RUTH ELENA FARIAS MOLANO NOMBRE: _____
 CARGO: COORDINADOR GRUPO AREA ENFERMERIA ONCOLOGICA CARGO: _____
 FIRMA:  FIRMA: _____
 FECHA: may-14 FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: **MUEBLE PARA GUARDAR ROPA E INSUMOS** MARCA: **PH HOSPITALARIOS**
 ITEM: **Nº. 3** VALOR UNITARIO COTIZADO: **\$ 4.002.000 CON IVA INCLUIDO**
 PROVEEDOR: **PH HOSPITALARIOS**
 GARANTÍA: **TRES AÑOS**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
TECNICAS	En acero inoxidable o en poliuretano	20	20	REF.304 ANTIACIDOS
	Fabricado en material resistent que sea lavable	10	10	
	Con ruedas giratorias resistentes que tengan freno	10	10	
	Medidas aproximadas 1.80mt de alto x 1mt de largo y 40cm de profundidad	20	20	
	Gabinete inferior de 50cm aproximadamente, para guardar ropa	10	10	
	Parte superior de aproximadamente 90cm, con dos entrepaños	5	5	
	La parte superior con cahapa en las puertas, las cuales pueden ser fabricadas con vidrio o en el mismo material del mueble	5	5	
SUBTOTAL		80	80	
MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	10	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
SUBTOTAL		20	20	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: **JESUS ANTONIO ACOSTA PENALOZA** NOMBRE: **MARIA C. GOMEZ S.**
 CARGO: **SUB DIRECTOR GENERAL DE ATENCION MEDICA Y DOCENCIA** CARGO: **COORDINADORA CONSULTA EXTERNA**
 FIRMA:  FIRMA: 
 FECHA: **2011** FECHA: **2011**

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: BUTACOS GIRATORIOS GRADUABLES MARCA: PH HOSPITALARIOS

ITEM: Nº. 4 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$130.000 MAS IVA

PROVEEDOR: PH HOSPITALARIOS

GARANTÍA: TRES AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	En acero inoxidable	20	20	REF. 304 ANTIACIDOS
	Fabricado en material resistente que sea lavable	10	10	CALIBRE 18
	Base cómoda con conchoneta de alta densidad, cubierta en material lavable resistente	20	20	COLCHONETA ROSADA DE 6CM
	Que permita graduar la altura teniendo en cuenta el procedimiento	20	20	
	Con tapones de caucho que evite el deslizamiento	10	10	
	SUBTOTAL	80	80	
	Tiempo de garantía mínimo de 2 años	10	10	
	Garantizar instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento	5	5	
	Garantía de servicios y provisión de repuestos	5	5	
	SUBTOTAL	20	20	
	TOTAL	100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90


ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: JESUS ANTONIO ACOSTA PEÑALOZA

CARGO: SUB DIRECTOR GENERAL DE ATENCION MEDICA Y DOCENCIA

FIRMA: 

FECHA:




NOMBRE: MARIA C. GOMEZ S.

CARGO: COORDINADORA CONSULTA EXTERNA

FIRMA:

FECHA:



EQUIPO:	SILLAS RECLINABLES	MARCA:	IMPORTADA
ITEM:		VALOR UNITARIO COTIZADO:	700.000
PROVEEDOR:	PH HOSPITALARIOS		
GARANTÍA:	TRES AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS	SILLAS RECLINOMATIC TRES POSICIONES FACILES DE MANEJAR GARANTIA ESPECIFICA EN EL HERRAJE(SISTEMA METALICO DE FUNCIONAMIENTO)TAPIZADAS EN MATERIAL SINTETICO IMITACIÓN CUERO DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	X		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	TIEMPO DE GARANTIA MINIMA DOS AÑOS, GARANTIA DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO ASESORIA GARANTIA DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS			
				PUNTAJE DE APROBACIÓN:

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE:	RUTH ELENA FARIAS MOLANO	NOMBRE:	
CARGO:	COORDINADOR GRUPO AREA ENFERMERIA ONCOLOGICA	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA:	16 DE MAYO DE 2014	FECHA:	

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: SILLA PARA BAÑO DE PACIENTES MARCA: PH hospitalarios
 ITEM: 9 VALOR UNITARIO COTIZADO: 310
 PROVEEDOR: PH hospitalarios
 GARANTÍA: UN AÑO

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
SEGURAS	MATERIAL RESISTENTE	10	8	
	TUBERÍA RESISTENTE	10	10	
	RUEDAS CON FRENOS	20	20	
COMODAS				
	AMPLIAS	10	8	
	DESCANSA BRAZOS	10	10	
	DESCANSA PIES	10		
FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION			8	
	LAVABLES	15	15	
	TUBERIA INOXIDABLE, PINTURA ELECTROSTATICA	15	13	
TOTAL		100	92	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐
 RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐
 CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: RUTH ELENA FARIAS MOLANO NOMBRE: _____
 CARGO: COORDINADOR GRUPO AREA ENFERMERIA ONCOLOGICA CARGO: _____
 FIRMA:  FIRMA: _____
 FECHA: mayu del 2014 FECHA: _____