

CONVOCATORIA PÚBLICA 078 DE 2014

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO RX FIJO, MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

La parte técnica del Instituto Nacional de Cancerología ESE, previo a emitir su evaluación técnica correspondiente dentro del proceso de la Convocatoria pública No. 078 de 2014, requiere:

ACLARACIONES-VERIFICACIÓN TÉCNICA

1. PROPONENTE : SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo a la revisión realiza por la parte técnica es importante tener claridad en los siguientes aspectos ya que no se encuentra la información precisa o suficiente en los folios citados de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Generales

1.5. Pantalla de control multifuncional con pantalla táctil a color para adaptar los parámetros de adquisición directamente en la sala de examen.

Ítems

- 1.5.3. Filtros adicionales de Cu o Al, seleccionados.
- 1.5.6. Estados de funcionamiento.

NOTA: El proponente deberá escribir el número de folio donde se encuentra la información y cuál es la especificación técnica textual que da claridad a estos aspectos.

3. Tubo de Rayos X

Ítems:

- 3.1. Foco fino de 0.6 mm ó menor.
- 3.2. Foco grueso de 1.2 mm ó menor.

Nota: El proponente deberá escribir el número de folio donde se encuentra la información y cuál es la especificación técnica que da claridad a este aspecto (valores exactos del foco fino y grueso).

4. Soporte del emisor

Ítem:

- 4.1. Que pueda ajustarse: Carrera horizontal en dirección longitudinal 350 cm, mínimo.

Nota: Debe citarse el valor exacto de carrera horizontal que proporciona el equipo en cm y el número de folio donde se encuentra la información.

CONVOCATORIA PÚBLICA 078 DE 2014

5. Detector Plano de Estado Solido

Ítems:

- 5.1. Detector plano móvil de 35 x 43 o mayor
- 5.4. Profundidad de la imagen: 14 Bit

Nota: Debe citarse el valor exacto en Cm del detector de plano móvil y el número de bits (profundidad de imagen), además del número de folio donde se encuentra la información

6. Mesa de paciente

- 6.4. Rejilla fija de 60 lp/cm

Nota: El proponente debe citarse el valor exacto de la rejilla fija y el número de folio donde se evidencia esta información.

8. Estación de adquisición

Ítem:

- 8.2. Almacenamiento en disco duro: 160GB o más (15.000 imágenes).

Nota: Se evidencia la información del número de imágenes que puede almacenar (10,000 IMÁGENES) pero no se evidencia la capacidad en GB, debe escribirse esta capacidad y citar el número de folio donde se puede evidencia dicha especificación.

10. Funciones procesamiento imágenes

Ítem:

- 10.2. Reflejo

Nota: Deben escribirse el número de folio donde se encuentra la información y cuál es la especificación técnica que da claridad a este aspecto.

2. PROPONENTE : CARESTREAM

De acuerdo a la revisión realiza por la parte técnica es importante tener claridad en los siguientes aspectos ya que no se encuentra la información precisa o suficiente en los folios citados de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3. Tubo de Rayos X

Ítem

- 3.5. Sistema de protección del tubo ante aumentos de temperatura.

Nota: El proponente debe citar la información que sustenta el ítem citado anteriormente, textualmente como se encuentra en el folio.

CONVOCATORIA PÚBLICA 078 DE 2014

5. Detector Plano de Estado Solido

Ítem

- 5.5. Con portadetector para el posicionamiento simétrico del detector plano.

Nota: El proponente debe citar la información que sustenta el ítem citado anteriormente, textualmente como se encuentra en el folio.

6. Mesa de paciente

Ítem:

- 6.4. Rejilla fija de 60 lp/cm

Nota: El proponente debe citar el valor exacto de la rejilla fija y el número de folio donde se evidencia esta información.

3. PROPONENTE: GEMEDCO

De acuerdo a la revisión realiza por la parte técnica es importante tener claridad en los siguientes aspectos ya que no se encuentra la información precisa o suficiente en los folios citados de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. generales

Ítems:

- 1.3 Diagnóstico remoto hardware y software
- 1.4. Filtros de Cu o Al de por lo menos dos valores diferentes.

Nota: el proponente debe escribir el número de folio donde se encuentra la información y cuál es la especificación técnica textual que da claridad a estos aspectos.

2. Generador de Rayos X

Ítem:

- 2.5. Con forma de onda multipulso.

Nota: el proponente deben escribirse el número de folio donde se encuentra la información y cuál es la especificación técnica textual que da claridad a estos aspectos.

3. Tubo de Rayos X

Ítems:

- 3.5. Sistema de protección del tubo ante aumentos de temperatura del aceite

CONVOCATORIA PÚBLICA 078 DE 2014

- 3.6. Colimador integrado a la estructura que pueda ser girado manualmente alrededor del eje vertical del soporte del tubo.

Nota: Deben escribirse el número de folio donde se encuentra la información y cuál es la especificación técnica textual que da claridad a estos aspectos.

4. Soporte del emisor

Ítems:

- 4.3. Con elevación vertical 180 cm, mínimo.
- 4.4. Posiciones de descanso a 0° y +/- 90°, en los ejes vertical y horizontal.

Nota: Debe citarse el valor exacto de la elevación vertical y las posiciones de descanso de los ejes verticales y horizontales realizadas por el equipo, además del número de folio donde se evidencia esta información.

6. Mesa de paciente

Ítems:

- 6.1. Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-45 cm o mayor y recorrido lateral ± 11 cm o mayor.
- 6.4. Rejilla fija de 60 lp/cm
- 6.5. Con diferentes opciones de grillas y de fácil remoción.

Nota: Debe citarse el valor exacto del recorrido longitudinal de la mesa, el valor exacto de la rejilla fija y el número de folio donde se evidencia esta información, además de la información pertinente sobre las opciones de grilla y el número de folio donde se evidencia dicha información.

10. Funciones procesamiento imágenes

Ítems:

- 10.7. Dosis estimada de exposición
- 10.6. Adición de comentarios
- 10.7. Dosis estimada de exposición

Nota: el proponente de suministrar la información que sustenta los ítems citados anteriormente, textualmente como se encuentra en el folio (citar folio de la propuesta)

La compra del equipo debe incluir el desmonte del equipo actual Rayos X Fijo Marca General Electric Modelo Silhouette y la instalación incluyendo cableado con adecuación eléctrica.

Nota: Debe hacerse claridad si el presupuesto de las adecuaciones que se encuentra en el folio N°110 está incluido en el valor total de la propuesta.



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

CONVOCATORIA PÚBLICA 078 DE 2014

Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo tres (3) mantenimientos preventivos.

***Nota:** Debe sustentarse porque solo la empresa se compromete a hacer únicamente dos mantenimientos anuales, pues de esta forma no se daría cumplimiento al requisito establecida previamente.*

MAUREN LICED LOPEZ PINEDA
Coordinadora Grupo Tecnología Biomédica



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

