



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

686407

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Grupo Archivo General y Correspondencia
No. Radicación: SAL-03171-2014
Fecha de Rad.: 2014-05-08 09:21:35 AM
686407

Señora

KELLY SANCHEZ

Ejecutiva de ventas

BIOCLINIOS DE COLOMBIA LTDA

Kellyjohana0785@hotmail.com

Bogotá

RESPUESTA: CONVOCATORIA PÚBLICA 024 DE 2014.

En respuesta al correo electrónico enviado el día 02 de Mayo de 2014 a las 08:47 a.m, le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

"...Después de observar y revisar minuciosamente los requerimientos en el pliego de condiciones, solicitamos que para el ítem No 5 descrito en el anexo 4; se tenga en cuenta, que la mayoría de ecógrafos que ofrecen las diferentes casas comerciales cuentan con un transductor lineal de frecuencia máxima de 12 Mhz y los equipos de alta gama cuentan con transductores de hasta 15 Mhz , solicitamos sea solicitado un transductor lineal con una frecuencia de hasta 15 Mhz para que de esta forma sea abierta la convocatoria y no dirigida a una sola casa comercial.

Solicitamos se tenga en cuenta esta observación lo más pronto posible para poder participar en esta licitación ?..."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le aclara que varias casas comerciales ofrecen equipos que cuentan con transductores lineales de alta frecuencia, que funcionan con frecuencias incluso superiores a las 16MHz, por lo cual no se realizará modificación a esta especificación.

Atentamente

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Carolina L.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7