



Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Grupo Archivo General y Correspondencia
No. Radicación: SAL-04256-2014

695066

Fecha de Rad.: 2014-06-12 09:22:53 AM

695066



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

Señora

CRISTINA POLO ROSERO

Director Reactivo de Diagnostico

PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA

Tel. 6111805 ext. 231 cristina_polo@paf Ltda.com

Bogotá

RESPUESTA: CONVOCATORIA PÚBLICA 051 DE 2014.

En respuesta al correo electrónico enviado el día 09 de Junio de 2014 a las 08:47 a.m., le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

...."

Con relación al ítem No 7, Cabina de bioseguridad:

1. Por favor revisar las medidas externas de la cabina, ya que el ancho y la profundidad están muy reducidos. Tener en cuenta que existen medidas externas estándar de estas cabinas que son 104 X 75X 126 +/- 10 cm (ancho x profundidad x altura) que permiten una buena área de trabajo y manipulación de la misma.

...."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le aclara que las medidas externas de las cabinas deben ser de un valor aproximado, teniendo en cuenta el área de trabajo donde se instalara el equipo. Así pues no se considera viable realizar modificaciones a la especificación.

SEGUNDA PREGUNTA

...."

2. Ustedes solicitan control remoto para la cabina, solicitamos que en cambio de este permitan un Computador en línea con software que permita el control y motorización a través del PC.

..."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le aclara que la observación realizada no se considera viable, dado que su cambio implicaría limitar la participación de oferentes, sin embargo se sugiere que se mencione dentro de su propuesta como opción para control remoto.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

TERCERA PREGUNTA

..."


3. Por favor ampliar el plazo de ejecución, ya que los equipos de esta convocatoria son importados. Por favor ampliar por lo menos hasta el 1 de septiembre del 2014

..."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se surtió la Adenda No. 02 la cual se encuentra publicada en la página www.cancer.gov.co.

Atentamente



RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Asotelo