



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

717492

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-07223-2014
Fecha de Rad.: 2014-09-25 01:17:16 PM
717492

Señora

CRISTINA POLO ROSERO

Director Reactivo de Diagnostico

PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA

Tel. 6111805 ext. 231 cristina_polo@pafltda.com

Bogotá

RESPUESTA: CONVOCATORIA PÚBLICA 100 DE 2014.

En respuesta al correo electrónico enviado el día 23 de Septiembre de 2014 a las 04:08 p.m., le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

"...

1. En el ítem No 3, Cabina de seguridad Biológica clase IIA, Ustedes dan unas medidas externas aproximadas de 70 cmx65cmx125cm. Por favor aclarar, ya que si la medida de ancho es 70 cm es muy pequeña para un área de trabajo confortable y ergonómico...."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología - ESE, le manifiesta, que en relación a su observación, se aclara que las medidas reducidas obedecen a que en el equipo se realizaran actividades sencillas y de corta duración, de tal forma que no se afecta la ergonomía y el confort del personal asistencial que trabajará con el mismo. Cabe resaltar que las medidas son aproximadas.

Atentamente

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO

Director General

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Asotelo



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7