

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

EQUIPO: **DELANTAL POLOMADO** MARCA: _____

ITEM: _____ VALOR UNITARIO COTIZADO: **\$ 613,291 MAS IVA**

PROVEEDOR: **PHARMEUROPEA DE COLOMBIA**

GARANTÍA: **3 años para caucho plomado y 1 año para lonas y reatas**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Diseño para ofrecer una proteccion frontal equivalente en plomo de 0,5 mm, proporciona una excelente proteccion para el personal ocupacionalmente expuesto y/o paciente que estan en riesgo ; protector echo en nylon reforzado con fuertes soporte elastico que proporciona soporte ajustable que pueda colocarse en cualquier lugar de la cintura , colocando de nuevo el apoyo donde usted lo necesita	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	10	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	30	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: **MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez**

CARGO: **Profesional Especializado**

FIRMA: _____

FECHA: **28 de octubre de 2014**

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

EQUIPO: Protector de gónadas pediátrico MARCA: _____

ITEM: _____ VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 149,813 MAS IVA

PROVEEDOR: PHARMEUROPEA DE COLOMBIA


GARANTÍA: 3 años para caucho plomado y 1 año para lonas y reatas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Diseño para ofrecer una proteccion frontal equivalente en plomo de 0,5 mm, proporciona una excelente proteccion para el personal ocupacionalmente expuesto y/o paciente que estan en riesgo ; protector echo en nylon reforzado con fuertes soporte elastico que proporciona soporte ajustable que pueda colocarse en cualquier lugar de la cintura , colocando de nuevo el apoyo donde usted lo necesita	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	10	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	30	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez

CARGO: Profesional Especializado

FIRMA: 

FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

EQUIPO: **PROTECTOR TIROIDES PEDIATRICOS** MARCA: _____

ITEM: _____ VALOR UNITARIO COTIZADO: **\$ 103,526 MAS IVA**

PROVEEDOR: **PHARMEUROPEA DE COLOMBIA**

GARANTÍA: **3 años para caucho plomado y 1 año para lonas y reatas**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Protección del cuello y de tiroides equivalencia Pb de 5 mm Tamaños: regular hasta 16 1/2 de cuello grande y sobrecubierta de uretano revestida 100% nylon negro Diseño cómodo Diseñado para proteger a los tejidos durante los exámenes	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	10	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	30	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: **MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez**

CARGO: **Profesional Especializado**

FIRMA: _____

FECHA: **28 de octubre de 2014**

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO: Cuello para protección radiológica MARCA: _____

ITEM: _____ VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 82,792 MAS IVA

PROVEEDOR: PHARMEUROPEA DE COLOMBIA


GARANTÍA: 3 años para caucho plomado y 1 año para lonas y reatas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Protección del cuello y de tiroides equivalencia Pb de 5 mm Tamaños: regular hasta 16 1/2 de cuello grande y sobrecubierta de uretano revestida 100% nylon negro Diseño cómodo Diseñado para proteger a los tejidos durante los exámenes	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	10	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	30	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez

CARGO: Profesional Especializado

FIRMA: 

FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: Gafas plomadas (protección de córnea) MARCA: _____

ITEM: _____ VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 575,633 MAS IVA

PROVEEDOR: PHARMEUROPEA DE COLOMBIA


GARANTÍA: 3 años para caucho plomado y 1 año para lonas y reatas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	las gafas protectoras mas recientes en el mercado; el Milenio Microlite Plus TM Este marco tiene una lente de alta curva base con un toque de amarre, proporcionando mayor protección lateral. La pieza de la nariz es ultra-soft y flexible ofrece la comodidad de la mayoría de gafas protectoras. El Milenio, como todos los anteojos Infab, está disponible en plano, visión y lentes bi focales. Equivalencia en Pb 0.75mm	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	10	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	30	
TOTAL		100	100	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez

CARGO: Profesional Especializado

FIRMA: 

FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____


FECHA: _____

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: Chaleco plomado (salas de cirugía) MARCA: RADIOPROTECCIÓN Y BLINDAJES
 ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 966,000 MAS IVA
 PROVEEDOR: RP Medicas S.A.
 :
 GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Diseño para ofrecer una proteccion frontal equivalente en plomo de 0,5 mm, proporciona una excelente proteccion para el personal ocupacionalmente expuesto y/o paciente que estan en riesgo ; protector echo en nylon reforzado con fuertes soporte elastico que proporciona soporte ajustable que pueda colocarse en cualquier lugar de la cintura , colocando de nuevo el apoyo donde usted lo necesita	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	0	Garantía de 3 meses
	2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	20	
TOTAL		100	90	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez
 CARGO: Profesional Especializado
 FIRMA: 
 FECHA: 28 de octubre de 2014


NOMBRE:
 CARGO:
 FIRMA:
 FECHA:

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

EQUIPO: Protector de gónadas pediátrico MARCA: RADIOPROTECCIÓN Y BLINDAJES
 ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 74,000 MAS IVA
 PROVEEDOR: RP Medicas S.A.
 :
 GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Diseño para ofrecer una proteccion frontal equivalente en plomo de 0,5 mm, proporciona una excelente proteccion para el personal ocupacionalmente expuesto y/o paciente que estan en riesgo ; protector echo en nylon reforzado con fuertes soporte elastico que proporciona soporte ajustable que pueda colocarse en cualquier lugar de la cintura , colocando de nuevo el apoyo donde usted lo necesita	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	2	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	22	
TOTAL		100	92	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez
 CARGO: Profesional Especializado
 FIRMA: 
 FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE:
 CARGO:
 FIRMA:
 FECHA:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

EQUIPO: Protector de tiroides pediátrico MARCA: RADIOPROTECCIÓN Y BLINDAJES

ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 108,000 MAS IVA

PROVEEDOR: RP Medicas S.A.

:


GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Protección del cuello y de tiroides equivalencia Pb de 0.5 mm Tamaños: regular hasta 16 1/2 de cuello grande y sobrecubierta de uretano revestida 100% nylon negro Diseño cómodo Diseñado para proteger a los tejidos durante los exámenes	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	0	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	20	
TOTAL		100	90	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez

CARGO: Profesional Especializado

FIRMA: 

FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:


FECHA:

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

EQUIPO: Cuello para protección radiológica MARCA: RADIOPROTECCIÓN Y BLINDAJES
 ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 108,000 MAS IVA
 PROVEEDOR: RP Medicas S.A.
 :
 GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Protección del cuello y de tiroides equivalencia Pb de 0.5 mm Tamaños: regular hasta 16 1/2 de cuello grande y sobrecubierta de uretano revestida 100% nylon negro Diseño cómodo Diseñado para proteger a los tejidos durante los exámenes	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	0	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	20	
TOTAL		100	90	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez
 CARGO: Profesional Especializado
 FIRMA: 
 FECHA: 28 de octubre de 2014


NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

EQUIPO: Gafas plomadas (protección de córnea) MARCA: RADIOPROTECCIÓN Y BLINDAJES
 ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 428,000 MAS IVA
 PROVEEDOR: RP Medicas S.A.
 :
 GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Equivalencia en Pb 0.75mm	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	0	Garantía de 3 meses
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	22	
TOTAL		100	92	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez
 CARGO: Profesional Especializado
 FIRMA: 
 FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE:
 CARGO:
 FIRMA:
 FECHA:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: DELANTAL POLOMADO MARCA: Shielding

ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 420,000 MAS IVA

PROVEEDOR: SELIG


GARANTÍA: 1 año

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Diseño para ofrecer una proteccion frontal equivalente en plomo de 0,5 mm, proporciona una excelente proteccion para el personal ocupacionalmente expuesto y/o paciente que estan en riesgo ; protector echo en nylon reforzado con fuertes soporte elastico que proporciona soporte ajustable que pueda colocarse en cualquier lugar de la cintura , colocando de nuevo el apoyo donde usted lo necesita	70	60	No ofrece información sobre las dimensiones del producto.
SUBTOTAL		70	60	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	8	Garantía de un año
	2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	28	
TOTAL		100	88	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez NOMBRE:

CARGO: Profesional Especializado CARGO:

FIRMA:  FIRMA:

FECHA: 28 de octubre de 2014 FECHA:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

EQUIPO: Protector de gónadas pediátrico MARCA: Shielding

ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 277,000 MAS IVA

PROVEEDOR: SELIG

GARANTÍA: 1 año

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Diseño para ofrecer una proteccion frontal equivalente en plomo de 0,5 mm, proporciona una excelente proteccion para el personal ocupacionalmente expuesto y/o paciente que estan en riesgo ; protector echo en nylon reforzado con fuertes soporte elastico que proporciona soporte ajustable que pueda colocarse en cualquier lugar de la cintura , colocando de nuevo el apoyo donde usted lo necesita	70	60	No ofrece información sobre las dimensiones del producto.
SUBTOTAL		70	60	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	8	Garantía de 1 año
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	26	
TOTAL		100	88	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez

CARGO: Profesional Especializado

FIRMA: [Firma]

FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: protector de tiroides Azul MARCA: Shielding

ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: 220,000 + IVA

PROVEEDOR: SELIG


GARANTÍA: 1 año

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Protección del cuello y de tiroides equivalencia Pb de 0.5 mm Tamaños: regular hasta 16 1/2 de cuello grande y sobrecubierta de uretano revestida 100% nylon negro Diseño cómodo Diseñado para proteger a los tejidos durante los exámenes	70	60	El proponente no especifica espesor, dimensión ni material de fabricación en las especificaciones técnicas
SUBTOTAL		70	60	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	8	La garantía es de un año
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	28	
TOTAL		100	88	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez

CARGO: Profesional Especializado

FIRMA: 

FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:


FECHA:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: protector de tiroides burgandi MARCA: Shielding
 ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: 354,000 + IVA
 PROVEEDOR: SELIG
 :
 GARANTÍA: 1 año

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Protección del cuello y de tiroides equivalencia Pb de 0.5 mm Tamaños: regular hasta 16 1/2 de cuello grande y sobrecubierta de uretano revestida 100% nylon negro Diseño cómodo Diseñado para proteger a los tejidos durante los exámenes	70	60	El proponente no especifica espesor, dimensión ni material de fabricación en las especificaciones técnicas
SUBTOTAL		70	60	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	8	La garantía es de un año
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	28	
TOTAL		100	88	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐
 RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒
 CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez
 CARGO: Profesional Especializado
 FIRMA: 
 FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1		

EQUIPO: **Gafas plomadas (protección de córnea)** MARCA: **Shielding**

ITEM: VALOR UNITARIO COTIZADO: **\$ 600,000 MAS IVA**

PROVEEDOR: **SELIG**


GARANTÍA: **1 año**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	las gafas protectoras más recientes en el mercado; el Milenio Microlite Plus™ Este marco tiene una lente de alta curva base con un toque de amarre, proporcionando mayor protección lateral. La pieza de la nariz es ultra-soft y flexible ofrece la comodidad de la mayoría de gafas protectoras. El Milenio, como todos los anteojos Infab, está disponible en plano, visión y lentes bi focales. Equivalencia en Pb 0.75mm	70	60	No presenta información adicional sobre protección lateral a cornea.
SUBTOTAL		70	60	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	8	Garantía de un año
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	28	
TOTAL		100	88	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

NOMBRE: **MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez** NOMBRE: _____

CARGO: **Profesional Especializado** CARGO: _____

FIRMA:  FIRMA: _____

FECHA: **28 de octubre de 2014** FECHA: _____


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

EQUIPO:	Columna de techo con base para montaje de brazo	MARCA:	
ITEM:		VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 17,835.000 MAS IVA
PROVEEDOR:	SELIG		
GARANTÍA:	1 año		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Nuestro sistema de suspensión Lifter Hércules, es un nuevo estándar en durabilidad y flexibilidad, para satisfacer las necesidades de todos de los actuales entornos de laboratorio de diagnóstico , Intervencionismo y hay sistemas de Hércules diseñados para operar con entornos seguros de resonancia magnética también. Cada levantador pesado Hércules contrapone un brazo teniendo un rango de carga de elevación dinámica que es ajustable 4 a 45 kilogramos, 8,8 a 99 libras. Eso es bastante delicadonnpara manejar una lámpara de Procedimiento y de trabajo pesado lo suficiente como para levantar un 3 sobre un matriz de 3 LCD. Elevadores de Hércules pesados de alta precisión de grado de aleación de aluminio, que es más fuerte que el acero de igual peso utilizando acero inoxidable, en los puntos críticos articulación y los puntos de desgaste. No hay soldaduras en frío o puntos débiles que puedan fallar en nuestro UL validadas y certificadas par el sitema Hércules. El Sistema Hércules puede ser configurado con uno o dos brazos de elevación (hasta 45 Kg o lbs. 99.) y una brazo Hércules elevador (hasta 21 Kg o lbs. 46.) El levantador Media está diseñado con cableado interno para la alimentación de examen y lamparas quirúrgicas y otros dispositivos Lighweight. Es decir, hasta un total de 3 brazos de elevación contrapuestas todo capaz de girar 360 grados de giroalrededor de un eje central. El sistema Hercules OS-645 viene con un solo brazo pero la base viene para dos brazos (brazo adicional es opcional) El brazo incluido viene con una barrera de acrílico plomado transparente de 12 mm de espesor y 40cm A X 50cm L. La equivalencia del blindaje en plomo es de 0,5mm	70	70	
SUBTOTAL		70	70	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo (2 años) mantenimientos preventivos.	10	10	
	2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.	10	10	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS		VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1				
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	5	5	
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	5	5	
SUBTOTAL		30	20	
TOTAL		100	90	PUNTAJE DE APROBACIÓN: 90

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

NOMBRE: MAURICIO ANDRÉS ARCINIEGAS Álvarez
 CARGO: Profesional Especializado
 FIRMA: 
 FECHA: 28 de octubre de 2014

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____