



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia

721008

No. Radicación: SAL-07627-2014

Fecha de Rad.: 2014-10-14 07:19:30 AM

Bogotá,

721009

Señora
ADRIANA SANTANA
Ingeniera
JOMEDICAL SAS

jomedical@jomedical.com Tel: 6375177.
Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA: INVITACION A COTIZAR No.170-2014

Respetada Señora:

En respuesta a sus preguntas efectuadas mediante correo electrónico enviado el día 09 de octubre de 2014 a las 05:40 p.m., le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

* ... ANEXO No. 4

1) 1.5. Peso máximo 3.5Kg

Le solicitamos a la Entidad ampliar el rango de peso solicitado a máximo 4.0 Kg, toda vez que este parámetro depende directamente del fabricante, siendo esto Una característica excluyente, además es preciso tener presente que este equipo se colocaría encima de un carro de transporte, facilitando su manipulación y transporte. del mismo.

...

RESPUESTA

Teniendo en cuenta su solicitud se amplía hasta 4 Kg, el peso máximo del equipo, por lo anterior se surtió la adenda No. 1, la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co -link contrate con nosotros.

Atentamente,

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/DFrojas



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7