


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	Página 1 de 1	

EQUIPO:	SCANNER VIDAR	MARCA:	VIDAR
ÍTEM:	1	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 78.300.000
PROVEEDO:	J RESTREPO EQUIPHOS S.A.S		
GARANTÍA:	DOS (2) AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. GENERALES			
	1.1. Rango de densidad óptica clínica entre .00 a 4.0	X		
	1.2. De 8 a 32 bits de salida en escala, posibilidad de escala de grises	X		
	1.3. Tiempo promedio entre fallos (MTBF) Tasa de > 50.000 horas	X		
	1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, dos de ellas con freno.		X	El proveedor manifiesta que el equipo no cumple con la característica solicitada.
	1.5. Alimentación de películas manual y automática	X		
	1.6. Tamaño de películas entre 6 y 14 pulgadas de ancho y 7 a 17 pulgadas de largo	X		
	1.7. Disponibilidad de cuadros de conversión estándar	X		
	1.8. Rango de precisión geométrica de $\pm$ 1% o 2 píxeles, en ambos ejes	X		
	1.9. Velocidad de lectura de 200 líneas / segundo mínimo	X		
	1.10. Interfaz USB	X		USB 2.0
	1.11. Módulos de análisis y desarrollo de software	X		
	1.12. Indicador de número de exploraciones		X	El proveedor manifiesta que el equipo no cumple con la característica solicitada.
	1.13. Detector de estado sólido	X		
	1.14. Medidas aproximadas alto y ancho 483mm x 362mm x 419mm	X		
	1.15. Peso máximo 27 Kg	X		27 Kg
	2. ALIMENTACIÓN			
	2.1. Eléctrica: 85-264 VAC / 50-60Hz	X		
	2.2. Potencia máxima 100 W	X		
CAPACITACIÓN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	X		Dos (2) años por defectos de fabricación.
	2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo	X		Cable de poder y cable USB
	3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado	X		No especifica información relacionada.
	4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.	X		El proveedor aclara periodicidad.
	5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.	X		Aclaración del proveedor.
	6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.		X	No se describe dentro de la propuesta.
	7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario	X		Se adjuntan manuales.
	8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.	X		Cinco (5) años.
	9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el término de garantía.	X		Se aplicaran actualizaciones de firmware.
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima.	X		Se aclara que no requiere registro Invima.
	2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.		X	Certificación no emitida por casa matriz.
	3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.		X	La certificación no menciona la marca Vidar.
	4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		Se adjuntan certificaciones en ISO 9001:2008 y ISO 13485:2003
TOTAL		25	5	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

Identificación del evaluador :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LOPEZ PINEDA	FECHA:	1 DE ABRIL DE 2015
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.