

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	SOUTH MEDICAL LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 097-2015	
ÍTEM 6: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA OCHENTA Y SIETE (87) REGULADORES DE VACÍO.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

6. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	SUBSANACIÓN DE PROVEEDOR PRESENTA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DISPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA Y VENTILADORES DE TRANSPORTE PERO NO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REGULADORES DE VACÍO. REFIEREN EL CRONOGRAMA POR EQUIPO COMO SE SOLICITA EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	NO OFRECE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FINAL DE LOS PARÁMETROS MEDIBLES EN LOS REGULADORES DE VACÍO. LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS NO CORRESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	

18. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA	D. 02 MM 06 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D. MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D. MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.