


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	SOUTH MEDICAL LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 097-2015	
ÍTEM 6: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA OCHENTA Y SIETE (87) REGULADORES DE VACÍO.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE		SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?			
		SI ☐	NO ☒
PORQUE ?			
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
		SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	SUBSANACIÓN DE PROVEEDOR PRESENTA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DISPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REGULADORES DE VACÍO EL ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES CON TRAZABILIDAD VIGENTE QUE PRESENTAN ESTA EN LA CAPACIDAD DE PARA VERIFICAR TANTO PRESIONES POSITIVAS COMO NEGATIVAS LO CUAL CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS ADJUNTA MANUAL DONDE SE ESPECIFICA PARÁMETROS ANALIZABLES. REFIERE FORMATO DE REPORTE CON ESPACIO DISPUESTO PARA INFORMACIÓN DEL SIMULADOR		
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
		SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	OFRECE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FINAL DE LOS PARÁMETROS MEDIBLES EN LOS REGULADORES DE VACÍO CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS		

18. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA	D 11 MM 06 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.