	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	KIT CON 4 RASCOS GOTEROS Co-57 5mCi, Co-60 0.05 mCi, Cs-137 0.2 mCi, Ba-133 0.25 mCi			2. NOMBRE COMERCIAL	RV SI T KIT DE FUENTES DE CALIBRACION + FUENTE DE Co 60 DE 100 uCi		
3. PROVEEDOR	NUCLEAR GROUP			4. MARCA O REFERENCIA	ECKER & ZILGLER ISOTOPE PRODUCTS		
5. ESPECIFICACIONES: FUENTES DE CALIBRACIÓN PARA ACTIVIMETROS							
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A			7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD [] MM [] AAAA []		
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD			9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	KIT CON 4 RASCOS GOTEROS		
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒		
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES: NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO							


B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. ¿LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE?	EXISTEN OTRAS MARCAS COMERCIALES QUE OFRECEN EL MISMO PRODUCTO				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE?	Tienen la certificación y las actividades requeridas para los controles de calidad				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE?	Las fuentes tienen una trazabilidad dentro del 5% del NIST. Adicional				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	AUGUSTO LLAMAS OLIVERA		
FIRMA (S):			
CARGO:	COORDINADOR MEDICINA NUCLEAR	DEPENDENCIA:	MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE (S):	NATHALY BARRIOSA		
FIRMA (S):			
CARGO:	PROFESIONISTA DE FISIOTERAPIA	DEPENDENCIA:	MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):			
CARGO:		DEPENDENCIA:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CODIGO:	GDG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	FUENTE PLANA DE Cob-60 20 mCi	2. NOMBRE COMERCIAL	MI-03702, Co-60, 20 Mcl, React. Equip. Sec. b/ProKun, Technology
3. PROVEEDOR	NUCLEAR GROUP	4. MARCA O REFERENCIA	ECKERL & ECKEL ISOTOPE PRODUCTS
5. ESPECIFICACIONES: FUENTES DE CALIBRACIÓN PARA EL SPECT Y LA GAMMACAMARA			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD [] MM [] AAAA []
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES: NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO			


B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI		NO ☒	
PORQUE ?	EXISTEN DIFERENTES MARCAS COMERCIALES QUE OFRECEN EL MISMO PRODUCTO		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	Tiene la presentación y las actividades requeridas para los controles de calidad		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	LA FUENTE TIENE UNA TRAZABILIDAD DENTRO DEL 5% DEL NIST		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	AUGUSTO LLAMAS OLIVERA		
FIRMA (S):		FECHA:	DD [07] MM [07] AAAA [2015]
CARGO:	COORDINADOR MEDICINA NUCLEAR	DEPENDENCIA:	MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE (S):	NATHALY MARTÍNEZ		
FIRMA (S):		FECHA:	DD [07] MM [07] AAAA [2015]
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALISTA (P)	DEPENDENCIA:	MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA:	DD [] MM [] AAAA []
CARGO:		DEPENDENCIA:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GOG-P02-F-08
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS		VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	FUENTE CILÍNDRICA DE GERMANIO 68 DE 74 MBq	2. NOMBRE COMERCIAL	Ge 68, 74 MBq (20 mCi) Ig Vol Std, 1911 AD3, NIST
3. PROVEEDOR	NUCLEAR GROUP	4. MARCA O REFERENCIA	ECKLRT&ZIEGLER ISOTOPIE PRODUCTS
5. ESPECIFICACIONES: FUENTES DE CALIBRACIÓN PARA LA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES			
6. REGISTRO SANITARIO N°	N/A	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD [] MM [] AAAA []
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	UNIDAD
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES: NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI		NO ☒	
PORQUE ?	EXISTEN DIFERENTES MARCAS COMERCIALES QUE OFRECEN EL MISMO PRODUCTO		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	TIENEN LA PRESENTACIÓN Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LOS CONTROLES DE CALIDAD		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒		NO ☐	
PORQUE ?	LAS FUENTES TIENEN UNA TRAZABILIDAD DENTRO DEL 5% DEL NIST		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	AUGUSTO LLAMAS OLIVERA		
FIRMA (S):			
FECHA	DD [07] MM [07] AAAA [2015]		
CARGO	COORDINADOR MEDICINA NUCLEAR		
DEPENDENCIA	MEDICINA NUCLEAR		
NOMBRE (S):	NATHALY BARRIOSA		
FIRMA (S):			
FECHA	DD [07] MM [07] AAAA [2015]		
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALISTA		
DEPENDENCIA	MEDICINA NUCLEAR		
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):			
FECHA	DD [] MM [] AAAA []		
CARGO			
DEPENDENCIA			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.