

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


EQUIPO:	FONENDOSCOPIO	MARCA:	LORD
ÍTEM:	7	VALOR UNITARIO COTIZADO:	62.640
PROVEEDOR:	BIMEC S.A.S		
GARANTÍA:	(1) UN AÑO		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1 Versatilidad para adulto y pediátrico	X		
	1.2 Diseño con dos (2) diafragmas en cada lado de la campana	X		(1) un diafragma adulto y (1) un diafragma pediátrico
	1.3 Campana elaborada en acero inoxidable		X	proveedor indica que el material está conformado por aleación de níquel y cobre mas no de acero inoxidable como se solicita en la especificación
	1.4 Monitoreo de los sonidos de baja y alta frecuencia: baja frecuencia desde 10 hasta 100 Hz y alta frecuencia desde 100 a 1000 Hz		X	No cumple con valores establecidos en la especificación
	1.5 Eliminación de ruido con de tubos de transmisión (siliconado o en PVC)	X		Manguera en PVC
	1.6 Olivas flexibles fabricadas de silicon o goma o plástico y lavables	X		Olivas plásticas
	1.7 Arco metálico flexible con resorte interno	X		
ACCESORIOS:	1 Un (1) estuche	X		Empaque individual
CAPACITACION MANTENIMIENTO	1 Tiempo de garantía mínimo un (1) año o más	X		(1) Un año de garantía
	2 Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo	X		
	3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado	X		
	4 Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos	X		
	5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas	X		
	6 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto	X		
	7 Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario.	X		
	8 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios	X		
	9 Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español	X		
S. NORMAS - CERTIFICADOS	1 Presentar registro sanitario ante el INVIMA y, en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	X		Registro INVIMA 2009DM-0004172 Vigente hasta 17 de julio del 2019
	2 Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS	X		ISO 13485
TOTAL		17	2	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (19) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MAUREN LICEO LOPEZ PINEDA	FECHA:	30 DE JULIO DE 2015
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO AREA TECNOLOGIA BIOMEDICA
CARGO:	COORDINADORA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.