

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02.F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1			

EQUIPO: BÁSCULA CON TALLIMETRO MARCA: DETECTO
 ÍTEM: 14 VALOR UNITARIO COTIZADO: \$ 1.000.000
 PROVEEDOR: BIMEC S.A.S.
 GARANTÍA: 2 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1 Balcu digital o analoga de pedestal y plataforma solida	X		Folio 53
	1.2 Peso neto de la báscula no mayor a 18Kg	X		Folio 54- peso de 16.7 kg
	1.3 Para uso adulto y pediátrico	X		Folio 54
	1.4 Material de metal resistente, lavable, para uso pesado y resistente a la corrosión	X		Folio 53 y 54
	1.5 Escala numérica para medición de peso y talla integrada al pedestal	X		Folio 54
	1.6 Con ruedas traseras para fácil transporte	X		Folio 53 y 58
	1.7 Sistema de agua indicadora por medio de nei	X		Folio 53- ajuste por tornillo en forma lateral
	1.8 Superficie de pesaje con plataforma antideslizante	X		Folio 53- cubierta antideslizante
	1.9 Tallimetro incorporado	X		Folio 53y 54
	2.1 Rango de medición en talla minimo 190 cm	X		Folio 54- de 60 a 200 cm
	2.2 Rango de medición en peso minimo 200 Kg	X		Folio 54- capacidad de 180 a 220 kg
	2.3 Sensibilidad de peso 100 gr	X		50 gr Folio 53
	2.4 Resolución de talla 1 cm	X		Cinta métrica en cm y mm
	2.5 Medición de talla en centímetros y milímetros	X		Folio 54 y 59
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.6 Medición de peso en libras y kilogramos	X		Folio 58
	1 Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	X		Folio 76
	2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo	X		Folio 57
	3. Garantizar calibración del equipo en sitio	X		Folio 67
	4. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado	X		Folio 67
	5. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos	X		Folio 67
	6. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (8) horas	X		Folio 67
	7. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto	X		Folio 67
	8. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario	X		Folio 67
	9. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios	X		Cinco (5) años de vida útil
NORMAS - CERTIFICADOS	10. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.	X		Folio 64 a 66
	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	X		Folio 60
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		Folio 61 a 63
TOTAL		27	0	CUMPLE TÉCNICAMENTE

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (27) ÍTEM DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TECNICO FAVORABLE SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluador :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LOPEZ PINEDA	FECHA:	30 DE JULIO DE 2015
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.