

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1			


EQUIPO:	TENSÍÓMETRO MANUAL PORTÁTIL	MARCA:	WELCH ALLYN/DS 44-11 C
ÍTEM:	13	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 411 457
PROVEEDOR:	TECNICA ELECTROMÉDICA S.A.		
GARANTÍA:	DOS (2) AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. GENERALES			
	1.1 Equipo para uso pediátrico y adulto	X		
	1.2 Material de manómetro resistente y de fácil limpieza	X		Folio 146R
	1.3 Escala de 0-300 mm Hg +/- 2 mm Hg.	X		
	1.4 Diseño de mano y liviano.	X		
	1.5 Manguera lisa de hule.	X		
	1.6 Manómetro tipo reloj con protector de goma	X		Protector plástico
	1.7 Pera de hule con válvula metálica de control	X		
	1.8 Bomba o manguito de compresión en hule con mangueras incorporadas	X		
	1.9 Máximo error permitido +/- 3mmHg	X		
	2. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES			
	2.1 Dos (2) brazaletes reusables con velcro uno adulto y uno pediátrico.	X		
	2.2 Estuche de protección con cierre en velcro o cremallera	X		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	3. Garantizar la calibración del equipo en sitio.		X	Debido a que el proveedor indica que la calibración será realizada en sitio, se solicita carta de compromiso que garantice lo mencionado
	4. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		
	5. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos	X		Tres (3) vistas por cada año de garantía
	6. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas	X		
	7. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de Ingeniería del Instituto.	X		
	8. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario	X		
	9. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.	X		Diez (10) años equipo, no especifica vida útil para accesorios
	10. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.		X	En la especificación no se solicita asegurar entrega, se solicita claramente anexar protocolo de mantenimiento y guía de manejo rápido en la oferta
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	X		2008CM-0001935 Vigente hasta el 26 de Junio de 2018
	4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS	X		CE
TOTAL		21	2	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (23) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO	FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2015
FIRMA:		DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.