

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	QDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	30-06-2014
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	TORRE DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO	MARCA:	FISHER & PAYKEL
ÍTEM:	3	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 12 180 000
PROVEEDOR:	EQUITRONIC		
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Cascada servocontrolada que proporcione humedad de 37 ° C, 44 mg / L	X		FOLIO 58
	1.2. Cable sensor de temperatura para conexión de cascada	X		FOLIO 67
	1.3. Soporte para humidificador	X		FOLIO 68
	1.4. Provisto de Blender	X		FOLIO 72
	1.5. Flujoímetros de 0 - 30 LPM	X		SEGÚN ADJUNTO DE FICHA TÉCNICA SE ESPECIFICA RANGO DE FLUJOMETRO DE 0 - 30 LPM
	1.6. Atril de transporte con ruedas de fácil limpieza	X		
	1.7. Tiempo de calentamiento menor a 30 minutos	X		FOLIO 69
	1.8. Rango de flujo no invasivo-continuo 4 -120 LPM mínimo	X		3 - 120 LPM
	1.9. Cámara de volumen comprimible constante	X		FOLIO 69
	1.10. Sistema apropiado para pacientes pediátricos	X		FOLIO 64
	1.11. Provisto de sistema de alarmas	X		FOLIO 65
	1.12. Display de visualización para la temperatura	X		FOLIO 65
	1.13. Método de eliminación de condensación	X		FOLIO 70
2. ACCESORIOS:	2.1. Mangueras para aire y oxígeno	X		
	2.2. Adaptador para conexión de oxígeno a la cascada	X		
3. ALIMENTACIÓN	3.1. Eléctrica. 115 VAC 60 / 50-60Hz	X		
	3.2. Consumo máximo 250 W	X		
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	4.1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo tres (03) mantenimiento preventivo	X		
	4.2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo	X		
	4.3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		
	4.4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.	X		
	4.5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto	X		
	4.6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año (si aplica).	X		
	4.7. Manuales o catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	X		
	4.8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.	X		5 AÑOS
	4.9. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	X		
	4.10. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español	X		
5. NORMAS - CERTIFICADOS	5.1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	X		2014EBC-0012494 VIGENTE HASTA 27 DE ENERO 2025
	5.2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS	X		
	5.3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	X		VIGENTE DESDE SEPTIEMBRE 2015
	5.4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia	X		
	5.5. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1	X		NO APLICA
TOTAL		32	0	CUMPLE TÉCNICAMENTE

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (32) ÍTEM DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluador :

NOMBRE(S):	JUAN JOSE PEREZ AVEVEDO	FECHA:	11 DE AGOSTO DE 2015
FIRMA:		DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	G0G-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1			

EQUIPO:	TORRE DE ALTO FLUJO ADULTO	MARCA:	FISHER & PAYKEL
ÍTEM:	4	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 12 180 000
PROVEEDOR:	EQUITRÓNIC		
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Cascada servocontrolada que proporcione humedad de 37 ° C, 44 mg / L.	X		FOLIO 58
	1.2. Cable sensor de temperatura para conexión de cascada	X		FOLIO 67
	1.3. Soporte para humidificador	X		FOLIO 69
	1.4. Provisto de Blender	X		FOLIO 72
	1.5. Flujoímetros de 0 - 70 LPM	X		SEGUN ADJUNTO DE FICHA TÉCNICA SE ESPECIFICA RANGO DE FLUJOMETRO DE 0 - 70LPM
	1.6. Atril de transporte con ruedas de fácil limpieza	X		
	1.7. Tiempo de calentamiento menor a 30 minutos	X		FOLIO 69
	1.8. Rango de flujo no invasivo-continuo 4 -120 LPM mínimo	X		3 - 120 LPM
	1.9. Cámara de volumen comprimible constante	X		FOLIO 69
	1.10. Sistema apropiado para pacientes pediátricos	X		FOLIO 64
	1.11. Provisto de sistema de alarmas	X		FOLIO 65
	1.12. Display de visualización para la temperatura	X		FOLIO 65
	1.13. Método de eliminación de condensación	X		FOLIO 70
2. ACCESORIOS:	2.1. Mangueras para aire y oxígeno	X		
	2.2. Adaptador para conexión de oxígeno a la cascada	X		
3. ALIMENTACIÓN	3.1 Eléctrica. 115 VAC 60 / 50-60Hz	X		
	3.2 Consumo máximo 250 W	X		
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	4.1 Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo tres (03) mantenimiento preventivo.	X		
	4.2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.	X		
	4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado	X		
	4.4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas	X		
	4.5 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto	X		
	4.6 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año (si aplica)	X		
	4.7 Manuales o catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano	X		
	4.8 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.	X		5 AÑOS
	4.9. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	X		
	4.10 Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.	X		
5. NORMAS - CERTIFICADOS	5.1 Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	X		2014EBC-0012494 VIGENTE HASTA 27 DE ENERO 2025
	5.2 Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		
	5.3 Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	X		VIGENTE DESDE SEPTIEMBRE 2015
	5.4 Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia	X		
	5.5 Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1	X		NO APLICA
TOTAL		32	0	CUMPLE TÉCNICAMENTE

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (32) ÍTEM DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluador :

NOMBRE(S):	JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO	FECHA:	11 DE AGOSTO DE 2015
FIRMA:		DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emite y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.