

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSION:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			
INVITACIÓN A COTIZAR 136-2015				
ANEXO No.3				
ITEM No. 1 NUEVE (9) SILLAS RECLINABLES				
ESPECIFICACIONES TECNICAS				
ESPECIALIDAD(ES):		TAMO - PEDIATRIA		
SERVICIOS:		SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN TAMO		
DEFINICIÓN		SILLAS RECLINABLES		
NOMBRE GENÉRICO		SILLAS RECLINABLES		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		SILLAS RECLINABLES TRES POSICIONES MANUALES, FACILES DE MANEJAR, GARANTIA EFECTIVA EN EL HERRAJE (SISTEMA METALICO DE FUNCIONAMIENTO), TAPIZADAS EN MATERIAL SINTETICO IMITACION CUERO, CUERO LEGÍTIMO, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO		1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas. 2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento. 3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.		

Nando P Santamaría M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
				Página 1 de 1
INVITACIÓN A COTIZAR 136-2015				
ANEXO No. 3				
ITEM No. 2 SEIS (6) CAMILLA PARA CONSULTORIO				
ESPECIFICACIONES TECNICAS				
ESPECIALIDADES	HEMATOLOGIA - DERMATOLOGÍA			
SERVICIOS:	CONSULTA EXTERNA			
DEFINICIÓN	CAMILLA PARA CONSULTORIO			
NOMBRE GENÉRICO	CAMILLA FIJA PARA EXAMEN			
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CAMILLA PARA CONSULTORIO	1.1 Camilla para consultorio fija		
		1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable .		
		1.3 Que de la posición de tendelemburg (permita levantar la cabeza)		
		1.4 Con colchoneta fabricada en espuma de alta densidad, forrada en cordoban negro.		
		1.5 Con tapones de caucho que eviten el deslizamiento		
		1.6 Medida aproximada de 60cm de ancho por 1.80mt. de largo		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.			
	2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría, para el óptimo funcionamiento.			
	3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.			

Nancy P Sanjurjo M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	VIGENCIA:	15-02-2014
	Página 1 de 1		

ANEXO No. 3
ITEM No. 3 SEIS (6) CAMILLA MÓVIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
ESPECIALIDAD(ES):	Médicas y Quirúrgicas			
SERVICIOS:	PEDIATRIA - TAMO Y DERMATOLOGIA			
NOMBRE GENÉRICO:	CAMILLA MÓVIL			
DEFINICIÓN :	Equipo hidráulico y/o neumático, rodable y de altura variable diseñado para recostar y transportar al paciente con seguridad, con mecanismos para mantener diferentes posiciones			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA	1.1 Camilla de traslado de paciente.		NUMERO DE FOLIO
		1.2 Que soporte un peso de 200 Kg como mínimo.		
		1.3 Que permita dar las siguientes posiciones de forma hidráulica o neumática	1.3.1 Trendelenburg de 12° como mínimo	
			1.3.2 Trendelenburg inverso de 12° como mínimo	
			1.3.3 Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° como mínimo	
			1.3.4 Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 59 cm. A 85 cm. como mínimo.	
		1.4 Superficie de la camilla rígida.		
		1.5 Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm. de largo x 64 cm de ancho, como mínimo.		
		1.6 Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 5%: longitud total 215 cm, ancho total 80 cm.		
		1.7 Barandales laterales plegables o abatibles		
1.8 Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina.				
1.9 Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno y pertenencias del paciente.				
1.10 Ruedas antiestáticas o conductoras de 20 cm como mínimo.				
ACCESORIOS	2 Colchón de poliuretano.	2.1 De 6 cm de espesor como mínimo.		
		2.2 Alta densidad y Antiestático		
		2.3 Repelente a líquidos y retardante al fuego.		
		2.4 De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo		
* Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. Los accesorios deben ser originales.				
ALIMENTACION:	1 - Eléctrica.	1.1 - Voltaje 110 V - 50 / 60 Hz		
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo tres (3) mantenimientos preventivos			
	2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.			
	3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía			
	4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.			
	5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto			
	6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.			
	7. Manuales o catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano			
	8. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.			
	9. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más			
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado)			
	11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica).			
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía			
	13. Debe especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo			
	14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique			
	15. Protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido			
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".			
	2. Equipo que cumpla con las normas IEC60601-1, IEC 60601-1/Compatible con desfibrilador, IEC 60602-2			
	3. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.			
	4. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia			
	5. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.			
	6. Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001			

NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACION TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

Norda P. Sanhonoram.

M. López

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
				Página 1 de 1
ANEXO No. 3				
ITEM No.4 DOS (2) CARROS PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS				
ESPECIFICACIONES TECNICAS				
ESPECIALIDAD(ES):	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN			
SERVICIOS:	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN			
DEFINICIÓN	1 CARROS PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN POLIMERO O PLASTICO			
NOMBRE GENÉRICO	CARRO PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS			
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARRO PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	1.1 Altura entre 106 cm y/o 108 cm		
		1.2 Ancho interno entre 60 y 62 cm		
		1.3 Carro en plastico termoformados con alta resistencia		
		1.4 Compartimiento individual entre 20-30 pacientes (Cajelines individuales)		
		1.5 Kit organizadores para cajones (30)		
		1.6 Ruedas antimotas, antideslizantes, giratorias con freno de 12 o 13 cm de diametro		
		1.7 Cajones de 6 pulgadas (15,24) de alto con 38,735 cm de profundidad		
		1.8 Sistema de seguridad		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.			
	2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.			
	3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.			

Nancy P. Sotomayor M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			
ANEXO No.3			
ITEM No. 5 VENTIDOS (22) SILLAS DE BAÑO			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ESPECIALIDAD(ES):	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN		
SERVICIOS:	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN		
DEFINICIÓN	silla de ducha y aseo destinada a utilizarse para facilitar las tareas de higiene a las personas con movilidad reducida		
NOMBRE GENÉRICO	SILLAS DE BAÑO		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Carcasa rimax plástica resistente con orificio en el centro con caucho protector, ruedas con frenos, descansabrazos acolchados y removibles, descansapiés. Acabados en pintura electrostática en polvo, fabricado en tubería cold- rolled		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.		
	2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría, para el óptimo funcionamiento.		
	3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.		

Nanda P. Soriano M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1				
ANEXO NO. 3				
ITEM No.6 VEINTICINCO (25) ATRILES				
ESPECIALIDAD(ES):	Hospital			
SERVICIOS:	GAICA - HOSPITALIZACION			
NOMBRE GENÉRICO	El atril es un soporte para sostener líquidos y/o bombas de infusión, es de altura regulable, en acero inoxidable			
NOMBRE GENÉRICO	ATRIL			
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. Atril.	1.1	Tubo redondo con varilla telescópica graduable.	
		1.2	Tubo Cold Rolled en acero inoxidable.	
		1.3	Que soporte Una (1) o Dos (2) Bombas de Infusión preferiblemente.	
		1.4	Incluya bandeja para bomba de infusión, en acero inoxidable.	
		1.5	Cuatro (4) Ganchos para bolsas de soluciones.	
		1.6	Cinco (5) Rodachines.	
		1.7	Altura graduable de 1.20 a 2.10 mts.	
	* Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. Los accesorios deben ser originales.			
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o más.			
	2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría, para el óptimo funcionamiento es el caso.			
	3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.			
	4.- Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a Cinco (5) años, garantizar repuestos originales.			
	5.- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (1) año.			
	6.- Manuales y Catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.			
	NOTA ESPECIAL: Durante el proceso se requiere la demostración de los atriles para verificar y generar el respectivo técnico.			

Narda P. Sanhuanza M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			
ANEXO No. 3				
ITEM No. 7 VEINTICUATRO (24) ESCALERILLAS DE DOS PASOS				
ESPECIFICACIONES TECNICAS				
ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION - DERMATOLOGIA			
SERVICIOS:	CONSULTA EXTERNA			
DEFINICIÓN	ESCALERILLAS PARA CONSULTORIO Y PISO			
NOMBRE GENÉRICO	ESCALERILLAS			
ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESCALERILLAS	1.1 En acero inoxidable		
		1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable .		
		1.3 Con base antideslizante		
		1.4 Con tapones de caucho que eviten el deslizamiento .		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.			
	2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría, para el óptimo funcionamiento.			
	3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.			

Nancy P Sanabria M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	02
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		VIGENCIA:	19-02-2014
				Página 1 de 1
ANEXO No. 3				
ITEM No. 8 UNA (1) CUNA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
SERVICIOS:	HOSPITALIZACION PEDIATRIA			
NOMBRE GENÉRICO:	PEDIATRIA			
DEFINICIÓN :	CAMA CUNA PEDIATRICA			NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.1 Tendido en lamina cold rolled C.20 Dividido en tres secciones, accionados por manivela			
	1.2. Cambio de altura accionados por manivela			
	1.3. Tubo redondo 1" 1/2 C.18 en cold rolled Cabecero y piecero en acrílico transparente de 7mm			
	1.4. Barandas laterales telescópicas en acrílico transparente de 7 mm			
	1.5. Atril porta suero cromado Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas			
	1.6 Altura min: 0.80mts max: 1.00 mts Terminado en pintura electrostática en polvo.			
	1.7 altura Dim aprox: 1.50 mts largo, 0.70 mts ancho Altura min: 0.45 mts max: 0.65 mts			
	1.8 Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno Capacidad de carga: 150kg - 200kg Terminado en pintura electrostática en polvo.			
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.			
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.			

Norda P Sanhuanero M.



Por el control del cáncer

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

ANEXO NO. 3		
ITEM No.9 CUATRO (4) RINONERAS		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA	
SERVICIOS:	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA	
DEFINICIÓN	ELEMENTO HOSPITALARIO QUE SE USA PARA RECOGER SECRECIONES	
NOMBRE GENÉRICO	RINONERAS	
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	RIÑONERAS	ACERO INOXIDABLES RESISTENTES BUEN ACABADO PROPUESTA O TERMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUES DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE "NO REQUIERE"
	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.	
	2. - Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor	

Nanda P. Santamaría M.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

ANEXO No.3

ITEM No. 10 CUATRO (4) PATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	
SERVICIOS:	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	
DEFINICIÓN	PATOS PISCINGOS	
NOMBRE GENÉRICO	PATOS	
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	PATOS EN ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE BUEN ACABADO Especificaciones del pato: Capacidad: 1.5 litros Diámetro: 113 mm Largo: 235 mm
	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.	
	2. - Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor	

Nancy P. Santonara M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	
ANEXO No. 3				
ITEM No. 11 CUATRO (4) PATO PISCINGO				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
ESPECIALIDADES:	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN			
SERVICIOS:	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN			
DEFINICIÓN	PATOS			
NOMBRE GENÉRICO	Pato piscingo (2 pediátricos y 2 adultos)			
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	PATOS EN ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE BUEN ACABADO fácil de limpiar, resistente al paso del tiempo PROPUESTA O TERMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUES DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE "NO REQUIERE"		
		1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas. 2.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor		

Nando P. Sotomayor M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	02
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		VIGENCIA:	19-02-2014
	Página 1 de 1			
ANEXO No. 3				
ITEM No. 12 TRES (3) MESA PUENTE				
SERVICIOS:	HOSPITALIZACION PEDIATRIA			
NOMBRE GENÉRICO:	Mesa puente para pediatría			
DEFINICIÓN :	Mesa Puente			NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" 1/2 cold rolled C.18 Tubo rectangular de 2*1" cold			
	1.2. Tubo telescópico rectangular de 2*1" en acero inoxidable			
	1.3. Bandeja superior en melamínico de 15mm, bocalada en caucho para mayor protección Con refuerzos en platina de hierro			
	1.4. Altura graduable por medio de sistema mecánico con cuatro ruedas			
	1.5. Dimensiones: : Largo 0.90 mts, Ancho 0.40 mts			
	1.6. Altura min: 0.80mts max: 1.00 mts Terminado en pintura electrostática en polvo.			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.			
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.			
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.				

Nando P Santamaría M.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1		

ANEXO No. 3

ITEM No. 13 UN (1) CARRO DE PARO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	SERVICIO DE PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN	
SERVICIOS:	SERVICIO DE PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN	
DEFINICIÓN	EQUIPO QUE PERMITE LA ORGANIZACIÓN DE LOS INSUMOS ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA LA REANIMACIÓN CEREBRO CARDIO RESPIRATORIO EN PACIENTES	
NOMBRE GENÉRICO	CARRO DE PARO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARRO DE PARO	1.1 ALTURA ERGONOMICA, SOPORTE PARA DESFIBRILADOR Y SOPORTE BALA DE OXIGENO
		1.2 FÁCIL DESPLAZAMIENTO LAVABLE, SEGURO
		1.3 TRES GAVETAS PARA ORGANIZAR DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS
		1.4 PROPUESTA O TÉRMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUÉS DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA
		1.5 PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE "NO REQUIERE"
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.	
	2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría, para el óptimo funcionamiento.	
	3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	

Nora P. Santamaría M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	02
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		VIGENCIA:	19-02-2014
				Página 1 de 1
ANEXO No. 3				
ITEM No. 14 UNA (1) SILLA DE RUEDAS				
SERVICIOS:	HOSPITALIZACION PEADIATRIA			
NOMBRE GENÉRICO:	Pediatria			
DEFINICIÓN :	Silla de ruedas			NUMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.1.Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18 Tubo redondo de 1" 1/4 en aluminio.			
	1.2. Platina reforzada en aluminio			
	1.3. Sistema de traslado integrado por rodamientos y bandas Cubierta en cordobán lavable de fácil limpieza			
	1.4. Altura 0.50 metros			
	1.5.Dimensiones: : Largo 0.37 mts, Ancho 0.08mts			
	1.6 .Terminado en aluminio.			
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.			
	2. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.			
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACION (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACION TECNICA DENTRO DE LA				

Nada P Santamaria M.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1				
ANEXO No. 3				
ITEM No. 15 ONCE (11) MESAS AUXILIARES CON RODACHINES				
ESPECIFICACIONES TECNICAS				
ESPECIALIDAD(ES):	REHABILITACION - DERMATOLOGIA			
SERVICIOS:	CONSULTA EXTERNA			
DEFINICIÓN	MESA AUXILIAR CON RODACHINES			
NOMBRE GENÉRICO	MESA AUXILIAR CON RODACHINES			
ESPECIFICACIONES TECNICAS	MESA AUXILIAR CON RODACHINES (cantidad 11 unidades)	1.1 Mesa fabricada en material resistente que permita facil limpieza y desinfección.		
		1.2 En acero inoxidable: con estructura en perfil tubular .		
		1.3 Con un entrepaño		
		1.4 Base superior que no permita el deslizamiento de los elementos .		
		1.5 Con rodachines de facil limpieza		
		1.6 Tamaño aproximado 70cm de alto x 50cm de ancho y 40cm de profundidad		
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO	1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.			
	2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.			
	3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.			

Nancy P. Sanabria M.