



57290

Señora

MICHELLE VASQUEZ MORALES

Asistente de Ventas

PRODUCTOS ROCHE S.A.

Email. maria.vasquez@contractors.roche.com

Bogotá

RESPUESTA: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2015

Respetada señora:

En respuesta al oficio enviado al correo electrónico enviado el día viernes, 16 de febrero de 2015 12:15 p.m., le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

"...Acorde a lo previsto en el capítulo 6; ítem 6.6 del pliego de condiciones del proyecto en referencia, nos permitimos respetuosamente solicitar aclaración a los siguientes puntos:

1. Deseamos conocer si es posible para garantizar la pluralidad de los oferentes que el Instituto Nacional de Cancerología evalúe propuestas de apoyo tecnológico por grupos de parámetros de serología de donantes y no la exigencia de tenerlas consolidadas en una sola plataforma. Esto con el fin de buscar:
 - Un mayor desempeño tecnológico teniendo mejor balance entre sensibilidad analítica y especificidad.
 - Mejorar el desempeño operacional en donantes.
 - Realizar una mejor oferta económica..."

PRIMERA RESPUESTA

Se desea una sola plataforma, porque ofrece los siguientes beneficios:

- Tiempo de procesamiento de los 7 marcadores en una sola plataforma
- Oportunidad de entrega de productos sanguíneos de urgencia
- Optimización del recurso humano, un solo usuario
- Un solo tubo
- Disminución del error humano, los reactivos listos para su uso, nada se reconstituye
- Estandarización del proceso de tamizaje
- Estabilidad en el Control de Calidad
- Una sola tecnología, no combinada con dos tecnologías diferentes
- Espacio para un solo instrumento, no para dos (en el banco de sangre no tenemos espacio suficiente)
- Consumo de luz y de agua solo para un instrumento, no para dos
- Resultados en 37 minutos en una sola plataforma, con dos instrumentos de diferente tecnología los resultados se obtienen en 3 horas y media
- Reactivos estabilidad a bordo 30 días
- Calibración cada 30 días
- Controles por marcador 2 cada 24 horas a excepción del h HIV que son 4 controles cada 24 horas, en la tecnología de micro placa son de 5 a 7 controles diarios por marcador, aumenta el costo de prueba.

as



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
FAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

SEGUNDA PREGUNTA

“...En caso de que se requiera realizar alguna adecuación física, eléctrica o hidráulica, esta estará a cargo de Productos Roche en su totalidad...”

SEGUNDA RESPUESTA

Debe atenderse al espacio con que cuenta el Instituto, actualmente se cuenta con un espacio provisional, actualmente no se puede realizar ningún tipo de adecuación.

Cordialmente.

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

Directora General (E)

Reviso: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan José Pérez Acevedo- Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/EIst



MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD ELECCIÓN

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7