

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia

72595 No. Radicación: SAL-02947-2015
No. Folios: 1
Fecha: 2015-04-27 04:32:35 PM
72595

Bogotá,

Señor

JUAN MANUEL FONSECA SARAVIA

Representante legal

Abbott Laboratories de Colombia S.A.

Calle 100 Nro. 9A-15 Piso 14

Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta oficio ENT-02946-2015

Respetado Señor Fonseca:

En atención a su oficio del asunto, nos permitimos informarle que el concepto técnico emitido y publicado en la página web del Instituto se mantiene, en adjunto le remitimos los conceptos técnicos.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS

Directora General (E)

Revisó: Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

Anexos: Conceptos técnicos.pdf

DG/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/Angélica C.

P 1 / 1



MATRIZ CONCEPTO TÉCNICO

Identificación del Insumo con Documento N° 20004684			
Material:		40060350 TROPONINA	
Marca :		5 ABBOTT	
Nombre Comercial :		ARCHITEC	
Consecutivo:	0001	Fecha creación:	25.02.2011
Especificaciones:		MARCA ABBOTT	
Registro sanitario No.:		N/A	
Unidad de medida:		Unidad	
Adjunta muestra? :		NO	
Fecha creación:		25.02.2011	
Usuario:		MZEA	
Vigencia del registro:		N/A	
Presentación empaque:		UNIDAD	
Muestra devolutiva?:		NO	

Experiencia y evaluación	
Lo ha utilizado anteriormente? :	NO
Se requiere trabajo de campo? :	
SI	
La marca de este elemento es indispensable para el correcto funcionamiento de un equipo u obtener el efecto o servicio deseado? SI	
Por qué? LOS REACTIVOS FUNCIONAN CON EL ANALIZADOR	
Responde a los requerimientos exigidos? :	
NO	
Por qué? EL LABORATORIO CLINICO HA PROCESADO LA PRUEBA DE TROPONINA EN UN EQUIPO EN CONJUNTO CON TODAS LAS *	
Concepto técnico favorable? :	
NO	
Por qué?: NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO.	

Observaciones.
*PRUEBAS ESPECIALES,CON ESTA CASA COMERCIAL SE PROCESARIA EN UN EQUIPO APARTE SOLAMENTE PARA DICHA PRUEBA,LO CUAL REQUIERE TIEMPO EXTRA DEL PROFESIONAL EN MANTENIMIENTOS,CALIBRACIONES Y CONTROLES MAS ESPACIO DE INFRAESTRUCTURA CON EL CUAL NO CONTAMOS.

Evaluadores	
Evaluador1:	ELIZABETH RODRIGUEZ GÓMEZ
Cédula:	NO REPORTA
Dependencia:	COORDINADOR GRUPO LABORATORIO CLÍNICO
Evaluador2:	
Cédula:	
Dependencia:	
Evaluador3:	
Cédula:	
Dependencia:	



MATRIZ CONCEPTO TÉCNICO

Identificación del Insumo con Documento N° 20009391			
Material:	40060484	PRUEBAS PARA QUIMICA SANGUINEA, DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS, INCLUYE DESHIDROGENASA LACTICA (LHD), CREATINFOSFOCINASA (CK) CREATINFOSFOCINASA (CK) FRACCION MB, CREATININA,COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, ASPARTATO AMINOTRANSF	
Marca :	5	ABBOTT	
Nombre Comercial :		ABBOTT	
Consecutivo:	0001	Fecha creación:	13.03.2014
		Usuario:	DJIMENEZ
Especificaciones:	MARCA: ABBOTT- ANALIZADOR DE PRUEBAS DE QUIMICA SANGUINEA - ESTUCHE		
Registro sanitario No.:	N/A	Vigencia del registro:	N/A
Unidad de medida:	Unidad	Presentación empaque:	UNIDAD
Adjunta muestra? :	NO	Muestra devolutiva? :	NO

Experiencia y evaluación	
Lo ha utilizado anteriormente? :	NO
Se requiere trabajo de campo? :	NO
La marca de este elemento es indispensable para el correcto funcionamiento de un equipo u obtener el efecto o servicio deseado? SI	
Por qué? LOS REACTIVOS FUNCIONAN EN EL ANALIZADOR	
Responde a los requerimientos exigidos? :	
NO	
Por qué? SE REQUIEREN CONTINUAS EN AGUNAS PRUEBAS COMO GLUCOSA CADA 30 DÍAS, LO QUE AUMENTA EL GASTO EN EL *	
Concepto técnico favorable? :	
NO	
Por qué?: NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	

Observaciones.
* NÚMERO DE PRUEBAS. SOLAMENTE TIENE CAPACIDAD DE 800 PRUEBAS HORA, CUENTA CON CELDAS QUE NO SON DESECHABLES SE CAMBIANA ANUALMENTE LO QUE PUEDE REPRESENTA UN RIESGO. TIENE VARIOS REGISTROS INVIMA.



República de Colombia
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7



MATRIZ CONCEPTO TÉCNICO

Evaluadores

Evaluador1: ELIZABETH RODRIGUEZ GÓMEZ
Cédula: NO REPORTA
Dependencia: COORDINADOR GRUPO LABORATORIO CLÍNICO

Elizabeth Rodríguez Gómez 20009391

Evaluador2:
Cédula:
Dependencia:

Evaluador3:
Cédula:
Dependencia:



MATRIZ CONCEPTO TÉCNICO

Identificación del Insumo con Documento N° 20010157			
Material:	40060485	PRUEBAS ESPECIALES. DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE ANTI HBs, HEPATITIS C, ANTI Hbe, TROPONINA, ANTIGENO DE SUPERFICIEHEPATITIS B, ANTIGENO E, HEPATITIS B, HIV-1/HIV, CORE ANTI HBC, ALFAFETO PROTEINA (AFP), ANTIGE	
Marca :	5	ABBOTT	
Nombre Comercial :	ABBOTT ARCHTECT I1000		
Consecutivo:	0001	Fecha creación:	24.03.2015
		Usuario:	DJIMENEZ
Especificaciones:	MARCA O REFERENCIA: ABBOTT ARCHTECT I1000 -PRUEBAS ESPECIALES. PRESENTACIÓN PRUEBA		
Registro sanitario No.:	N/A	Vigencia del registro:	N/A
Unidad de medida:	Unidad	Presentación empaque:	PRUEBA
Adjunta muestra? :	NO	Muestra devolutiva?:	NO

Experiencia y evaluación	
Lo ha utilizado anteriormente? :	NO
Se requiere trabajo de campo? : SI	
La marca de este elemento es indispensable para el correcto funcionamiento de un equipo u obtener el efecto o servicio deseado? SI	
Por qué? LOS REACTIVOS SON UTILIZADOS UNICAMENTE CON EL ANALIZADOR	
Responde a los requerimientos exigidos? : NO	
Por qué? A PESAR QUE OFERTAN TODAS LAS PRUEBAS, LA TIROGLOBULINA, LA PROCALCITONINA, HORMONA DE CRECIMIENTO *	
Concepto técnico favorable? : NO	
Por qué?: * Y CALCITONINA LA OFERCEN REMITIDAS. LO QUE AFECTARÍA LA OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE RESULTADOS EN PREUBAS QUE SON DECISIVAS DE CONDUCTA MEDICA	

Observaciones.
EL CODIGO 40060483 DE LA OFERTA NO CORRESPONDE CON EL DE LA PUBLICACIÓN:40060485. SON VARIOS PRODUCTOS SON VARIOS REGISTROS INVIMA QUE ANEXAN A LA PROPUESTA. AL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE REACTIVOS SIEMPRE LOS REGISTROS INVIMA DEBEN ESTAR VIGENTES



República de Colombia
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7



MATRIZ CONCEPTO TÉCNICO

Evaluadores

Evaluador1: ELIZABETH RODRIGUEZ GÓMEZ
Cédula: NO REPORTA
Dependencia: COORDINADOR GRUPO LABORATORIO CLÍNICO

Elizabeth Rodríguez Gómez, 20010157

Evaluador2:
Cédula:
Dependencia:

Evaluador3:
Cédula:
Dependencia: