

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ESPECIALIDAD(ES):	PEDIATRIA, CABEZA Y CUELLO
SERVICIOS:	ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN	PINZAS BABY MIXTER
NOMBRE GENÉRICO	PINZAS BABY MIXTER
CANTIDAD	6
TECNICAS:	EN ACERO INOXIDABLE
	DE 140 mm DE LONGITUD
	DE 5"1/2
	AUTOCLABABLE
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
	Tiempo de garantía minimo años. Marcado INC y año de adquisición
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS- CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"



Por el control del cáncer

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1.- Mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante 2 años con 1 visita semestral. Entregar certificado de calibración.
	2.- Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos 10 años
	3.- Garantizar soporte durante los procedimientos si es necesario.
	4.- Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en caso de falla antes de 12 horas después de dar aviso.
	5.- Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología.
	6.- Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	7.- Catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
	8.- Garantía de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	9.- Tiempo de garantía mínimo dos años o mas.
	10.- Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
	11.- Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del término de la vigencia de la garantía.


NUBIA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
				Página 1 de 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDADES:	GINECOLOGIA
SERVICIOS:	ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN	PORTAGUJAS LAPAROSCOPIA
NOMBRE GENÉRICO	PORTAGUJAS LAPAROSCOPIA
CANTIDAD	2
TÉCNICAS:	EN ACERO INOXIDABLE
	DERECHO E IZQUIERDO
	AUTOCLAVABLE A VAPOR
	DE ROTACIÓN
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	Tiempo de garantía mínimo años. Marcado INC y año de adquisición.
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
	1.- Mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante 2 años con 1 visita semestral. Entregar certificado de calibración.
	2.- Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos 10 años
	3.- Garantizar soporte durante los procedimientos si es necesario.
	4.-Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en caso de falla antes de 12 horas después de dar aviso.
	5.-Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDAD(ES)	GINECOLOGÍA
SERVICIOS	ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN	PORTAGUJAS LAPAROSCOPIA
NOMBRE GENÉRICO	PORTAGUJAS LAPAROSCOPIA
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	6.- Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	7.- Catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano
	8.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
	9. Tiempo de garantía mínimo dos años o mas.
	10.- Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
11.-Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del termino de la vigencia de la garantía.	



NUBIA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización



Por el control del cáncer

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	
ANEXO No. 4			
ITEM No. 01			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ESPECIALIDADES:	GINECO, UROLOGÍA, GASTRO		
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN		
DEFINICIÓN	LENTE DE 30°		
NOMBRE GENÉRICO	LENTE DE 30°		
	2		
TÉCNICAS:	OPTICA 30° DE 10 mm		
	CONTENEDOR PARA OPTICA		
	EN ACERO INOXIDABLE		
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales	
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.		
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.		
	Tiempo de garantía 5 años. Marcada INC año de adquisición		
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.		
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"		



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ESPECIALIDADES:	GINECO, UROLOGÍA, GASTRO
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN	LENTE DE 30°
NOMBRE GENÉRICO	LENTE DE 30°
	2
TECNICAS:	OPTICA 30° DE 10 mm
	CONTENEDOR PARA OPTICA
	EN ACERO INOXIDABLE
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	Tiempo de garantía 5 años. Marcada INC año de adquisición
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"


NUBIA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización


 Por el servicio del usuario	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDADES:	GINECO, UROLOGÍA GASTRO.
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN	PINZA VASCULAR PUNTA FINA CORTA
NOMBRE GENÉRICO	PINZA VASCULAR PUNTA FINA CORTA
CANTIDAD	2
TÉCNICAS:	LONGITUD DE 200mm 8"
	ACERO INOXIDABLE
	PUNTA DE 2 mm
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	Tiempo de garantía 5 años. Macadas INC y año de adquisición
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


NUBIA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización


 Por el Consejo de Gobierno	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ESPECIALIDAD(ES):		GINECO, GASTRO UROLOGÍA	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN		
DEFINICIÓN	PINZA VASCULAR PUNTA FINA CORTA		
NOMBRE GENÉRICO	PINZA VASCULAR PUNTA FINA CORTA		
CANTIDAD	2		
TÉCNICAS:	ACERO INOXIDABLE		
	LONGITUD 150mm 6"		
	PUNTA DE 2 mm		
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entreguen deben ser originales		
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.		
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.		
	Tiempo de garantía 5 años. Marcada INC y año de adquisición		
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.		
NORMAS-CERTIFICADOS: 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"			


NUBIA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización

 Por el 200-201 del Gobierno	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDADES:	GASTRO, GINECO, UROLOGIA
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN	PINZA VASCULAR LARGA PUNTA FINA
NOMBRE GENÉRICO	PINZA VASCULAR LARGA PUNTA FINA
CANTIDAD	2
TÉCNICAS:	ACERO INOXIDABLE
	LOGITUD 300 mm 12"
	PUNTA DE 2 mm
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	Tiempo de garantía mínimo 5 años . Marcados con INC y año de adquisición
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS CERTIFICADAS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"


NUBIA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización

 Por el control del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDAD(ES):	GASTRO, GINECO, UROLOGIA
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN	PINZA VASCULAR PUNTA FINA LARGA
NOMBRE GENÉRICO	PINZA VASCULAR PUNTA FINA LARGA
CANTIDAD	2
TÉCNICAS:	LONGITUD DE 240mm 91/2"
	ACERO INOXIDABLE
	PUNTA DE 2 mm
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcados con INC y año de adquisición
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"


NUBIA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización

