

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MAQUINA SELLADORA AUTOMATICA DE PAPEL GRADO MEDICO
3. PROVEEDOR	SURGIPLAST
1	SELLADORA AUTOMATICA PAPEL GRADO MEDICO HM 8000
1	MODULO CLASIFICADOR
1	IMPRESORA DE ETIQUETAS
1	LECTOR

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	HAY OTRAS COMPAÑÍAS.	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒ NO ☐		
PORQUE ?	ES DE FACIL MANEJO Y TIENE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒ NO ☐		
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA EL SELLADO Y ROTULACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 18 MM 12 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ESTERILIZACIÓN	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN MEDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	SET DE ESTÓMAGO
3. PROVEEDOR	B.BRAUN MEDICAL S.A
1	MANGO DE BISTURI 3 L DE 210mm
1	CLAMP VASCULAR DE DEBAKEY CURVO de 58 mm de ancho long. de boca 103 mm long total 270 mm
2	CLAMP INTESTINAL COCHER RECTO ATRAUMÁTICO de 220mm 8 3/4"
1	CLAMP INTESTINAL MAYO ROBSON CURVO SEMIELÁSTICO de 250 mm 10"
2	CLAMP INTESTINAL DOYEN RECTO de 240 mm 9" 1/2"
1	CLAMP INTESTINAL COCHER RECTO de 220mm 8 3/4"
6	PINZA JUDOLUS 3W1 dentes long. 195mm 7 3/4"
1	SEPARADOR DE MIKULICZ VALVA DE 147 x 50 mm long. 260 mm
1	PINZA OSHAUGHNESSY de 180 mm 7"
2	PINZA MIXTER de 220 mm 8 3/4"
1	PINZA KANTROWITZ de 265 mm x 10 1/2"
1	PINZA KANTROWITZ para disección de 240 mm x 9"
1	PINZA MIXTER PARA CISTICO de 230 mm 9"
2	PINZA ROCHESTER RECTA de 10 cm 6 1/4"
4	PINZA HEMOSTÁTICA BENIGOLEA CURVA long. 245 mm 3/4"
1	TAPA PRIME LINE COLOR AZUL de 463 mm x 265 mm x 48 mm
1	BASE PERFORADA CONTENEDOR de 470 mm x 274 mm x 90 mm
1	SEMICESTA DE MALLA SUPERFICIE LIZA PATAS PLÁSTICAS de 400 x 253 x 58 mm
1	SOPORTE DE FILTRO UNIVERSAL
1	FILTRO PARA TAPA PRIME LINE REUSABLE PARA 5000 CICLOS

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	HAY OTRAS COMPAÑÍAS.	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONFORMAR EQUIPO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	18 12 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ESTERILIZACIÓN	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN MÉDICA

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-PD2-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	SET VASCULAR																						
3. PROVEEDOR	B.BRAUN MEDICAL S.A																						
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>PORTAGUJAS DEBAKEY boca estriada de 0.4 mm mango dorado long. 180 mm 7"</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TIJERA VASCULAR POTTS MARTEL angulo de 30° punta daguda long.185 mm 7" 1/4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CLAMP VASCULAR DEBAKEY ATRAUMATICO para oclucion tangencial de 58 mm de boca long. 270 mm</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINZAS DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY punta de 2 mm de ancho long. 240 mm 9" 1/2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINZA DE DISECCION CUCHING SIN GARRA long. 250 mm 10"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CLAMP VASCULAR DEBAKEY RECTO log. de boca 65 mm long. total 225 mm 9"</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TAPA PRIME LINE COLOR AZUL de 298 x 285 x 46 mm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BASE PARA CONTENEDOR PERFORADA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SEMICESTA DE MALLA superficie liza patas plasticas de 243 x 253 x 56 mm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOPORTE FILTRO UNIVERSAL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FILTRO PARA TAPA PRIME LINE REUZABLE 5000 CICLOS</td> </tr> </table>		1	PORTAGUJAS DEBAKEY boca estriada de 0.4 mm mango dorado long. 180 mm 7"	1	TIJERA VASCULAR POTTS MARTEL angulo de 30° punta daguda long.185 mm 7" 1/4	1	CLAMP VASCULAR DEBAKEY ATRAUMATICO para oclucion tangencial de 58 mm de boca long. 270 mm	4	PINZAS DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY punta de 2 mm de ancho long. 240 mm 9" 1/2	4	PINZA DE DISECCION CUCHING SIN GARRA long. 250 mm 10"	4	CLAMP VASCULAR DEBAKEY RECTO log. de boca 65 mm long. total 225 mm 9"	1	TAPA PRIME LINE COLOR AZUL de 298 x 285 x 46 mm	1	BASE PARA CONTENEDOR PERFORADA	1	SEMICESTA DE MALLA superficie liza patas plasticas de 243 x 253 x 56 mm	1	SOPORTE FILTRO UNIVERSAL	1	FILTRO PARA TAPA PRIME LINE REUZABLE 5000 CICLOS
1	PORTAGUJAS DEBAKEY boca estriada de 0.4 mm mango dorado long. 180 mm 7"																						
1	TIJERA VASCULAR POTTS MARTEL angulo de 30° punta daguda long.185 mm 7" 1/4																						
1	CLAMP VASCULAR DEBAKEY ATRAUMATICO para oclucion tangencial de 58 mm de boca long. 270 mm																						
4	PINZAS DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY punta de 2 mm de ancho long. 240 mm 9" 1/2																						
4	PINZA DE DISECCION CUCHING SIN GARRA long. 250 mm 10"																						
4	CLAMP VASCULAR DEBAKEY RECTO log. de boca 65 mm long. total 225 mm 9"																						
1	TAPA PRIME LINE COLOR AZUL de 298 x 285 x 46 mm																						
1	BASE PARA CONTENEDOR PERFORADA																						
1	SEMICESTA DE MALLA superficie liza patas plasticas de 243 x 253 x 56 mm																						
1	SOPORTE FILTRO UNIVERSAL																						
1	FILTRO PARA TAPA PRIME LINE REUZABLE 5000 CICLOS																						

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	HAY OTRAS COMPAÑÍAS.	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒ NO ☐		
PORQUE ?	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒ NO ☐		
PORQUE ?	SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONFORMAR EQUIPO PARA INTERVENCION QUIRURGICA	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 18 MM 12 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ESTERILIZACIÓN	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN MEDICA

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	SET PUNZON DE KEYES
3. PROVEEDOR	B.BRAUN MEDICAL S.A
1	SET PUNZON DE KEYES PARA SENO CON 6 TERMINALES INTERCAMBIABLES MANGO Y SOPORTE

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	HAY OTRAS COMPAÑÍAS.	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒ NO ☐		
PORQUE ?	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒ NO ☐		
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LAS BIOPSIAS DE SENO	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 18 MM 12 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ESTERILIZACIÓN	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN MEDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DD ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.