

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SPL-07616-2016

No. Folios: 1

Fecha: 2016-09-21 01:16:24 PM

175292

175292

Bogotá,

Señor

Jairo Nicolás Montes

Dpto de Licitaciones y Proyectos Especiales

HOSPIMEDICS S.A

Tel: 6.209777 E: Mail: jmontes@hospimedics.com

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 058-2016

Respetado Señor Montes:

PRIMERA PREGUNTA:

..."Sirvanse aclarar el valor determinado en plan anual de compras con el propósito de establecer con certeza el valor por el cual debe emitirse póliza de garantía de seriedad del ofrecimiento.?"

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE- informa que se surtió Adenda No.1, la cual puede ser consultada en nuestra página web, www.cancer.gov.co, link contrate con nosotros.

SEGUNDA PREGUNTA:

ITEM MONITOR DE SIGNOS VITALES

- Peso no mayor de 6 KG :

..."Como quiera que se aceptaran monitores de hasta 12" (ver observación sobre tamaño); un equipo de esas dimensiones por su propia estructura posee pesos mayores; Solicitamos estimar que el peso sea hasta de 7 Kg y aclarando que el peso será considerado sin sumar los eventuales módulos (si es modular) y sus baterías; teniendo en cuenta en este último caso que la amplia capacidad de batería requerida implica un equipo de baterías de volumen y peso.?"

RESPUESTA:

Teniendo en cuenta la finalidad del equipo que es para transporte, no se considera viable aumentar el peso del equipo solicitado, con el fin de mantener condiciones de adquirir un equipo liviano.

TERCERA PREGUNTA:

Pantalla de dimensión entre 10" y 12" :

Teniendo en cuenta que las pantallas a color tipo TFT tienen dimensiones standard (8,4" , 10,4" , 12,1" ,15" etc.)

..."solicitamos considerar el standard para pantallas TFT de 12" , es decir pantallas hasta 12,1" ; en resumen aceptar pantallas entre 10 y 12,2", siendo los standard establecidos.?"

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE- informa que se surtió Adenda No.6, la cual puede ser consultada en nuestra página web, www.cancer.gov.co, link contrate con nosotros.

CUARTA PREGUNTA:

Presión no invasiva ; máximo error :

..."La solicitud se presta a confusión por cuanto los márgenes o desviaciones en las diferentes marcas corresponden a tipo de paciente (neonato, adulto, pediátrico) tipo de tecnología; rangos de medición automática, posición de brazaletes, etc y como consecuencia de lo anterior los diferentes equipos poseen rangos de incertidumbre con base en rangos de medición. Para permitir pluralidad de oferentes solicitamos

P 1 / 2

establecer un margen de error o desviación máximo de +/- 5 mmhg.?

RESPUESTA:

El Instituto busca garantizar equipos de alta confiabilidad clínica por lo cual no se ampliara el máximo error permitido para mediciones de presión no invasiva, ya que al tener un mayor error se pueden presentar inconsistencias en algunos diagnósticos.

QUINTA PREGUNTA:

ECG 6 derivadas de interpretación

..."Solicitamos aclarar la solicitud, ya que no se trata de un electrocardiógrafo interpretativo, suponemos que se trata de presentar 6 o más derivadas de señal de ECG para medición de electrocardiograma de paciente; caso contrario favor aclarar el requerimiento.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE- informa que se surtió Adenda No.6, la cual puede ser consultada en nuestra página web, www.cancer.gov.co, link contrate con nosotros.

SEXTA PREGUNTA:

ITEM DESFIBRILADOR

- Peso 6,5 kg:

..."Solicitamos considerar la opción de aceptar equipos con peso máximo 7Kg aclarando que es un peso sin baterías.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE- informa que se surtió Adenda No.2, la cual puede ser consultada en nuestra página web, www.cancer.gov.co, link contrate con nosotros.

SEPTIMA PREGUNTA


- Se está solicitando velocidad de papel 5, 25, 50 mm/seg:

..."Solicitamos verificar y considerar que la velocidad de 5 mm/ seg no está disponible prácticamente en ningún equipo del mercado mundial, la gran mayoría poseen velocidades de 25 y 50, no es de ninguna manera útil una velocidad baja de registro y no afecta por demás de manera alguna el funcionamiento del equipo. En caso de persistir, aun así no es dable ya que las velocidades de registro están controladas y operadas por piñones que proporcionan velocidades equivalentes, es decir 6,25 , 12.5 , 25, 50 mm/seg.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE- informa que se surtió Adenda No.2, la cual puede ser consultada en nuestra página web, www.cancer.gov.co, link contrate con nosotros.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras 
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual 
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GGC/RECB/GC/YACA/Clara