



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 058 DE 2016

Página 1 de 1


Bogotá DC, 2 de noviembre de 2016

RESPUESTA A PROVEEDOR MEDICAL DEVICES S.A.S
ÍTEM 1. DESFIBRILADOR

Se mantiene la evaluación técnica como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, ya que en el ítem 2.7 Tiempo de carga en red 5 segundos o menor para máxima energía, el equipo ofertado no cumple con el requerimiento debido a que de acuerdo a su anexo página A-5 se observa que el tiempo de carga con tensión de red nominal entre 90% y 100% para 360J (máxima energía) es menor a 8 segundos, lo cual indica que excede el tiempo requerido.

Véase imagen:

Tiempo de carga (Nota: a 20 °C de temperatura ambiente)								
	Desfib. manual				DEA			
	Tiempo de carga		Desde alimentación inicial hasta carga finalizada		Desde inicio de análisis de ritmo a carga finalizada		Desde alimentación inicial hasta carga finalizada	
	200 J	360 J	200 J	360 J	200 J	360 J	200 J	360 J
Con batería nueva recién cargada	<5 s	<8 s	<11 s	<14 s	<16 s	<21 s	<21 s	<26 s
Con batería nueva recién cargada agotada por 15 descargas de 360 J	<6 s	<9 s	<12 s	<15 s	<17 s	<22 s	<23 s	<27 s
Con tensión de red nominal entre 90% y 100%	<5 s	<8 s	<11 s	<14 s	<16 s	<19 s	<22 s	<24 s
Red de CA: De 100 a 240 VCA (±10%)								


MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA
INGENIERA BIOMÉDICA

VERSION 2015