

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	A.M. ASESORÍA Y MANTENIMIENTO LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 087-2016	
ÍTEM 01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDAS LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA: EQUIPOS DE LABORATORIO MARCA BIORAD TERMOCICLADORES.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS CONTRACTUALES: CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE REPUESTA INFERIORES A UNA (1) HORA VÍA TELEFÓNICA Y SEIS (6) HORAS EN SITIO". FOLIO 37, REFIEREN TIEMPOS DE RESPUESTA TELEFÓNICA DE 30 MINUTOS Y 12 HORAS EN SITIO POR LO QUE NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO DE SEIS HORAS (HÁBILES) EN SITIO.	
B. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	TIENE EL PERSONAL CON LA EXPERIENCIA NECESARIA Y LA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LOS EQUIPOS A INTERVENIR, ANEXAN PROTOCOLOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO PERO NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO ANTERIOR QUE DISMINUYA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y DIAGNÓSTICO.	

18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE		
FIRMA (S):		FECHA	D 16 MM 05 AAAA 2016
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (E)	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			