


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PHARMANUCLEAR S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 086-2016	
ÍTEM 01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA CABINA DE YODO	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTA DESCRITO: *EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRÁCTICANTES*. ADJUNTA INSCRIPCIÓN INVIMA PERO NO HOJA (S) DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE LAS PERSONAS DISPUESTAS A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. *ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO*. AUNQUE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN ESTÁN DESCRITAS EN EL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO NO SE EVIDENCIA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DISPUESTOS A REALIZAR LA ACTIVIDAD.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	ANEXA PROTOCOLOS, LISTADOS DE REPUESTOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA, AUTORIZACIÓN DE CASA MATRIZ PERO NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE QUE GARANTICEN LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADEMÁS DE LA TRAZABILIDAD EN LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA.	

16. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE		
FIRMA (S):		FECHA	D 23 MM 05 AAAA 2016
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (E)	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			