


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES:	INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016
ÍTEM 02: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA REFRIGERADORES, CONGELADORES Y CUARTOS FRÍOS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN


5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". ANEXAN CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO PERO NO SE PUEDE VERIFICAR SI LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN ESTA DESCRITA EN EL PROTOCOLO YA QUE NO VIENE ANEXO.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO CITADO	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMEDICA (E)	DEPENDENCIA
		D 13 MM 07 AAAA 2016
GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):		FECHA
		D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 03: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA TUTTNAUER	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: <i>"ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO".</i> NO SE EVIDENCIA EN EL CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (FOLIO 109) RELACIONADOS DEL DATA LOGGER DE PRESIÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE , POR LO QUE NO ES CLARO SI SE CUENTAN EL EQUIPO DE MEDICIÓN. <i>"EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES".</i> NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN AUTOLAVES MARCA TUTTNAUER .	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTO CITADOS	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):		FECHA
		D 13 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (E)	DEPENDENCIA
		GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):		
FECHA		
D ☐ MM ☐ AAAA ☐		
CARGO:		
DEPENDENCIA		
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 04: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA NAPCO Y ALL AMERICAN	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA EN EL CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (FOLIO 109) RELACIONADOS DEL DATA LOGGER DE PRESIÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE , POR LO QUE NO ES CLARO SI SE CUENTAN EL EQUIPO DE MEDICIÓN	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO CITADO	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):	FECHA	D 13 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO: COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMEDICA (E)		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 05: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA HORNOS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS:	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	SE AJUSTA A TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):	FECHA	D 13 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 06: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA EN LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPOS DESTINADOS A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2 DE LAS INCUBADORAS QUE PRESENTAN ESTA VARIABLE.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO CITADO	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):	FECHA	D 13 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (E)	DEPENDENCIA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 07: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA MICROSCOPIOS MARCA OLYMPUS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN


5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS:	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	SE AJUSTA A TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):	FECHA	D 13 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO: COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMEDICA (E)		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S
4. ESPECIFICACIONES:	INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016
ÍTEM 03: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA TUTTNAUER	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN


5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?			
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA EN LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN RELACIONADOS DEL DATA LOGGER DE PRESIÓN Y DE TEMPERATURA EL NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE O DE LA EMPRESA CON LA CUAL REFIERE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO, POR LO QUE NO ES CLARO SI SE CUENTAN CON LOS PATRONES. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN AUTOLAVES MARCA TUTTNAUER .		
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐		NO ☒	
PORQUE ?	NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO CITADO		
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE		
FIRMA (S):		FECHA	D 12 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (E)	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA		D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA		
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 04: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA NAPCO Y ALL AMERICAN	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN


5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA EN LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN RELACIONADOS DEL DATA LOGGER DE PRESIÓN Y DE TEMPERATURA EL NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE O DE LA EMPRESA CON LA CUAL REFIERE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO, POR LO QUE NO ES CLARO SI SE CUENTAN CON LOS PATRONES.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO CITADO	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (E)	DEPENDENCIA
GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 05: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA HORNOS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN


5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS:	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	SE AJUSTA A TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMEDICA (E)	DEPENDENCIA
		GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):		FECHA
		D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1		

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 06: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN


5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA EN LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPOS DESTINADOS A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2 DE LAS INCUBADORAS QUE PRESENTAN ESTA VARIABLE Y SU USO NO ESTA DESCRITO EN EL PROTOCOLO. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN INCUBADORAS DE CO2.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS CITADOS	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMEDICA (E)	DEPENDENCIA
GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 07: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA MICROSCOPIOS MARCA OLYMPUS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN MICROSCOPIOS MARCA OLYMPUS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO CITADO	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (E)	DEPENDENCIA
		GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S
4. ESPECIFICACIONES:	INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016
ÍTEM 01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA MICROPIPETAS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA EN EL CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN RELACIONADO DE LA BALANZA ANALÍTICA EL NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE O DE LA EMPRESA CON LA CUAL REFIERE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO, POR LO QUE NO ES CLARO SI SE CUENTA CON EL EQUIPO DE VERIFICACIÓN.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO SE AJUSTA AL REQUERIMIENTO CITADO	
18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	
FIRMA (S):	FECHA	D 12 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMEDICA (E)	DEPENDENCIA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		