


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 06: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTÁ DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA EN LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPOS DESTINADOS A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2 DE LAS INCUBADORAS QUE PRESENTAN ESTA VARIABLE. <u>SUBSANACIÓN</u> : ANEXAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	LA SUBSANACIÓN SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO, DE ACUERDO A ESTO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS	
18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA
		GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):		FECHA
		D MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 108-2016	
ÍTEM 04: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA NAPCO Y ALL AMERICAN	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA EN EL CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (FOLIO 109) RELACIONADOS DEL DATA LOGGER DE PRESIÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE , POR LO QUE NO ES CLARO SI SE CUENTAN EL EQUIPO DE MEDICIÓN SUBSANACIÓN : ANEXAN ACLARACIÓN DE TRAZABILIDAD Y PROPIEDAD DEL DATA LOGGER DE PRESIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	LA SUBSANACIÓN SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO, DE ACUERDO A ESTO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS.	

18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA:	D 28 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA

NOMBRE (S):				
FIRMA (S):	FECHA:	D ☐	MM ☐	AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PROVEO S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 106-2016	
ÍTEM 02: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA REFRIGERADORES, CONGELADORES Y CUARTOS FRÍOS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". ANEXAN CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO PERO NO SE PUEDE VERIFICAR SI LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN ESTA DESCRITA EN EL PROTOCOLO YA QUE NO VIENE ANEXO. <u>SUBSANACIÓN</u> : ANEXAN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LO SOLICITADO	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	LA SUBSANACIÓN SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO, DE ACUERDO A ESTO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS.	

18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	D 28 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.