


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAINS.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 075-2016	
ÍTEM 01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA CENTRAL DE AIRE MEDICINAL QUE INCLUYE: EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL, EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO, RED DE VACÍO, COMPRESOR DE AIRE, CINCO (5) FILTROS EN LÍNEA DE AIRE, DRENADO DE CONDENSADOS, BOMBA DE VACÍO DÚPLEX.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODOS LOS EQUIPOS SEGÚN LA CANTIDAD DE VISITAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO CUATRO (4). ADJUNTANDO PROPUESTA DE CRONOGRAMA TENTATIVO DE MANTENIMIENTO RELACIONANDO" SEGÚN LOS FOLIOS 32 Y 33 LA PROPUESTA SOLO INCLUYE TRES (3) DE LOS SIETE (7) ÍTEMS DEL ANEXO TÉCNICO POR LO QUE NO SE AJUSTA AL REQUISITO SOLICITADO, YA QUE LA PROPUESTA DEBE ABARCAR A TODOS LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO CON SU RESPECTIVO PROTOCOLO. SUBSANACIÓN: EN EL DOCUMENTO ENVIADO RELACIONAN LOS COMPONENTES DEL SESTEMA DE AIRE MEDICINAL DEL INSTITUTO Y DE LA RED DE VACÍO, LO CUAL ES CLARO, PERO LOS ÍTEMS 4,5,6 Y 7 CORRESPONDEN A SISTEMAS TOTALMENTE INDEPENDIENTES ASÍ: LOS ÍTEM CUATRO (4) Y CINCO (5) SON SISTEMAS DE GENERACION DE AIRE INDUSTRIAL DEL SERVICIO DE RADIOFARMACIA Y LOS ÍTEM SEIS (6) Y SIETE (7) CORRESPONDEN A UN SISTEMA DE VACÍO UBUCADO EN GAICA, POR LO QUE LA PROPUESTA SE DEBE AJUSTAR Y SER CLARA DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DONDE SE ESPECIFICA UBICACIÓN.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	CERTIFICA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS CONTRACTUALES, TIENE EXPERIENCIA EN CONTRATOS ANTERIORES EN EL MANTENIMIENTO DE REDES DE VACÍO Y AIRE MEDICINAL PERO NO CUMPLE CON EL REQUISITO ANTERIOR.	

18. NOMBRE (S):	LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE		
FIRMA (S):		FECHA	D 19 MM 05 AAAA 2016
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (E)	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.