


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL
3. PROVEEDOR	CHAHER S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0127-2016	
ÍTEM 01: CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN


5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	NO APLICA REPRESENTACIÓN
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	NO ESPECIFICA REALIZAR LOS CONTROLES DE CALIDAD BAJO LA NORMA LA RESOLUCIÓN 4410 DE 2009, NO REFIERE ACTIVIDADES DE CALIBRACIÓN DEL ANALIZADOR EBMET MEAIR 220, NO REFIERE ENTREGA DE TUBOS COLORIMÉTRICOS, SOPORTE TELEFÓNICO, TIEMPO DE RESPUESTA EN SITIO, CRONOGRAMA DE FECHAS TENTATIVAS, ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN GENERAL, CONTENIDO REPORTE DE SERVICIO, NÚMERO DE COPIAS DE REPORTES, GARANTÍAS, ENTREGA DE DOTACIÓN.
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	EL PROVEEDOR ADJUNTA HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL QUE DESEMPEÑARA ACTIVIDADES SOLICITADAS, CERTIFICACIONES GASES PATRÓN, PROTOCOLOS, ESPECIFICACIONES TUBOS COLORIMÉTRICOS, PERO NO REFERENCIA LOS TERMINOS MENCIONADOS EN EL LITERAL 7 DE ESTE CONCEPTO.
18. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA
FIRMA (S):	
FECHA	D 19 MM 07 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):	
FIRMA (S):	FECHA
D ☐ MM ☐ AAAA ☐	
CARGO:	DEPENDENCIA
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL
3. PROVEEDOR	PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0127-2016	
ÍTEM 01: CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO APLICA REPRESENTACIÓN	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO ESPECIFICA TIEMPO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN GENERAL, CONTENIDO DE REPORTE DE SERVICIO, NÚMERO DE COPIAS DE REPORTE A ENTREGAR, GARANTÍAS.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	EL PROVEEDOR ADJUNTA HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL QUE DESEMPEÑARA ACTIVIDADES SOLICITADAS, CERTIFICACIONES GASES PATRÓN, PROTOCOLOS, ESPECIFICACIONES TUBOS COLORIMÉTRICOS, TIEMPOS DE RESPUESTA, SE COMPROMETE A REALIZAR CALIBRACIONES SOLICITADAS. PERO NO REFERENCIA LOS TÉRMINOS MENCIONADOS EN EL LITERAL 7 DE ESTE CONCEPTO.	
18. NOMBRE (S):	MAUREN LICEO LÓPEZ PINEDA	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA
		D 19 MM 07 AAAA 2016
GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):		FECHA
		D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		