


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL
3. PROVEEDOR	PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0127-2016	
ÍTEM 01: CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO APLICA REPRESENTACIÓN	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	NO SE EVALUA EL CONTENIDO DEL REPORTE DE SERVICIO, DEBIDO A QUE EL SERVICIO SOLICITADO. CONTROLES DE CALIDAD, NO REQUIERE ESTE DOCUMENTO. EL PROVEEDOR ADJUNTA CONTENIDO REPORTE DATOS PRIMARIOS. NO SE EVALUA EL TIEMPO DE RESPUESTA VÍA TELEFÓNICA Y GARANTÍAS DE SERVICIO, DEBIDO A QUE NO SE REQUIERE PARA EL SERVICIO SOLICITADO.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	EL PROVEEDOR ADJUNTA HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL QUE DESEMPEÑARA ACTIVIDADES SOLICITADAS, CERTIFICACIONES GASES PATRÓN, PROTOCOLOS, ESPECIFICACIONES TUBOS COLORIMÉTRICOS, TIEMPOS DE RESPUESTA. CUATRO (4) COPIAS DE REPORTE A ENTREGAR, SE COMPROMETE A REALIZAR CALIBRACIONES SOLICITADAS. PERO NO REFERENCIA LOS TÉRMINOS MENCIONADOS EN EL LITERAL 7 DE ESTE CONCEPTO.	
18. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA
GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D MM AAAA
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL
3. PROVEEDOR	CHAHER S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0127-2016	
ÍTEM 01: CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	NO APLICA REPRESENTACIÓN	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	NO SE EVALUA EL CONTENIDO DEL REPORTE DE SERVICIO, DEBIDO A QUE EL SERVICIO SOLICITADO: CONTROLES DE CALIDAD, NO REQUIERE ESTE DOCUMENTO. EL PROVEEDOR ADJUNTA MODELO DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL ANALIZADOR Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS PRODUCTO AIRE MEDICINAL.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☒		NO ☐
PORQUE ?	EL PROVEEDOR ADJUNTA HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL QUE DESEMPEÑARA ACTIVIDADES SOLICITADAS, CERTIFICACIONES GASES PATRÓN, PROTOCOLOS, ESPECIFICACIONES TUBOS COLORIMÉTRICOS, PERO NO REFERENCIA LOS TÉRMINOS MENCIONADOS EN EL LITERAL 7 DE ESTE CONCEPTO. EL PROVEEDOR ACLARA REALIZAR LOS CONTROLES DE CALIDAD BAJO LA NORMA LA RESOLUCIÓN 4410 DE 2009, ENTREGAR LOS TUBOS COLORIMÉTRICOS EN CADA UNO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD, SOPORTE TELEFÓNICO 50 MINUTOS, TIEMPO DE RESPUESTA EN SITIO 5 HORAS, ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN GENERAL, ENTREGA DE DOS COPIAS DE REPORTE, TRES (3) MESES DE GARANTÍA Y ENTREGA DE DOTACIÓN A SU PERSONAL. EL PROVEEDOR ADJUNTA CRONOGRAMA INCLUYENDO LA CALIBRACIÓN DEL ANALIZADOR ENMET MEDAIR 220.	
18. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA
		D 11 MM 08 AAAA 2016
GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):		FECHA
		D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		