

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Sección Documental y Correspondencia
171923 No. Radicación: SAL-07227-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-09-06 03:09:04 PM
171923

Bogotá,

Señor
Andres Castro Avellaneda
Gerente Comercial
BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA
Tel: 5.334943/5.332699 E: Mail: comercial@bioclinicos.com
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA INVITACION A COTIZAR No. 197-2016

Respetado Señor Castro:

En respuesta a su correo electrónico del día 31 de agosto de 2016 a las 10:15 a.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

..."En este momento solicitan un equipo que ofrezca luz halógena o LED. Sugerimos que no permitan la participación de equipos con tecnología halógena, Debido a que es tecnología obsoleta la cual. Los equipos de hoy en día cuentan con luz LED de alta duración, lo cual les permite no preocuparse por temas de consumibles, además de asegurar la continuidad de la consulta del medico sin el riesgo de que el equipo se funda y tengan que parar el diagnostico mientras se cambia un bombillo. Sabemos que el Instituto nacional de cancerología es pionero en el servicio de ginecología y patología cervical por lo cual les recomendamos no permitir tecnologías obsoletas.?

RESPUESTA:

Las especificaciones son elaboradas con el fin de permitir la participación plural de oferentes, por lo cual no se realizara modificación alguna a la especificación en mención.

SEGUNDA PREGUNTA:

..."Sugerimos que los aumentos sean de 3,75X a mínimo 15X ya que es bien sabido por los ginecólogos que es el rango de magnificaciones que se necesitan para realizar este tipo de diagnósticos.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No.2, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros

TERCERA PREGUNTA:

..."Solicitan que el equipo venga con configuración de conexión de videocámara. Sin embargo no es claro si requieren un Colposcopio con sistema de video incorporado o si se requiere un colposcopio con la opción de agregar mas adelante este sistema. Les sugerimos que en el caso de requerir un videocolposcopio se solicite un equipo con cámara incorporada y salida USB para el software, esto con el fin de evitar gastos Innecesarios de adaptadores de cámara y cámaras independientes.?

RESPUESTA:



El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No.2, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJA/GCC/RECB/GC/YACA/Claia



Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.099.092 - 7