

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1		

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	FRICON SOLUCIONES S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016	
ITEM 01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA REFRIGERADORES, CONGELADORES Y CUARTOS FRIOS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐ NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS CONTRACTUALES: CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE REPUESTA INFERIORES A UNA (1) HORA VÍA TELEFÓNICA Y SEIS (6) HORAS EN SITIO". NO SE EVIDENCIA COMPROMISO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA (SI APLICA) Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". NO ANEXA HOJA (S) DE VIDA DE LA(S) PERSONA(S) DISPUESTA(S) A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN.
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	PRESENTA EL ANEXO TÉCNICO N°3 FIRMADO POR EL PROPONENTE PERO NO ES CLARO EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TECNICO N° 3.

18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	D 13 MM 09 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐	
CARGO:	DEPENDENCIA		
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	FRICON SOLUCIONES S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES:	INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016
ITEM 02: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA TUTTNAUER	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS CONTRACTUALES: CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE REPUESTA INFERIORES A UNA (1) HORA VÍA TELEFÓNICA Y SEIS (6) HORAS EN SITIO". NO SE EVIDENCIA COMPROMISO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". NO ANEXA HOJA (S) DE VIDA DE LA(S) PERSONA(S) DISPUESTA(S) A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN AUTOLAVES MARCA TUTTNAUER. "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	PRESENTA EL ANEXO TÉCNICO N°3 FIRMADO POR EL PROponente PERO NO ES CLARO EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO N° 3.	

10. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	D 15 MM 09 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐	
CARGO:	DEPENDENCIA		
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	FRICON SOLUCIONES S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016	
ITEM 03: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CHILLER	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS CONTRACTUALES: CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE REPUESTA INFERIORES A UNA (1) HORA VÍA TELEFÓNICA Y SEIS (6) HORAS EN SITIO". NO SE EVIDENCIA COMPROMISO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". NO ANEXA HOJA (S) DE VIDA DE LA(S) PERSONA(S) DISPUESTA(S) A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CHILLER, EL OBJETO REFIERE EL EQUIPO PERO NO HAY ANEXO NUMERO 4, POR LO QUE NO ES CLARO SI EL PROPONENTE SE PRESENTA PARA ESTE ÍTEM "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	PRESENTA EL ANEXO TÉCNICO N°3 FIRMADO POR EL PROPONENTE PERO NO ES CLARO EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO N° 3.	

18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	D 15 MM 09 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA		D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA		


Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016	
ITEM 01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA REFRIGERADORES, CONGELADORES Y CUARTOS FRIOS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS CONTRACTUALES: CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE REPUESTA INFERIORES A UNA (1) HORA VÍA TELEFÓNICA Y SEIS (6) HORAS EN SITIO". NO SE EVIDENCIA COMPROMISO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS. " EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR UN LISTADO DE REPUESTOS QUE PUEDA SUMINISTRAR EN TRES (3) DÍAS HÁBILES DE ACUERDO AL STOCK MÍNIMO, Y OCHO (8) DÍAS HÁBILES PARA REPUESTOS FUERA DEL LISTADO, SE CONSIDERAN TIEMPOS MAYORES POR EVENTUALIDADES PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO". NO SE ADJUNTA LISTADO DE REPUESTOS CON SU RESPECTIVO VALOR.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	PRESENTA EL ANEXO TÉCNICO N°3 FIRMADO POR EL PROponente PERO NO ES CLARO EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TECNICO N° 3.	
18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO	
FIRMA (S):		FECHA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA
GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA		
NOMBRE (S):		
FIRMA (S):	FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016	
ÍTEM 02: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA TUTTNAUER	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTÁ DESCRITO: "CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS CONTRACTUALES: CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE REPUESTA INFERIORES A UNA (1) HORA VÍA TELEFÓNICA Y SEIS (6) HORAS EN SITIO". NO SE EVIDENCIA COMPROMISO. "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS. "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA TRAZABILIDAD DE LOS EQUIPOS DESTINADOS A REALIZAR VERIFICACIÓN DE LA VARIABLE DE PRESIÓN Y NO SE EVIDENCIA ESTA VERIFICACIÓN DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN AUTOLAVES MARCA TUTTNAUER. "EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR UN LISTADO DE REPUESTOS QUE PUEDA SUMINISTRAR EN TRES (3) DÍAS HÁBILES DE ACUERDO AL STOCK MÍNIMO, Y OCHO (8) DÍAS HÁBILES PARA REPUESTOS FUERA DEL LISTADO, SE CONSIDERAN TIEMPOS MAYORES POR EVENTUALIDADES PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO". NO SE ADJUNTA LISTADO DE REPUESTOS CON SU RESPECTIVO VALOR.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	PRESENTA EL ANEXO TÉCNICO N°3 FIRMADO POR EL PROponente PERO NO ES CLARO EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO N° 3.	

18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	D 15 MM 09 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			