

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1		

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	SERVIMEDICAL GROUP LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016	
ITEM 02: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA TUTTNAUER	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS. "EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR UN LISTADO DE REPUESTOS QUE PUEDA SUMINISTRAR EN TRES (3) DÍAS HÁBILES DE ACUERDO AL STOCK MÍNIMO, Y OCHO (8) DÍAS HÁBILES PARA REPUESTOS FUERA DEL LISTADO, SE CONSIDERAN TIEMPOS MAYORES POR EVENTUALIDADES PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO". NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". NO ANEXA HOJA (S) DE VIDA DE LA(S) PERSONA(S) DISPUESTA(S) A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTTNAUER. "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN. "ANEXAR PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO" NO ANEXA PROTOCOLO	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	PRESENTA EL FOLIO 48 FIRMADO DONDE SE COMPROMETE A CUMPLIR A CABALIDAD TODO LO CONSIGNADO EN EL ANEXO N° 3, PERO NO ANEXA LO SOLICITADO EN LOS REQUERIMIENTOS	

18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	D 19 MM 09 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	


Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	G & G SUCESORES S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016	
ÍTEM 01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA REFRIGERADORES, CONGELADORES Y CUARTOS FRIOS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	
SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	
SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS.
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	
SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	PRESENTA EL FOLIO 43 DONDE INDICAN ACEPTAR EL ANEXO TÉCNICO N° 3 Y ANEXAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PERO NO SE COMPROMETEN CON UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, DE ACUERDO A ESTO NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS.
18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO
FIRMA (S):	
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA
FECHA	D 19 MM 09 AAAA 2016
DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):	
FIRMA (S):	FECHA
CARGO:	DEPENDENCIA
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.	


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	G & G SUCESORES S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016	
ÍTEM 02: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES MARCA TUTTNAUER	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". ANEXA HOJA (S) DE VIDA DE LA(S) PERSONA(S) DISPUESTA(S) A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERO NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN AUTOLAVES MARCA TUTTNAUER. "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA TRAZABILIDAD DE LOS EQUIPOS PARA VERIFICAR LA VARIABLE DE PRESIÓN DE LA CÁMARA.
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	PRESENTA EL FOLIO 43 DONDE INDICAN ACEPTAR EL ANEXO TÉCNICO N° 3, PERO NO ANEXAN LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y NO SE COMPROMETEN CON UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, DE ACUERDO A ESTO NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS.

18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA:	D 19 MM 09 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA:	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1		

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	G & G SUCESORES S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 190-2016	
ÍTEM 03: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CHILLER	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTA DESCRITO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN TIEMPO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS, EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN EN CASO DE NO SER REPARADO EN (3) TRES DÍAS. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRACTICANTES". ANEXA HOJA (S) DE VIDA DE LA(S) PERSONA(S) DISPUESTA(S) A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERO NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA CERTIFICADA EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CHILLER.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	PRESENTA EL FOLIO 43 DONDE INDICAN ACEPTAR EL ANEXO TÉCNICO N° 3, PERO NO ANEXAN LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y NO SE COMPROMETEN CON UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, DE ACUERDO A ESTO NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS.	

18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	D 19 MM 09 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐	
CARGO:	DEPENDENCIA		
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			