

171408
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Sección Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-07099-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-08-01 07:49:23 AM
171408

Bogotá,

Señora
Diana Catalina Castillo García
Representante Legal
LM INSTRUMENTS S.A.
aslicitacion2@lminstruments.com.co
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA NO. 051-2016

Respetada Señora Diana:

En respuesta a su correo electrónico del día 26 de agosto de 2016 03:49 p.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PREGUNTA:

ITEM PAGINA CONCEPTO TECNICO SOLICITADO OFERTADO

11 134 135 MM 130 MM
12 135 7 Y 8 MM 7 Y 8 MM
15 137 260 MM 250 MM
38 154 220 MM 210 MM
55 159 240 MM 250 MM
61 161 250 MM 240 MM
76 172 200 MM 210 MM
86 177 285 MM 270 MM

Solicitamos a la entidad revisar la evaluación teniendo en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 3 Anexo técnico "todas las medidas del instrumental, tanto diámetro, longitud, milímetros deberán ser exactas con un rango de tolerancia de +/- 5%", por lo tanto LM cumple con los requerimientos.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE- informa que para el instrumental los milímetros cuentan, no el porcentaje, 10 mm en un instrumento se sale del rango para la necesidad solicitada, además que es instrumentos de reposición y deben ser iguales a los que se solicitan, 5mm por encima o por debajo de lo solicitado.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/Erka