



República de Colombia
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7



MATRIZ CONCEPTO TÉCNICO

Identificación del Insumo con Documento N° 20001818			
Material:	40040023	ESTUCHE AFERESIS COLECTA CEL PROG	
Marca :	602	HAEMONETICS	
Nombre Comercial :	KIT PARA RECOLECCION DE CELULA		
Consecutivo:	0001	Fecha creación:	02.03.2010
Especificaciones:	NINGUNA		
Registro sanitario No.:	2008EBC-0002728	Vigencia del registro:	17.09.2016
Unidad de medida:	Unidad	Presentación empaque:	CAJA X 8 UNIDADES
Adjunta muestra? :	SI	Muestra devolutiva?:	SI
Usuario:	HGUTIERREZ		

Experiencia y evaluación	
Lo ha utilizado anteriormente? :	SI
Se requiere trabajo de campo? : NO	
La marca de este elemento es indispensable para el correcto funcionamiento de un equipo u obtener el efecto o servicio deseado? SI Por qué? CADA MAQUINA DE AFERESIS TIENE DISEÑO DEL ESTUCHE DESECHABLE UNICO	
Responde a los requerimientos exigidos? : SI Por qué? LOS PRODUCTOS OBTENIDOS SON DE BUENA CALIDAD	
Concepto técnico favorable? : NO Por qué?: NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA COLECTA DE CELULAS PROGENITORAS CON FLUJO CONTINUO	

Observaciones.
EL TIEMPO DEL PROCESO SE DUPLICA, PONIENDO EN RIESGO LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y RIESGO PARA EL PACIENTE. EL SERVICIO DE TAMO BAJO LA COORDINACION DE LA DRA MARTHA SUAREZ EVALUA ESPECIFICACIONES TECNICAS AFIRMANDO EL NO CUMPLIMIENTO DEL FUJO CONTINUO

Evaluadores	
Evaluador1:	ANA KATINA KINGROSS RODRIGUEZ
Cédula:	NO REPORTA
Dependencia:	COORDINADOR GRUPO BANCO DE SANGRE
Evaluador2:	SUAREZ ACUNA, MARTHA LETICIA
Cédula:	52377484
Dependencia:	
Evaluador3:	CAROLINA ARISTIZABAL NIÑO
Cédula:	52890021
Dependencia:	COORDINADOR SERVICIOS FARMACEUTICOS



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	VIGENCIA:	01-09-2015
Página 1 de 1		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIOS:	Aterciss de celulas progenitoras	
NOMBRE GENÉRICO:	Haemonetics	
DEFINICIÓN:		No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	NO cumple con:	
	- Certificación para recolección de células progenitoras	103-12
	- PVP discontinuo - continuo no certificado	133
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	
	2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.	
	3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	
	4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.	
	5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.	
	6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	
	7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario.	
	8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.	
	9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía.	
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima.	
	2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.	
	3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	
	4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	

NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

ELABORÓ
FIRMA: <i>Heather L. Swart</i>
NOMBRE: <i>Martha L. Swart</i>
CARGO: <i>Hematología</i>
FECHA: <i>19/05/2010</i>

REVISÓ
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
FECHA: