

153986

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SRL-04222-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-06-02 03:05:47 PM
153986

Bogotá,

Señora
Martha Losada.
Especialista de producto
NOVO COLOMBIA
Tel -311.4496454 E.mail- martha.losada@novocolombia.net
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 021-2016

Respetada Señora Martha:

En respuesta a su correo electrónico del día 31 de mayo a las 8:23 a.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

ITEM 5- Central de Inclusión de Parafina

..."2.3 Cámaras calientes con capacidad mayor igual a 1,8 litros: Este requerimiento pertenece a una marca específica y en el caso de la marca que representamos la capacidad está dada en número de cassettes/moldes y no en litros. Favor aceptar capacidad de 100 cassettes..."

RESPUESTA:

Se mantiene el criterio en este ítem, el cual no es modificable, ya que se requieren como mínimo 300 cassettes para cubrir la necesidad del servicio.

SEGUNDA PREGUNTA:

Normas- Certificados

..."Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere": Solicitamos aceptar radicación ante el Invima de la solicitud del certificado de "No requiere" debido a que el equipo que vamos a ofrecer fue lanzado recientemente, de última generación por lo tanto dicho registro se encuentra en trámite, por lo que nos comprometemos a entregarlo con el equipo en caso de ser adjudicados..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se expidió la adenda No. 1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan José Pérez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
CWC/SGGAF/JJPA/GC/RECB/YACA/Clara