

162251
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-05744-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-07-15 03:36:07 PM
162251

Bogotá,

Señora
María Cristina Cárdenas Sánchez
Licitaciones y Contratos
Técnica Electromédica S.A
contratos@tecnicaelectromedica.com
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 021-2016

Respetada Señora María Cristina

En respuesta a su correo electrónico del día 7 de julio de 2016 12:09 p.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

ESPECIFICACION

1. SISTEMA

1.4 Superficie de la camilla rígida

OBSERVACION

No hay observación en folios

...A folio No. 084RV La camilla de transporte modelo 747/748 de Stryker es un dispositivo con ruedas, no motorizado, que consta de una plataforma montada sobre un bastidor con ruedas, que esta diseñada como base de apoyo para pacientes en posición horizontal. Para mayor claridad se anexa certificación expedida por Fábrica con fecha actual.?

RESPUESTA:

Se acepta observación, para lo cual se sugiere verificar la reevaluación publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co en el link **contrate con nosotros**.

SEGUNDA PREGUNTA:

ESPECIFICACION

1.SISTEMA

1.10 Ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm, como mínimo

OBSERVACION

Folios 066-067 no indica que las ruedas sean antiestáticas o conductivas

...A folio No. 066-067 de la propuesta enviada, se puede evidenciar la constancia por parte de fábrica donde se indica que la camilla tiene una cadena de toma a tierra que evita que se cargue de electricidad estática y el diámetro de sus ruedas es de 20 cm, cumpliendo así la especificación requerida, además esta característica ofrece ventajas evitando que se adhiera suciedad a las ruedas. Para mayor claridad se anexa certificación expedida por Fábrica con fecha actual.?

RESPUESTA:

Se acepta observación, para lo cual se sugiere verificar la reevaluación publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co link **contrate con nosotros**.

TERCERA PREGUNTA:



ESPECIFICACION

2. COLCHON

2.3 Alta densidad y antiestático

P 1 / 3

RC



Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

2.4 Repelente a líquidos y retardante al fuego

2.5 De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo

OBSERVACION

Folio 099 se solicita que el certificado sea de fecha reciente

...Vale la pena aclarar que aunque el documento tiene fecha 10 de Noviembre de 2015, Fabrica esta certificando una característica técnica las cuales son propias de ese modelo y no es viable que en seis meses la misma camilla fuera cambiada en sus características técnicas básicas (documento anexo en el proceso a folio 099); en mencionado folio se evidencia el cumplimiento de las especificaciones requeridas para el colchón. Para mayor claridad se anexa certificación expedida por Fábrica con fecha actual.?

RESPUESTA:

Se acepta observación, para lo cual se sugiere verificar la reevaluación publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

CUARTA PREGUNTA:

ESPECIFICACION

CAPACITACION Y MANTENIMIENTO

4.Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para el personal asistencial como de Ingeniería del Instituto

OBSERVACION

Folio 126-127 se limita el número de personal a capacitar

...Teniendo en cuenta lo estipulado a folios 126-127 donde se describe el programa de capacitación, nos permitimos aclarar que TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A., se compromete y está en capacidad de capacitar la cantidad de personal que el INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA designe, aclaramos que a pesar de indicar que el número de participantes POR EQUIPO es de seis de (6) personas, lo hacemos con el fin de que quienes tomen la capacitación tengan el suficiente espacio y capacidad de ver y escuchar cual es la forma correcta de manipular el equipo. Asimismo, como esta capacitación se hace sobre los equipos el fin de hacerlo con seis personas es para evitar aglomeración de participantes.?

RESPUESTA:

Se acepta observación, para lo cual se sugiere verificar la reevaluación publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

QUINTA PREGUNTA:

ESPECIFICACION

CAPACITACION Y MANTENIMIENTO

7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado)

OBSERVACION

Folio 131-134 diez (10) años de vida útil, no incluye listado de repuestos

...Mediante los folios en mención de nuestra propuesta presentada mediante certificación de fecha 07 de Junio de 2016, se evidencia 10 años de vida útil, por otra parte el compromiso por parte de Fábrica en la entrega de repuestos y accesorios durante el tiempo de vida útil. Para mayor claridad se anexa certificación expedida por Fábrica con fecha actual.?

RESPUESTA:

Se acepta observación, para lo cual se sugiere verificar la reevaluación publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

SEXTA PREGUNTA:

ESPECIFICACION

NORMAS - CERTIFICADOS

1.Presentar registro sanitario ante el INVIMA

OBSERVACION

Folio 146 registro Invima que anexan es de cam

...Aclaramos que a folio No. 146 de la oferta presentada anexamos el Registro Invima No. 2013DM-0009676 vigente hasta el 21-MAR-2023, para mayor claridad adjuntamos nuevamente el registro resaltado y carta de aclaración de fábrica con fecha actual.?

RESPUESTA:

Se acepta observación, para lo cual se sugiere verificar la reevaluación publicada en nuestra página Web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

Cordialmente,



CAROLINA WIESNER CEBALLOS

Directora General (E)

Revisó: Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual **RG**
Lia Margarita Alvarez Puente - Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E.)

CWC/SGGAF/LMAP/GC/RECB/Clara

