

173640
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-07491-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-09-16 11:52:02 AM
173640

Bogotá,

Señor

Ivan Ricardo Martin

Especialista de Producto

MEDI BROKERS

Tel: 318.5177189/ ivan.martin@medibrokers.com .co

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA No.058-2016

Respetado Señor Martin:

..." Con el presente mensaje solicitamos a ustedes sea estudiada la posibilidad de modificar la especificación técnica para los monitores de signos vitales del proceso de licitación pública No 058-2016, específicamente en el numeral 1.1 donde se habla de las características del tamaño de la pantalla, entendiendo que en el mercado existen soluciones de monitoria de excelente calidad que tienen tamaños de pantalla iguales a 12,1 y hasta 15 pulgadas, y la especificación solo incluye hasta 12 pulgadas, es importante aclarar que la modificación solicitada no pretende modificar sustancialmente las especificaciones, ni los tamaños calculados en los cubículos, pero si permite que tengan un mayor número de ofertas y fabricantes, que a su vez permitirá un proceso de selección más nutrido y objetivo.?

RESPUESTA:

Teniendo en cuenta que los equipos a adquirir serán utilizados como equipos de transporte para monitorear los pacientes en los diferentes pisos de hospitalización, el Instituto busca tener equipos pequeños y livianos, para su adecuado uso, por lo cual no se realizará modificación alguna a la especificación en mención.

Cordialmente,



CAROLINA WIESNER CEBALLOS

Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GCC /RECB/GC/YACA/Clara