

183030

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-08896-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-11-01 02:08:01 PM
183030

Bogotá,

Señor

WILLIAM ALBERTO RAMIREZ GARZÓN

Departamento Comercial

HOSPIMEDICS S.A.

Tel. 6200777 E-MAIL: jmontes@hospimedics.com

Bogotá d.c.

Asunto: Respuesta Convocatoria Pública No. 067-2016

Respetado Señor Ramírez

En respuesta a su observación efectuada mediante correo electrónico del día viernes 21 de octubre de 2016, al respecto le informamos lo siguiente:

OBSERVACIÓN

...." Una vez publicado los conceptos técnicos de la convocatoria Publica No. 067-2016, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE INSTRUMENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, nos permitimos observar:

Nos permitimos ratificar que los estantes ofertados como oferta principal (en acero inoxidable) y alternativas 1 y 2, cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas.

Sin embargo nos permitimos aclarar que las tres opciones ofertadas incluyen Acero. Las alternativas tienen terminados en cromo, siendo alternativas más económicas para el INC teniendo en cuenta, que la mayoría de estantes que se encuentran en sus instalaciones son en acero cromado.

Bajo cualquier circunstancia, cumplen con lo solicitado por el INC y son los recomendados para áreas de esterilización, siendo estos estantes de una de las marcas más reconocidas en el mercado como de alta calidad.

Respetuosamente informamos que es decisión del INC en su comité técnico, la decisión de determinar cuál estante es el adecuado para el área de esterilización"

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE- se permite informar que la estantería que se requiere en la central de esterilización es en acero inoxidable, como marca la norma y como se encuentra establecido en los

P 1 / 2


procesos de la Central de Esterilización y en las especificaciones técnicas de la invitación.

No es claro, cuál de las ofertas se ajusta a los criterios de la invitación.

Con el fin de dar concepto técnico definitivo y lograr tener claridad respecto a su oferta, le solicitamos nos aclare cuál es la especificación con la cual se presenta al ítem No. 4.3 Estante de acero inoxidable Eagle, requerido en la convocatoria pública del adjunto.

Solicitamos su respuesta en el término perentorio de dos (2) días al recibo de este comunicado.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras 
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual 
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/ÁngelaM