

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	02
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	06-11-2015
			Página 1 de 1	

EQUIPO:	REGULADOR DE VACIO - SUCCIONADOR DE PARED	MARCA:	ALLIED
ITEM:	CUATRO (4)	MODELO:	VACUTRON
PROVEEDOR:	CHAHAR SA.	VALOR UNITARIO	\$ 1.144.978
GARANTÍA:	CINCO (5) AÑOS.	COTIZADO:	

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FUNCIONAMIENTO	1. GENERALES	1.1 Fácil operación.	X	Folio 53.
		1.2 Para uso en paciente pediátrico y adulto.	X	Folios 53 y 54.
		1.3 Compacto y ligero.	X	Folio 53.
		1.4 Nivel de vacío ajustable.	X	Folio 53.
		1.5 Unidad de medición en mmHg.	X	Folio 53.
		1.6 precisión del manómetro no mayor a $\pm 3\%$.	X	Folio 63.
		1.7 Perilla reguladora de vacío.	X	Folio 53.
		1.8 Perilla reguladora, resistente con indicador de apertura máxima y mínima.	X	Folio 53.
		1.9 Rango de operación regulada 0mmHg - 300mmHg.	X	Folio 53.
		1.10 Modos de funcionamiento (full, off y regulado).	X	Folio 55R.
		1.11 Conexión tipo chemetron.	X	Folio 53.
	2. ACCESORIOS	1. Una (1) Trampa de agua de seguridad.	X	Folios 60 y 41.
		2. Un (1) Conector chemetron.	X	Folios 72-1 y 41.
		3. Un (1) Filtro Antibacterial.	X	Folio 59 y 41.
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.		X	Folio 90.
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.		X	Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "Mantenimiento flujómetros y reguladores - ALLIED".
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.		X	Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor donde indica que el tiempo de respuesta en sitio es de 6 horas.
	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.		X	Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa.
	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.		X	Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor.
	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) año o más.		X	Folio 87, cinco (5) años.
	7. Especificar vida útil del equipo y accesorios (anexar listado).		X	Folios 48 y 90, vida útil superior a los cuatro (4) años.
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.		X	Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "M040516001 MANTENIMIENTO FLUJOMETROS Y REGULADORES".
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y recomendaciones de limpieza.		X	Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor.
1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".		X		Folio 49, registro sanitario 2012DM-0009193, con vigencia hasta 03 de octubre de 2022.


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			

NORMAS - CERTIFICADOS	2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años.	X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "REPUESTOS CHAHER INC" donde indica capacidad de suministro durante tres (3) años.
	5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	X		Folio 83, vigente hasta Junio 21 de 2016.
	4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa: certificación CE vigente hasta Mayo 15 de 2019, certificación ISO 9001 vigente hasta Junio 04 de 2018 y certificación ISO 13485 vigente hasta Junio 04 de 2018.
SUBTOTAL (Porcentaje)		100%	0%	CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL		27	0	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (27) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 100% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	FECHA:	05 DE MAYO DE 2016
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA E		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

Voto: 9/10

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			

EQUIPO:	FLUJOMETRO PARA OXIGENO	MARCA:	ALLIED TIMETER
ITEM:	UNO (1)	MODELO:	OXIGENO
PROVEEDOR:	CHAHER SAS.	VALOR UNITARIO	\$ 176.865
GARANTÍA:	TRES (3) AÑOS.	COTIZADO:	

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FUNCIONAMIENTO	1. GENERALES	1.1 Tipo de material: aluminio para oxigeno medicinal y plástico resistente y lavable.	X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "Timeter Aluminum Flowmeters" donde indica el tipo de material.
		1.2 Columna con escala numérica para paciente adulto.	X		Folio 43R.
		1.3 Escala numérica de 0 a 15Lpm.	X		Folio 43R.
		1.4 Cilindro que soporte presiones mínimas de 55psi.	X		Folio 43R.
		1.5 Válvula tipo rosca de perilla resistente con indicador de apertura máxima y mínima para regular Lpm.	X		Folio 43R.
		1.6 Salida en rosca para frasco humidificador o acople de línea.	X		Folio 43R.
		1.7 Acople para toma chemetron u Ohio.	X		Folio 72R.
		1.8 Cilindro de alta resistencia, con dispositivo de seguridad en la válvula.	X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "Timeter Aluminum Flowmeters" y folio 48 de propuesta.
		1.9 Sistema libre de fugas.	X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa.
	2. ACCESORIOS	2.1 Conector para toma chemetron u Ohio.	X		Folio 72R.
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Garantizar soporte, mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.		X		Folio 90.
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.		X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "Mantenimiento flujómetros y reguladores - ALLIED".
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.		X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor donde indica que el tiempo de respuesta en sitio es de 6 horas.
	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.		X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa.
	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.		X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor.
	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.		X		Folio 87, tres (3) años.
	7. Especificar vida útil del equipo y accesorios (anexar listado).		X		Folios 48 y 90, vida útil superior a los cuatro (4) años.
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.		X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "M040516001 MANTENIMIENTO FLUJOMETROS Y REGULADORES".
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y recomendaciones de limpieza.		X		Folio 48.
	10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).		X		Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GDG-P02-F-30

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

VERSIÓN:

02

RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

VIGENCIA:

06-11-2015

Página 1 de 1

NORMAS -
CERTIFICADOS

1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".

X

Folio 49, registro sanitario 2012DM-0009193, con vigencia hasta 03 de octubre de 2022.

2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz.

X

Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "Suministro de repuestos - ALLIED" donde indica capacidad de suministro por un periodo no menor a diez (10) años.

3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.

X

Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa "REPUESTOS CHAHER INC" donde indica capacidad de suministro durante tres (3) años.

4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.

X

Se da cumplimiento al ítem teniendo en cuenta la aclaración presentada por el proveedor y la información anexa: certificación CE vigente hasta Mayo 15 de 2019, certificación ISO 9001 vigente hasta Junio 04 de 2018 y certificación ISO 13485 vigente hasta Junio 04 de 2018.

5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.

X

Folio 83, vigente hasta Junio 21 de 2016.

SUBTOTAL (Porcentaje)

100%

0%

CUMPLE TÉCNICAMENTE

TOTAL

25

0

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (25) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 100% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES:

SI ☒ NO ☐

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI ☒ NO ☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):	LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	FECHA:	05 DE MAYO DE 2016
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA E		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

VBO: 9/12/15