

149292

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Destino Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-03594-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-05-13 03:16:16 PM
149292

Bogotá,

Señora

Jennifer Correa Varela

Analista administración de ventas

GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL

E mail jennifer.correa@grupoamarey.com Tel 7447300

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTA CONVOCATORIA PUBLICA No. 023-2016

Respetada Señora:

Comedidamente me permito dar respuesta a su comunicación recibida vía e mail al correo invitaciones@cancer.gov.co, el día viernes, 06 de mayo de 2016 11:32 a.m. al respecto el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PREGUNTA 1

"...DE ORDEN JURÍDICO Y FINANCIERO

Con el fin de efectuar la verificación de los indicadores financieros con respecto a los estados a diciembre de 2015, nos permitimos solicitarles nos indiquen cuál es el presupuesto de la convocatoria o que nos envíen los montos de cada certificado de disponibilidad presupuestal, ya que no están descritos en el numeral 10 ni en otro anexo.

..."

RESPUESTA 1

Se surtió adenda No. 1, la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co

PREGUNTA 2

"...DE ORDEN TÉCNICO

Se indica que el anexo 2 no se puede descargar de la página, se solicita el envío de este anexo vía email a: DAYANA.TORRES@novatecnica.com.co

..."

P 1 / 7

RESPUESTA 2

Se informa que ya se puede descargar en la página web www.cancer.gov.co el anexo No. 2

PREGUNTA 3

"...TÉRMINOS

Se requiere especificación del área de trabajo para el momento de la adjudicación y puesta en marcha el personal, se sugiere especificar que tenga un espacio adecuado de trabajo, requerimos puntualmente lo siguiente:

- Área en mts²
- Ventilación
- Iluminación
- Banco de trabajo indicado en metros
- Sillas
- Computadores con SAP y usuario del Instituto.
- Puntos de red mínimo 2
- Tomas de alimentación regulada
- Línea de teléfono
- Punto de Aire
- Punto de O₂

..."

RESPUESTA 3

Se surtió adenda No. 1, la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co

PREGUNTA 4

"...Se solicita aclarar, en caso de ser aceptada la oferta en qué fecha se ejecutaría el contrato, ya que se requiere un tiempo prudencial para capacitación e inducción interna del personal.

..."

RESPUESTA 4

El contrato esta previsto para iniciar el 01 de julio de 2016.

PREGUNTA 5

"...OBJETO DE LA CONVOCATORIA

NUMERAL 28. ÍTEM 28

Se solicita aclarar por qué las fuentes de luz se encuentran en la invitación y no las torres de laparoscopia completas, ya que las fuentes de luz hacen parte integral del equipo, y están por lo general ligadas a contratos específicos y especializados con las marcas representativas de las torres.

..."

RESPUESTA 5

Las fuentes de luz descritas NO hacen parte de ninguna de las torres de laparoscopia o similar, son equipos independientes que se encuentran como apoyo para varios procedimientos en salas de cirugía.

PREGUNTA 6

"... ANEXO 3. TÉCNICO

1. REQUERIMIENTOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL

ENUNCIADO 3

Se requiere amablemente especificar presupuesto destinado a los repuestos durante la ejecución del contrato por medio de una justificación detallada.

RESPUESTA 6

Se surtió adenda No. 1 la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co

PREGUNTA 7

Se solicita retirar en tiempo no mayor a (3) días, ya que esto depende de la disponibilidad de repuestos en el país y por parte del fabricante o representante en Colombia.

..."

RESPUESTA 7

Se mantiene criterio del anexo técnico No. 3.

PREGUNTA 8

"... ENUNCIADO 12

Se solicita un usuario para acceder a SAP del INC, en el puesto de trabajo destinado para la ejecución de labores. Por otra parte se requiere aclaración sobre las horas para la capacitación del manejo de la plataforma SAP; estas son dadas por el Instituto Nacional de Cancerología, por favor enunciar cuántas horas se prestarían para esta labor

..."

RESPUESTA 8

aG

P 3 / 7

Se surtió adenda No. 1 la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co

PREGUNTA 9

"... ENUNCIADO 22 Y ANEXO 4

Se solicita aclarar a qué se refieren con experiencia certificada en el manejo de equipos a revisar. Estas certificaciones deben ser expedidas por qué ente.

RESPUESTA 9

Se solicita experiencia en el manejo y mantenimiento de los equipos médicos objeto de la contratación, expedida por las empresas donde labora o ha laborado el personal relacionado.

PREGUNTA 10

Se solicita permitir y solicitar que en los certificados de experiencia del recurso humano, exista un aval por la institución donde se verifique la experiencia en tiempo y en tipo de equipos y durabilidad del funcionario en la entidad prestadora de servicios de salud.

..."

RESPUESTA 10

Se verificará experiencia del personal dispuesto a realizar las actividades de mantenimiento en la empresa proponente o entidades similares, no obstante el instituto se reserva el derecho de hacer las verificaciones correspondientes.

PREGUNTA 11

"... ENUNCIADO 24 Y ANEXO 4 NUMERAL 6

Se solicita especificar q que se refieren con:

Curva de verificación los otros puntos son claros pero de qué manera desean este parámetro.

RESPUESTA 11

Se solicita una comparación gráfica entre las variables del equipos y las del equipo patrón, simulado y/o analizador.

PREGUNTA 12

Se solicita especificar que los manuales de los equipos dentro del anexo se encuentren los manuales de usuario y servicio anexo 6 para garantizar un adecuado plan de verificación de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante

..."

RESPUESTA 12

P 4 / 7

En el grupo de tecnología biomédica se encuentran los manuales de usuario y servicio para monitores, y manuales de usuario para camas, camillas y máquinas de anestesia, los cuales deberán ser consultados una vez se adjudique el contrato. Se recuerda que debe tener en cuenta que se deben adjuntar protocolos a la propuesta..

PREGUNTA 13

"...SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ENUNCIADO 8

Se solicita aclarar de qué forma el oferente puede dar cumplimiento a la solicitud:

Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas dentro del INC. Permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla 5 min para el desarrollo de todas actividades y en especial las consideradas como de alto riesgo, firmado por el Coordinador e Interventor y validado por el grupo de Salud Ocupacional previo al desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo.

..."

RESPUESTA 13

Una vez adjudicado, el responsable de Seguridad y salud en el trabajo del proponente, debe acercarse a la oficina de salud ocupacional del INC para diligenciar los respectivos formatos y recibir la información necesaria

PREGUNTA 14

"...ENUNCIADO 8

Se solicita aceptar o modificar Antecedentes disciplinarios y judiciales del personal con la palabra (OPCIONAL) ya que por ley se indica que esto no es obligatorio.

..."

RESPUESTA 14

Se surtió adenda No. 1 la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co

PREGUNTA 15

"...ANEXO 4

NUMERAL 4

Se solicita permitir la presentación de hojas de vida de personal propio, pero se aclara que esto está sujeto a cambio, ya que se contrataría de acuerdo a la adjudicación de la oferta.

..."

P 5 / 7

26

RESPUESTA 15

La experiencia del personal dispuesto a realizar las actividades de mantenimiento tiene puntaje dentro de la convocatoria, por lo que si se presentan cambios en caso de adjudicación deben corresponder a los mismos perfiles ofertados.

PREGUNTA 16

"...NUMERAL 5

Se solicita especificar la cantidad de visitas solicitadas en el cronograma de mantenimiento preventivo

..."

RESPUESTA 16

el número de visitas están especificadas en el anexo número seis (6) "Elementos o servicio requeridos" en el cronograma el proponente debe ajustar su programación de acuerdo a las visitas solicitadas

PREGUNTA 17

"...NUMERAL 11

Se solicita especificar porque requieren RADIOMETRO si dentro de la oferta no está referenciados los equipos emisores de radiación.

..."

RESPUESTA 17

El Radiómetro es un instrumento para detectar y medir la intensidad de energía térmica radiante, en especial de rayos infrarrojos también se conoce como medidor de luz UVA – UVB. El ítem 16: Lámpara de fototerapia requiere verificación de intensidad de energía térmica.

PREGUNTA 18

"...ANEXO 5

Se solicita modificar o explicar el siguiente párrafo ya que se percibe un error de tipo gramatical:

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 750 puntos, no se tendrán en cuenta para la presente adjudicación y se considerarán que no cumplen técnicamente. Así mismo, no se tendrán en cuenta ofertas que no cumplan con un puntaje mínimo de 450 en la evaluación técnica.

..."

RESPUESTA 18

Se surtió adenda No.1 la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co.

P 6 / 7

PREGUNTA 19

"...NUMERAL 2 PRECIO


Se solicita aclarar y justificar por medio de un ejemplo como se aplicaría el puntaje inversamente proporcional

..."

RESPUESTA 19

Se surtió adenda No.1 la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS,
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
DG/CWC/SGGAF/JJPA/GC/YACA/Mónica G