



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 DE 2017

Página 1 de 2

El día veintisiete (27) de febrero de 2017, siendo la una y veinte de la tarde (01:20 p.m.), en el auditorio Mario Gaitán Yanguas del Instituto Nacional de Cancerología ESE, se procede a efectuar la audiencia pública establecida en los términos de la Convocatoria Pública No. 009 de 2017.

La doctora Rubia Elicelly Cárdenas Bayona. Coordinadora del Grupo Area Gestión Contractual, procede a dar la bienvenida a la audiencia informando el objeto de la convocatoria EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL INSTITUTO, ASI:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	Microscopio Quirúrgico
2	Microscopio Trinocular
3	Torre para Toracosopia

Así mismo la Coordinadora antes mencionada deja constancia que sólo asistió a la audiencia la firma RONELLY SA, de igual manera aclara que las respuestas se darán en audiencia, en caso de no poder ser resueltas en esta instancia, se procederá a surtir adenda o a través de respuestas publicadas en la página web, www.cancer.gov.co en caso de tener la necesidad de algún requerimiento adicional se puede remitir al correo: invitaciones@cancer.gov.co, dentro de los plazos establecidos en la convocatoria; se realiza la presentación de los asistentes a la audiencia por parte del Instituto.

Acto seguido se concede la palabra a la firma asistente para efectuar las preguntas u observaciones, así:

PRIMERA PREGUNTA:

La señora Nidia Beltrán de la firma RONELLY SA, pregunta: “¿En el anexo 4, el Item 3, Torre para Toracosopia, numeral 3.3. Función de doble foco (normal y cerca), se puede presentar automático, ya que si se tiene pero el de nosotros funciona como autofocus?”

RESPUESTA:

La Ingeniera Mauren Liced López, del grupo Ingeniería Biomédica, contesta: que se revisará con el área técnica y emitirá respuesta.

SEGUNDA PREGUNTA:

En el Item 6.1 Capacidad de disco duro 3 TB, mínimo, quisiéramos saber si la capacidad del disco duro es una capacidad interna o no.”

RESPUESTA:

La Ingeniera Mauren Liced López, del grupo Ingeniería Biomédica, de manera conjunta con la doctora Lía Margarita Alvarez, Coordinadora Grupo Area Gestión Biomédica y Almacén, manifiesta: que si garantizan que si el disco cuenta con la capacidad requerida, se acepta su entrega.

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE LA

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 DE 2017

Página 2 de 2

TERCERA PREGUNTA:

En el Item 6.4 Monitor con pantalla táctil de 15", máximo, quisiéramos saber si sirve un monitor del 6. Para abajo y de igual a 15", es decir que si lo podemos presentar por debajo de lo solicitado.?"




RESPUESTA:

La Ingeniera Mauren Liced López, del grupo Ingeniería Biomédica, manifiesta: que si se puede siempre y cuando esté por debajo de lo solicitado. Una vez ésta entidad aclare con el área técnica, se procederá a dar respuesta al proponente.


Siendo la una y veinticinco de la tarde (01:25 p.m.), se da por terminada la Audiencia de la Convocatoria Publica No. 009 de 2017.

Forma parte integral de la presente acta los formatos GDG-P02-F-06, los cuales corresponden a la Planilla de registro de los oferentes que asistieron a la Audiencia Pública de la convocatoria Pública No. 009 de 2017.

POR PARTE DEL INSTITUTO

RUBIA ELICELLY CARDENAS BAYONA	Coordinadora Grupo Area Gestión Contractual	
LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	Coordinadora Grupo Area Gestión Biomédica y Almacen	
IVON MOLINA	Coordinadora Grupo de Almacen y Activos Fijos	
MAUREN LICED LOPEZ PINEDA	Profesional Universitario	
JULIANA GARNICA REYES	Profesional Universitario	

GCAC/RECB/Diego R.

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE			CÓDIGO:	GDG-P02-F-06
		GESTIÓN DEL GASTO			VERSIÓN:	02
		REGISTRO DE VISITA O AUDIENCIA			VIGENCIA:	31-10-2014
					Página 1 de 1	
CONVOCATORIA PÚBLICA No.009-2017: EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL INSTITUTO.						
FECHA DE LA VISITA O AUDIENCIA : 27/02/2017 HORA: 01:00 p. m.						
No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE FUNCIONARIO DELEGADO PARA VISITA O AUDIENCIA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO DE LA EMPRESA	VISITA O AUDIENCIA FECHA HORA	FIRMA
1	Ronelly S.A.	Nydia Beltrán E.	51606218.	3175127409	27-II-17 1:00 PM	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

