


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GGG-P02-T-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSION:	02
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	Actualización equipo analizador automático de biología molecular	MARCA:	Applied Biosystems
ITEM:	1	MODELO:	GA 310
PROVEEDOR:	EXOGENA LTDA.	VALOR UNITARIO:	\$ 119 692 952
GARANTÍA:	Software: Tres (3) Meses Controlador: Tres (3) Años		


CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONAMIENTO	1. Software compatible con analizador genético marca Applied Biosystems, modelo GA310.	1.1 Facilidad en su uso	X	Folio 54
		1.2 Basado en plataforma Windows de versión mas reciente.	X	Folio 54 Plataforma Windows 7 y corresponde a las mas recientes y actualizadas
		1.3 Set de instalación en medio magnético	X	Folio 54
		1.4 con orientación wizard para el usuario.	X	Folio 54
		1.5 software GeneMapper para análisis de fragmentos de ADN.	X	Folio 54
		1.6 software Sequencing Analysis que permita análisis primario de secuencia, basecall, recortar, mostrar e imprimir electroforesigramas generados por el analizador.	X	Folio 54
		1.7 software SeqScape que brinde un análisis basado en referencias de reacciones de secuenciación para la detección de mutaciones.	X	Folio 54
	2. Procesamiento de datos en bruto	X		Folio 54
	3. Informes de plantillas pre configuradas	X		Folio 54
	4. Visitas de datos personalizadas	X		Folio 54
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	5. Controlador	5.1 Sistema operativo Windows de versión reciente	X	Folio 54 Plataforma Windows 7.
		5.2 RAM de 2GB como mínimo	X	Folio 54
		5.3 Monitor mínimo de 17 pulgadas	X	Folio 54 Monitor mínimo de 17 pulgadas o mas grande segun disponibilidad al momento de la entrega.
	ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES	2.1 Kit de insumos de inicio.	X	Folio 49
NORMAS CERTIFICADOS		2.2 Un (1) controlador configurado que garantice compatibilidad con base de datos Oracle.	X	Folios 49 y 54
	1. Presentar documento de garantía para software, donde se evidencie el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) meses o más	X		Folio 54. Garantía de Tres (3) Meses, a partir del día de instalación y prueba de funcionamiento.
	2. Presentar documento de garantía para controlador (PC), donde se evidencie el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.	X		Folio 55. Garantía de Tres (3) Años, a partir del día de instalación y prueba de funcionamiento.
	3. Garantizar instalación y verificación de funcionamiento y desempeño	X		Folio 51. Serán entregados los protocolos originales de instalación, verificación de funcionamiento y desempeño.
	4. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		Folio 53
	5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas	X		Folio 53
	6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del instituto	X		Folio 53
	7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario en idioma castellano	X		Folio 53. Serán presentados los versiones originales en idioma inglés y las versiones en idioma español.
SUBTOTAL (Porcentaje)		100%	0%	CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL		25	0	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (25) ÍTEM DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 100% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEM REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluador:			
NOMBRE(S):	LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	FECHA:	06 DE ABRIL DE 2016
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
CARGO:	COORDINADORA E		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

V.E. 
V.B. 