


Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-06319-2016

No. Folios: 1

Fecha: 2016-08-04 08:32:37 AM

165200


165200

Bogotá,

Señora

Amparo Reinoso Benítez

Representante Legal

MEDITEC S.A.

licitaciones@meditecsas.com

Bogotá d.c.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 053-2016

Respetada Señora Amparo

En respuesta a su correo electrónico del día jueves, 28 de julio de 2016 09:40 a.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

".....Se solicita ampliar el rango de longitud para la pinza de antro Stammberger, quedando así: "Pinza sacabocados de antro Stammberger hacia arriba log de 10 a 11 cm....."


".....Se solicita ampliar el rango de corte de la pinza Stammberger, quedando así: "Pinza sacabocados de Stammberger corte circular para esfenoides y etmoides con canal de 4,5 a 5,0 mm..."

".....Se solicita ampliar el rango de grado de curvatura de la pinza doble cuchara, quedando así: "Pinzas con doble cuchara de Stammberger abertura vertical, curvada hacia arriba de 65° a 70°, longitud de 9 cm a 12 cm....."

RESPUESTA:

No se acepta la observación. Se mantiene la medida solicitada en el Anexo No. 4- Especificaciones Técnicas-Item 6.

Cordialmente,


JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO

Subdirector Administrativo con funciones de Director General

Revisó: Yojima Angelica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras

Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual

DG/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/AngelaM

P 1 / 1