

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E  
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-09637-2016

No. Folios: 1

Fecha: 2016-11-25 02:07:51 PM



187686

187686

Bogotá, 24 de Noviembre de 2016

Señor  
Miguel Andrés Forero  
INGENIERO  
ET SOLUTIONS  
soporte@etsolutions.com.co  
Bogotá D.C.

**Asunto:** RESPUESTA A LA SOLICITUD

Respetado Señor Miguel:

En respuesta a su correo electrónico del día 23 de Noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

**PRIMERA PREGUNTA:**

¿Es posible subcontratar parcialmente la calibración de algunos de los equipos?

**RESPUESTA:**

El proveedor puede cotizar parcialmente la calibración de algunos equipos.


**SEGUNDA PREGUNTA:**

¿Las certificaciones deben ser acreditadas por la ONAC?

**RESPUESTA:**

3.1.6 La actividad de acreditación de ONAC debe certificarse en conformidad con la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, para lo cual el proveedor debe acreditar contar con dicha certificación para los instrumentos de medida sujetos a control metrológico que tengan como finalidad medir, pesar o contar. Se debe garantizar que estén plenamente certificadas por un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). El proveedor debe anexar copia del certificado.

Cordialmente,

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Directora General (E)

✓ **Revisó:** Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual (E.)  
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera  
DG/CWC/SGGAF/JJPA/GGC/YACA/ANA

P 1 / 1